

薬機規発第 0118001 号

平成 29 年 1 月 18 日

各都道府県衛生主管部（局） 薬務課 殿

独立行政法人 医薬品医療機器総合機構

規格基準部



第十八改正日本薬局方原案作成要領について

平素より、当機構の日本薬局方業務に多々ご協力頂きありがとうございます。今般、添付のように「第十八改正日本薬局方原案作成要領」をとりまとめましたのでお知らせ致します。貴傘下団体・傘下企業の皆様にお知らせ頂きますようお願い申し上げます。

なお、本要領の PDF ファイルを当機構ホームページの次の URL よりダウンロードすることができますのでご活用下さい。

<https://www.pmda.go.jp/rs-std-jp/standards-development/jp/0003.html>



別添

第十八改正日本薬局方原案作成要領

平成 29 年 1 月
医薬品医療機器総合機構
規格基準部

はじめに

日本薬局方は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年8月10日法律第145号。以下「法」という。）第41条により医薬品の品質の適正を図るために定められ、薬事行政、製薬企業、医療、薬学研究、薬学教育などに携わる多くの医薬品関係者により、それぞれの場で広く活用されています。また、厚生労働省から示された「第十八改正日本薬局方作成基本方針」（平成28年10月19日厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課事務連絡）には、「日本薬局方は我が国の医薬品の品質を適正に確保するために必要な規格・基準及び標準的試験法等を示す公的な規範書」と位置づけられています。日本薬局方が、この役割を果たすために、少なくとも10年に一度の全面改正が義務付けられており、実際には第九改正（昭和51年）以降は5年ごとに全面改正が行われ、さらに第十二改正（平成3年）からは全面改正の間に2度の追補が発行されています。また、日本薬局方の事務局機能を強化するために、平成16年度から、厚生労働省の委託を受け、薬事・食品衛生審議会日本薬局方部会以外の委員会組織の事務局として、医薬品医療機器総合機構が審議組織の運営を行っています。

機構は日本薬局方の作成のため、分野毎に17の委員会を設置し、製薬企業等から提出された原案の審議を進めていますが、製薬企業から提出される原案の完成度を高め、委員会審議を円滑化するとともに日本薬局方全体の整合を図るため、原案作成のための要領を定め公開しているところです。第十七改正日本薬局方が平成28年3月に告示され、さらに平成28年10月19日に厚生労働省から「第十八改正日本薬局方作成基本方針」が示されたことから、この作成基本方針に基づき、原案作成要領の見直しを行いました。本要領は、第十七改正日本薬局方第一追補（平成29年9月告示予定）以降の改正にも適用できるよう作業を進めてきました。科学・技術の進歩と医療需要に応じ、改正の必要が生じた場合には、適宜、見直しを行う予定です。

本作成要領が、薬事行政、製薬企業、医療、薬学研究、薬学教育に携わる皆様に、それぞれの場面に応じて活用頂ければ幸いです。

終わりに、本要領の作成に際し、ご尽力頂いた国立医薬品食品衛生研究所副所長奥田晴宏先生他日本薬局方原案審議委員会総合小委員会の皆様に厚く御礼を申し上げます。

平成29年1月

独立行政法人 医薬品医療機器総合機構
規格基準部長

日本薬局方原案審議委員会総合小委員会委員(五十音順)

阿曾 幸男	国立医薬品食品衛生研究所 薬品部 第二室長
伊豆津 健一	国立医薬品食品衛生研究所 薬品部 第一室長
大内 正	公益社団法人 東京医薬品工業協会
座長 奥田 晴宏	国立医薬品食品衛生研究所 副所長
香取 典子	国立医薬品食品衛生研究所 薬品部 主任研究官
川崎 ナナ	公立大学法人横浜市立大学 生命医科学研究科生命医科学専攻 プロテオーム科学研究室 教授
川原崎 芳彦	大阪医薬品協会
菊地 祐一	公益社団法人 東京生薬協会
栗原 正明	国立医薬品食品衛生研究所 有機化学部長
合田 幸広	国立医薬品食品衛生研究所 薬品部長
坂本 知昭	国立医薬品食品衛生研究所 薬品部 第三室長
寺田 勝英	高崎健康福祉大学 薬学部 分子創剤制御学 教授
袴塚 高志	国立医薬品食品衛生研究所 生薬部長
檜山 行雄	国立医薬品食品衛生研究所 客員研究員
四方田 千佳子	一般財団法人 医薬品医療機器レギュラトリーサイエンス財団 大阪事業所 所長

平成 29 年 1 月現在

目 次

1. 目 的	1
2. 構 成	1
3. 対 象	1
4. 適 用	1

第一部 第十八改正日本薬局方原来の作成に関する細則

1. 基本的事項	2
1.1 規格及び試験方法の設定	2
1.2 有害な試薬の扱い	2
2. 一般的事項	3
2.1 用語及び用字	3
2.2 規格値／判定基準及び実測値	4
2.3 単位及び記号	4
2.4 温度	5
2.5 圧力	6
2.6 時間	6
2.7 質量百分率及び濃度	7
2.8 長さ	7
2.9 質量	8
2.10 容量	8
2.11 計算式の記載方法	8
2.12 一般試験法番号の記載方法	9
2.13 国際調和に関する記載方法	10
2.14 その他	10
3. 医薬品各条	12
3.1 各条の内容及び記載順	12
3.2 日本名	13
3.3 英名	14
3.4 日本名別名	14
3.5 ラテン名	14
3.6 構造式	14
3.7 分子式及び分子量（組成式及び式量）	16
3.8 化学名及びケミカル・アブストラクト・サービス（CAS）登録番号	17
3.9 基原	18
3.10 成分の含量規定	19
3.11 表示規定	20
3.12 製法	21
3.13 製造要件	21
3.14 性状	22
3.15 生薬の性状	25
3.16 確認試験	25
3.17 示性値	28
3.18 純度試験	32
3.19 意図的混入有害物質	37
3.20 乾燥減量、水分又は強熱減量	37
3.21 強熱残分、灰分又は酸不溶性灰分	38
3.22 製剤試験	38
3.23 その他の試験	43
3.24 定量又は成分の含量	43

3.25 貯法	44
3.26 有効期間	45
3.27 その他	45
4. 液体クロマトグラフィー又はガスクロマトグラフィーを用いる場合の表記	45
4.1 記載事項	45
4.2 試験条件の記載事項及び表記例	45
4.3 システム適合性	47
4.4 他の記載例	50
5. ICP 発光分光分析法及び ICP 質量分析法を用いる場合の記載例	51
5.1 ICP 発光分光分析法	51
5.2 ICP 質量分析法	51
6. 核磁気共鳴スペクトル測定法による定量 NMR (qNMR) を用いる場合の記載例	52
6.1 定量 ¹ H NMR 測定法	52
7. その他	53
7.1 標準品及び標準物質	53
7.2 試薬・試液等	54
第二部 医薬品各条原案の提出資料とその作成方法	56
別添 1 「標準品品質標準」原案の提出資料とその作成方法	65
別添 2 「標準品品質標準」原案の提出資料とその作成方法 (生物薬品(バイオテクノロジー応用医薬品／生物起源由来医薬品)標準品)	74
別添 3 「標準品品質標準」原案の提出資料とその作成方法 (システム適合性試験用標準品)	82
付表及び用字例付表	91
塩化物の%換算表	91
硫酸塩の%換算表	91
重金属の ppm 及び%換算表	92
ヒ素の ppm 換算表	92
乾燥減量及び強熱残分の%記載法	92
原子量表(2010)	93
用字例	96

第十八改正日本薬局方原案作成要領

1. 目的

本要領は「原案」の具体的な作成方法、記載方法など第十八改正日本薬局方の作成にあたって必要な事項を定めることにより、「原案」の完成度を高め、委員会審議を円滑化し、日本薬局方全体の記載整備を図ることを目的とする。

2. 構成

本要領は、「第一部 第十八改正日本薬局方原案の作成に関する細則」及び「第二部 医薬品各条原案の提出資料とその作成方法」からなる。

「第一部 第十八改正日本薬局方原案の作成に関する細則」は、薬局方の医薬品各条を改正するにあたり、必要とされる具体的な原案の作成方針、記載方法等を定めたものである。

「第二部 医薬品各条原案の提出資料とその作成方法」は、規定の様式による医薬品各条原案の作成及び提出ができるよう、注意事項などを定めたものである。

3. 対象

本要領は「医薬品各条の原薬及びその製剤」を対象とする。

なお、本要領に記載のない事項については、当該各条の特殊性に応じた記載をすることができる。

また、一般試験法の記載についても可能な範囲で適用する。

4. 適用

本要領は、原則として第十八改正日本薬局方に適用するが、その考え方については今後予定される第十七改正日本薬局方の一部改正（追補を含む）においても適用する。

第十八改正日本薬局方原案の作成に関する細則

22 1. 基本的事項

23 1.1 規格及び試験方法の設定

24 1.1.1 試験項目の設定

25 日本薬局方は、法第 41 条の規定により、医薬品の適正な性状及び品質の確保を図ることを目的とするもの
26 であり、試験項目としては、有効性、安全性に関して同等とみなすことができる一定の品質を総合的に保証
27 する上で必要な試験項目を設定する。ただし、当該品目の原料、製造工程等からみて、適正な品質を確保で
28 きることが明らかであるなど合理的な理由がある場合には、3.1 に規定するすべての項目を設定する必要はな
29 い。

30 1.1.2 規格値／判定基準の設定

31 規格値／判定基準には、必ずしも高い純度や含量を求めるのではなく、当該医薬品の有効性と安全性を確
32 保することができるよう、実測値及び必要に応じて安全性試験や安定性試験（長期保存試験等）の結果等に基づ
33 き、一定の品質の保証に必要な限度値、許容範囲、その他の適切な基準を設定する。ただし、生物薬品などの工
34 程由来不純物、製剤の溶出性、浸透圧比／pH 等にみられるように、同一品目であっても製法が異なることなどによ
35 りて、一定の品質の保証に必要な値を画一的に設定することが極めて困難な場合には、試験項目を設定した場合にあっても、規格値／判定基準の設定は行わず、法に基づく承認の際などに規格値／判定基
36 準を設定させることができる。なお、局外規記載の規格値／判定基準を設定する場合にあっても、提出され
37 た実測値に基づいて審議するため、実測値を考慮した規格値／判定基準の提案が望ましい。

38 1.1.3 試験方法の設定

39 試験方法は、医薬品の品質の適否が明確となるように設定する。規格値／判定基準を法に基づく承認の際
40 などに設定させる試験項目にあっては、試験方法を必ずしも設定する必要はない。

41 試験方法は、必要な目的が達せられるかぎり、簡易なものとなるよう配慮する。さらに、試験の妥当性を必要に応じて確認できる操作法、標準溶液と共に試験するなど目的が達せられる感度及び精度が得られていることが確認できる操作法などを試験法中に導入し、合理的なものとなるよう配慮する。このような観点から、確認試験、純度試験への機器分析の導入、定量法への相対試験法の導入等、簡便で鋭敏な試験法を積極的に導入する。

42 試料の調製法の規定に当たっては、試験に用いる試料並びに試薬の使用量を可能な限り低減するよう努める。

43 1.1.4 「別に規定する」の定義

44 各条原案作成時には必要な試験項目と規格値／判定基準を設定する。

45 しかしながら、原案審議委員会の審議を経て、1.1.2 にあるように、生物薬品などの工程由来不純物、製剤
46 の溶出性、浸透圧比／pH 等にみられるように、同一品目であっても製法が異なることなどによって、一定の
47 品質の保証に必要な値を画一的に設定することが極めて困難で、知的所有権の一部で保護されるべき内容等に
48 ついては、規格値／判定基準の設定は行わず、「別に規定する」と記載することができる。

49 「別に規定する」とは、法に基づく製造販売承認書の中の規格値／判定基準として別途規定されていることを意味する。なお、法に基づく承認審査において設定する必要がないと判断され、承認書に規定されない場合
50 も含む。

51 1.2 有害な試薬の扱い

52 有害な試薬を用いないなど、人及び環境への影響に配慮した試験方法となるよう努める。

53 次のような試薬については使用を避けるか、又は使用量を最小限にする。

54 有害で試験者への曝露が懸念される試薬

55 有害作用及び残留性等で環境への負荷が大きい試薬

56 特殊な取扱いが必要な試薬（麻薬や覚醒剤等）

57 次の試薬は、原則として用いない。

58 水銀化合物

59 シアン化合物

60 ベンゼン

68 四塩化炭素
69 1,2-ジクロロエタン
70 1,1-ジクロロエテン
71 1,1,1-トリクロロエタン
72 1,4-ジオキサン
73 次の試薬は、代替溶媒がない場合についてのみ使用できる。
74 ハロゲン化合物（クロロホルム、ジクロロメタンなど、クロロホルムとジクロロメタンのどちらも選択可
75 能な場合はジクロロメタンを優先して選択する。）
76 二硫化炭素

77 2. 一般的事項

78 2.1 用語及び用字

79 薬局方の記載は、口語体で、横書きとする。

80 用語については、原則として次の用語集などに従う。

81 常用漢字及び現代仮名遣い

82 文部科学省『学術用語集』

83 なお、著しく誤解を招きやすいものについては、常用漢字以外の漢字を用いてもよい。

84 2.1.1 おくりがななどの表記

85 おくりがな、かなで書くもの、文字の書き換え及び術語等については、原則として用字例による。ただし、
86 頸、煎、膏、漿、絆、坐等は用いる。

87 2.1.2 検液及び標準液

88 「検液」及び「標準液」は、それぞれ一般試験法中の各試験法又は標準液の項に規定されたものを用いる。

89 医薬品各条で調製する場合は、「検液」は「試料溶液」、「標準液」は「標準溶液」と記載する。

90 2.1.3 句読点

91 句読点は「、」、「.」、「：」を用いる。句読点は誤解が生じないよう適宜用いる。

92 2.1.4 医薬品名、試薬名、外来語及び動植物名

93 次のものは、原則としてカタカナ又は常用漢字で表記する。

94 医薬品名

95 試薬名

96 また、次のものは、原則としてカタカナで表記する。

97 外来語

98 植物名

99 動物名

100 2.1.5 繰り返し符号

101 繰り返し符号の「々」、「ゝ」、「ゞ」は、原則として用いない。ただし、慣用語（例：各々、徐々に）には用い
102 ても差し支えない。

103 2.1.6 数字

104 数字は算用数字（アラビア数字）を用いる。

105 また、必要に応じてローマ数字を用いることができ、慣用語などについては漢数字を用いる。

106 [例] 一般、一次、一度、一部、四捨五入、二酸化硫黄、二塩酸塩、二グルコン酸塩、三水和物、エチレン
107 ジアミン四酢酸二ナトリウム、酸化リン(V)

108 2.1.6.1 大きな数字の表記

109 数字は連続して表記し、3桁ごとにカンマ（、）等で区切らない。

110 2.1.7 文字及び記号

111 原則としてJIS第一水準及び第二水準の文字、記号などを用いる。

112 また、動植物又は細菌等の学名、物理量を表す記号（例えば、屈折率 n 、比重 d 等）及び数式中の変数（例
113 えば、吸光度 A_1 、ピーク面積比 Q_S など）などは、原則としてイタリック体を用いる。

114 2.1.7.1 変数の代数表記

115 変数の代数表記は下記による。

116 質量 : M

117 容量: V
118 吸光度: A
119 ピーク面積: A
120 ピーク高さ: H
121 ピーク面積等の比: Q
122 ピーク面積等の和: S
123 製剤単位の表示量: C

124 2.1.8 括弧の使い方

125 括弧の使用順は、原則として次のとおりとする。
126 括弧の使用順: ({ [()] })
127 [例] 2-{(Z)-(2-Aminothiazol-4-yl)-[(2S,3S)-2-methyl-
128 4-oxo-1-sulfoazetidin-3-ylcarbamoyl]methyleneaminoxy}-
129 2-methyl-1-propanoic acid
130 リゾチームの量 [mg(力値)]
131 クロラムフェニコール($C_{11}H_{12}Cl_2N_2O_5$)の量[μ g(力値)]
132 ただし、計算式の場合は下記の使用順とする。
133 計算式の場合の括弧の使用順: [{ () }]
134 [例] デスマミド体以外の類縁物質の量(%) = $\{A_T - (A_I + A_D)\} / A_T \times 100$

135 2.2 規格値／判定基準及び実測値

136 2.2.1 規格値及び実測値の定義

137 規格値とは、示性値、純度試験、特殊試験、定量法等で、試験の最終成績に基づいて適否の判定をする際に、基準となる数値をいう。
138 実測値とは、それぞれの項に記載された方法に従って試験して得た測定結果をいう。

140 2.2.2 規格値

141 2.2.2.1 規格値の表記

142 規格値は、例えば、○～○%，△～△℃のように範囲で示すか、又は▽%以下（以上、未満）のように示す。

143 規格値が1000以上の場合で、その有効数字の桁数を明確にする必要がある場合は、規格値をべき数で表記することができる。

144 [例] 10000～12000 単位 → 1.0×10^4 ～ 1.2×10^4 単位
145 30000 単位以上 → 3.0×10^4 単位以上

146 また、微生物限度の規格値については 10^1 、 10^2 、 10^3 と表記する。

147 [例] 本品1mL当たり、総好気性微生物数の許容基準は 10^2 CFU、総真菌数の許容基準は 10^1 CFUである。

152 2.2.2.2 規格値の桁数

145 規格値の桁数は、実測値の有効数字の桁数を考慮し、一定の品質を確保する観点から必要な桁数とする。

146 規格値が1000以上の場合で、その有効数字の桁数を明確にする必要がある場合は、規格値をべき数で表記することができる。

147 [例] 10000～12000 単位 → 1.0×10^4 ～ 1.2×10^4 単位

148 30000 単位以上 → 3.0×10^4 単位以上

149 また、微生物限度の規格値については 10^1 、 10^2 、 10^3 と表記する。

150 [例] 本品1mL当たり、総好気性微生物数の許容基準は 10^2 CFU、総真菌数の許容基準は 10^1 CFUである。

152 2.2.3 実測値の丸め方

153 規格値又は規格値の有効数字の桁数が n 桁の場合、通則の規定に従い、実測値を $n+1$ 桁目まで求めた後、 $n+1$ 桁目の数値を四捨五入して、 n 桁の数値とする。

154 実測値が更に多くの桁数まで求められる場合は、 $n+2$ 桁目以下は切り捨て、 $n+1$ 桁目の数値を四捨五入して、 n 桁の数値とする。

155 [例] 規格値又は規格値の有効数字が2桁の場合

156 1.23 → 1.2, 1.25 → 1.3, 1.249 → 1.2

157 2.54× 10^3 (2540) → 2.5× 10^3 (2500), 2.56× 10^3 (2560) → 2.6× 10^3 (2600),

158 2.549× 10^3 (2549) → 2.5× 10^3 (2500)

161 2.3 単位及び記号

162 通則の規定に従い、SI単位系に整合した物理的及び化学的な単位を用いる。ただし、エンドトキシン単位のような生物学的単位はこの限りでない。

163 また、w/v%については、製剤の処方又は成分などの濃度を示す場合に限定して用いる。

165	メートル	m
166	センチメートル	cm
167	ミリメートル	mm
168	マイクロメートル	μm
169	ナノメートル	nm
170	キログラム	kg
171	グラム	g
172	ミリグラム	mg
173	マイクログラム	μg
174	ナノグラム	ng
175	ピコグラム	pg
176	モル	mol
177	ミリモル	mmol
178	セルシウス度	°C
179	平方センチメートル	cm ²
180	リットル	L
181	ミリリットル	mL
182	マイクロリットル	μL
183	メガヘルツ	MHz
184	ニュートン	N
185	毎センチメートル	cm ⁻¹
186	キロパスカル	kPa
187	パスカル	Pa
188	モル毎リットル	mol/L
189	ミリモル毎リットル	mmol/L
190	パスカル秒	Pa·s
191	ミリパスカル秒	mPa·s
192	平方ミリメートル毎秒	mm ² /s
193	ルクス	lx
194	質量百分率	%
195	質量百万分率	ppm
196	質量十億分率	ppb
197	体積百分率	vol%
198	体積百万分率	vol ppm
199	質量対容量百分率	w/v%
200	マイクロジーメンス毎センチメートル	μS · cm ⁻¹
201	ピーエイチ	pH
202	エンドトキシン単位	EU
203	コロニー形成単位	CFU
204	ラジアン	rad
205	度(角度)	°
206	オスモル	Osm
207	ミリオスモル	mOsm
208	当量	Eq
209	ミリ当量	mEq

210 2.4 溫度

211 試験又は貯蔵に用いる温度は、原則として具体的な数値で記載する。ただし、以下の記述を用いることができる。

213 2.4.1 溫度に関する定義

214 2.4.1.1 溫度に関する用語の定義

215 温度に関する用語に対応する具体的な温度は、次のとおりである。

216	「標準温度」	20°C
217	「常温」	15 ~ 25°C
218	「室温」	1 ~ 30°C
219	「微温」	30 ~ 40°C

2.4.1.2 「冷所」の定義

221 「冷所」は、別に規定するもののほか、1 ~ 15°Cの場所をいう。

2.4.1.3 水の温度に関する用語の定義

223 水の温度に関する用語に対応する具体的な温度は、次のとおりである。

224	「冷水」	10°C以下
225	「微温湯」	30 ~ 40°C
226	「温湯」	60 ~ 70°C
227	「熱湯」	約 100°C

2.4.1.4 「加温」の定義など

229 「加温する」とは、通例、60 ~ 70°Cに熱することをいう。

230 なお、「加熱する」又は「強熱する」場合は、できるかぎり具体的な温度を記載する。

2.4.1.5 「加熱した溶媒（熱溶媒）」及び「加温した溶媒（温溶媒）」の定義

232 「加熱した溶媒」又は「熱溶媒」とは、その溶媒の沸点付近の温度に熱した溶媒をいう。

233 「加温した溶媒」又は「温溶媒」とは、通例、60 ~ 70°Cに熱した溶媒をいう。

2.4.1.6 「冷浸」及び「温浸」の定義

235 「冷浸」は、通例、15 ~ 25°Cで行う。

236 「温浸」は、通例、35 ~ 45°Cで行う。

2.4.1.7 水浴などを用いての加熱に関する定義

238 「水浴上で加熱する」とは、別に規定するもののほか、沸騰している水浴上で加熱することをいう。

239 ただし、「水浴」の代わりに「約 100°Cの蒸気浴」を用いることができる。

240 「還流冷却器を付けて加熱する」とは、別に規定するもののほか、その溶媒を沸騰させて、溶媒を還流させることである。

2.4.2 温度の表記

243 温度の表記は、2.3 の規定に従い、セルシウス温度を用いて、アラビア数字の後に「°C」を付ける。

2.4.3 温度の表記における許容範囲

245 試験操作法などにおいて、一点で温度を示す場合、その許容範囲は、通例、±3°Cとする。

246 また、原則として約〇°Cという温度の表記は用いず、試験操作法などの必要に応じ、37±1°C又は 32 ~ 37°Cのように範囲を記載する。

2.4.4 クロマトグラフィーのカラム温度の表記

249 クロマトグラフィーにおけるカラム温度は、「××°C付近の一定温度」と記載し、「室温」は用いない。

2.5 圧力

2.5.1 圧力の表記

252 圧力の表記は、2.3 の規定に従い、パスカルを基本単位とし、必要に応じて、補助単位と組み合わせて用いる。

2.5.2 圧力の表記における許容範囲

255 試験操作法などにおいて、一点で圧力を示す場合、その許容範囲は、通例、±10%とする。また、原則として約〇 kPa という圧力の表記は用いず、試験操作法などの必要に応じ、50±2 kPa のように範囲を記載する。

2.5.3 「減圧」の定義

259 「減圧」とは、別に規定するもののほか、2.0 kPa 以下とする。

2.6 時間

2.6.1 時間の表記

262 時間の表記には、「秒」、「分」、「時間」、「日」、「箇月」を用いる。

263 また、これらの単位を組み合わせて用いることは避け、整数で小さな数値となる一つの単位を用いることとし、関連する記述の中では原則として共通の単位を用いることとする。

265 [例] 1時間30分は、通例、90分と記載し、1.5時間又は5400秒とは記載しない。

266 2.6.2 時間の表記における許容範囲

267 試験操作法などにおいて、一点で時間を示す場合、その許容範囲は、通例、 $\pm 10\%$ とする。ただし、液体
268 クロマトグラフィー及びガスクロマトグラフィーの保持時間については、本規定の限りではない。

269 2.6.3 「直ちに」の定義

270 医薬品の試験の操作において、「直ちに」とあるのは、通例、前の操作の終了から30秒以内に次の操作を
271 開始することを意味する。

272 2.7 質量百分率及び濃度

273 2.7.1 百分率などによる表記

274 百分率の表記は、2.3の規定に従い、質量百分率は「%」、体積百分率は「vol%」の記号を用いて表す。

275 通則においては、製剤に関する処方又は成分などの濃度を示す場合に限り、「w/v%」を用いることができ
276 ると規定されているが、新たに原案を作成する場合は、製剤総則に「有効成分の濃度を%で示す場合は w/v%
277 を意味する」という規定のある注射剤と点眼剤、腹膜透析用剤、点耳剤以外については、特段の混乱を生じさ
278 せない限り「w/v%」以外の単位（例えば、「%」又は「vol%」など）を用いることが望ましい。

279 また、質量百万分率は「ppm」、質量十億分率は「pb」、体積百万分率は「vol ppm」の記号を用いる。た
280 だし、一般試験法核磁気共鳴スペクトル測定法で用いる ppm は化学シフトを示す。

281 2.7.2 矢印を用いた表記

282 「**の□□溶液(○→△)」とは、固体の試薬においては○ g、液状の試薬においては○ mL を溶媒に溶か
283 し、全量を△ mL とした場合と同じ比率になるように調製した**の□□溶液のことである。

284 「**溶液(○→△)」とは、○ g の**を水に溶かし、全量を△ mL とした場合と同じ比率になるように調
285 製した**の水溶液のことである。

286 すなわち、○及び△の数値は比率を示すものであって、採取する絶対量を示すものではない。記載に当た
287 っては、最小の整数となるように示す。例えば、(25→100)や(0.25→1)ではなく、(1→4)とする。

288 [例] 「パラオキシ安息香酸メチルのアセトニトリル溶液(3→4000)」とは、パラオキシ安息香酸メチル 3 g
289 をアセトニトリルに溶かし、4000 mL とした場合と同じ比率になるように調製したパラオキシ安息香酸
290 メチルのアセトニトリル溶液のことである。

291 「水酸化ナトリウム溶液(1→25)」とは、水酸化ナトリウム 1 g を水に溶かし、25 mL とした場合と同
292 じ比率になるように調製した水酸化ナトリウム水溶液のことである。

293 2.7.3 モル濃度による表記

294 溶液の濃度の表記に当たっては、2.7.2 のほか、モル濃度などによることができる。

295 [例] mol/L**溶液

296 2.7.4 混液の表記

297 混液は、各試薬・試液名の間にスラッシュ「/」を入れて組成を表記する。

298 ○○○/△△△混液(10:1)又は***/□□□/▽▽▽混液(5:3:1)などは、液状試薬・試液の○○○
299 10容量と△△△ 1容量の混液又は*** 5容量と□□□ 3容量と▽▽▽ 1容量の混液などを意味する。た
300 だし、容量の大きいものから先に記載し、容量が等しい場合は、3.14.7.1 溶解性の記載順序の溶解性が同じ場
301 合の記載順に従う。

302 [例] アセトン/ヘキサン混液(3:1) [ヘキサン/アセトン混液(1:3)とは記載しない。]

303 2.7.5 濃度の表記における許容範囲

304 溶液の濃度に関する数値の許容範囲は、通例、 $\pm 10\%$ とする。

305 2.8 長さ

306 2.8.1 長さの表記

307 長さの表記は、2.3の規定に従い、通例、一つの単位の記号を用いて整数で記載する。

308 [例] 2 m 10 cm は 210 cm, 2.5 cm は 25 mm

309 2.8.2 長さの表記における許容範囲

310 試験操作法などにおいて、一点で長さを示す場合、通例、その許容範囲は $\pm 10\%$ とする。

311 2.8.3 図における器具などの寸法

312 一般試験法及び医薬品各条の図中の器具等の寸法は mm で示す。概略の数値を示す場合は「約」を付して記

313 載する。

314 2.9 質量

315 2.9.1 質量の表記

316 質量の表記は、2.3の規定に従い、「○ mgをとる」、「約○ mgを精密に量る」又は「○ mgを正確に量る」のように記載する。「約○ mgを精密に量る」とは、記載された量の±10%の試料につき、化学はかりを用いて0.1 mgまで読みとるか、又はセミミクロ化学はかりを用いて10 µgまで読みとることを意味する。化学はかり又は、セミミクロ化学はかりのいずれを用いるかは、規格値の桁数を考慮して定める。

320 ミクロ化学はかり及びウルトラミクロ化学はかりを用いる場合には、その旨を規定し、それぞれ、1 µg, 0.1
321 µgまで読みとる。

322 2.9.2 「正確に量る」の意味

323 質量を「正確に量る」とは、指示された数値の質量をその桁数まで量ることを意味する。

324 「○ mgを正確に量る」と「○ mgをとる」とは同じ意味であり、指示された数値の次の桁を四捨五入して、
325 ○ mgとなることを意味する。

326 50 mg とは 49.5 ~ 50.4 mg

327 50.0 mg とは 49.95 ~ 50.04 mg

328 0.10 g とは 0.095 ~ 0.104 g

329 2.000 g とは 1.9995 ~ 2.0004 g

330 5 g とは 4.5 ~ 5.4 g

331 を量ることを意味する。

332 試料、試薬などの質量の桁数は、要求される実測値の桁数を考慮して、必要な桁数まで記載する。

333 2.9.3 質量の単位の表記

334 質量の単位は、原則として次のとおりとする。

100 ng 未満 ng

100 ng 以上 100 µg 未満 µg

100 µg 以上 100 mg 未満 mg

100 mg 以上 g

335 2.10 容量

336 2.10.1 容量の表記

337 容量の表記は、2.3の規定に従い、「○ mLをとる」、「○ mLを正確に量る」又は「正確に○ mLとする」
338 のように記載する。

339 試料、試薬などの容量で、特に正確を要する場合には「正確に」という用語を用いるか、メスフラスコなどの
340 化学用体積計を用いる旨明確に記載する。

341 [例]「本品5 mLを正確に量り、…」とは、通例、5 mLの全量ピペットを用いることを意味し、「○○ mL
342 を正確に量り、水を加えて正確に100 mLとする。」とは、○○ mLを正確に100 mLのメスフラスコにとり、
343 水を標線まで加えることを意味する。

344 「水を加えて50 mLとする。」とは、通例、メスシリンダーを用いることを意味する。

345 2.10.2 容量の単位の表記

346 容量の単位は、原則として次のとおりとする。

100 µL 未満 µL

100 µL 以上 1 mL 未満 mL (必要に応じて µL を使用してもよい)

1 mL 以上 5000 mL 未満 mL

5000 mL 以上 L

347 2.11 計算式の記載方法

348 計算式の右辺は変数、定数の順に記載し、変数は代数表記とする。なお、計算式においては容量分析用標準
349 液のファクターは記載しない。

350 2.11.1 分数の表記について

351 ① 分数は、原則としてスラッシュ表記とする。

352 ② スラッシュ表記の分数項は括弧でくくらず、分数項の前後に半角スペースを挿入する。

- 353 記載例：**の量(mg) = $M_S \times A_T / A_S$
354 ③ 例えば下記のような場合であって、スラッシュ表記が誤解や混乱を招きやすくすると考えられる場合は
355 スラッシュ表記としない。
356 1) 分数式の分子又は分母に分数式が含まれる場合
357 2) 三重以上の括弧を含む式であって、計算式右辺に改行が必要となる場合
- 358 2.11.2 分子量換算係数等の小数となる換算係数の記載桁数
359 吸光度法、クロマトグラフィー等の計算式の分子量換算係数等は、有効数字3桁、又は小数第3位まで記載
360 する。
- 361 2.11.3 定数の記載
362 定数項の記載順は希釈等補正係数、分子量換算係数の順とする。
363 定量法、含量均一性試験、溶出試験等では分子量換算係数以外の希釈等補正係数は、項を分けることなく、
364 合算結果を一つの定数として記載する。
365 純度試験では分子量換算係数などを別項とする必要がある場合を除き、全ての定数の合算結果を一つの定数
366 として記載する。
- 367 2.11.4 定数の説明
368 原案においては、計算式の理解を助けるように定数の説明を記載することができる。
- 369 2.12 一般試験法番号の記載方法
370 2.12.1 一般試験法番号記載方針
371 製剤総則、一般試験法、医薬品各条の適否判定にかかる試験の実施及び判定等において参考すべき一般試
372 験法の番号を、“()”で囲んで記載する。
373 適否の判定基準に該当しない医薬品各条の性状の項及び参考情報には、特に必要のない場合には、一般試験
374 法番号を記載しない。また、「不溶性微粒子試験を適用しない」のように、試験の実施を伴わない場合及び「別
375 に規定する」場合にも一般試験法番号を記載しない。
- 376 2.12.2 一般試験法番号の記載方法
377 2.12.2.1 一般試験法名又は一般試験法が適用される名称の場合
378 1) 試験法名が、一般試験法の名称どおりに記載されている場合：一般試験法名の直後に記載する。
379 [例] 紫外可視吸光度測定法(2.24)により、…
380 旋光度測定法(2.49)により
381 2) 試験項目名が、一般試験法の名称どおりではないが一般試験法が適用される場合：試験項目名の直後に
382 記載する。
383 [例] 酸価(1.13) 0.2以下
384 なお、試験項目名に一般試験法番号を記載した項目中の当該一般試験法の適用を意味する語句には一般試
385 験法番号を記載しない。
386 [例] 旋光度(2.49) エルゴタミン塩基 $[\alpha]_D^{20} : -155 \sim -165^\circ$ 本品…とする。この液につき、層長
387 100 mmで旋光度を測定する。
388 3) 試験項目名に一般試験法番号記載がない項目の本文中に、一般試験法の名称どおりではないが、一般試
389 験法の適用を意味する語句がある場合：一般試験法の適用を意味する「名詞的語句」の直後に該当する
390 一般試験法番号を記載する。
391 [例] …の定性反応(1.09)を呈する。
392 …するとき、その融点(2.60)は…
393 …水分(2.48)を測定しておく
394 …で乾燥減量(2.41)を測定しておく
395 またpHについては、適否判定以外の操作を意味する場合には一般試験法番号を記載しない。
396 [例] リン酸を加えてpH3.0に調整した液
397 4) 試験項目名に一般試験法番号記載がない項目の本文中に同じ一般試験法名又は一般試験法の適用を意
398 意する「名詞的語句」が複数ある場合：必要に応じて、一般試験法番号を記載する。誤解や混乱を招く恐
399 れのある場合を除き、一般試験法番号を重複記載しない。
400 [例] 旋光度測定法(2.49)により $20 \pm 1^\circ C$ 、層長100 mmで $[\alpha]_D^{20}$ を測定する。
- 401 2.12.2.2 一般試験法の名称に、当該試験法中の特定規定を示す「名詞的語句」が併記されている場合
402 1) 一般試験法の名称と「名詞的語句」が助詞等を介すことなく連続して記載されている場合：連続記載

403 された「名詞的語句」の直後に一般試験法番号を記載する。

404 [例] 原子吸光光度法(冷蒸気方式) <2.23>

405 2) 一般試験法名称と「名詞的語句」が「の」などを介して記載されている場合:一般試験法名称の直後に
406 一般試験法番号を記載する。

407 [例] 赤外吸収スペクトル測定法<2.25>の臭化カリウム錠剤法により,

408 水分測定法<2.48>の電量滴定法

409 …の定性反応<1.09>の(1)及び(3)を呈する。ただし、定性反応の一つのみを規定する場合は、「…
410 の定性反応(1)<1.09>を呈する」と記載する。

411 抗生物質の微生物学的力価試験法<4.02>の円筒平板法により

412 2.12.2.3 特殊対応例

413 「滴定<2.50>する」のように記載する。

414 [例] …で滴定<2.50>する(電位差滴定法).

415 …で滴定<2.50>する(指示薬: **).

416 …で滴定<2.50>するとき, …

417 2.13 國際調和に関する記載方法

418 2.13.1 國際調和に関する記載方針

419 通則48に基づき、日本薬局方、欧州薬局方及び米国薬局方（以下「三薬局方」という。）での調和合意に
420 基づき規定した一般試験法及び医薬品各条については、それぞれの冒頭にその旨を記載し、三薬局方の調和合
421 意文とは異なる部分を「◆◆」又は「○○」で囲む。

422 2.13.2 記載方法

423 2.13.2.1 一般試験法の場合

424 1) 一般試験法が三薬局方で完全調和されている場合:当該一般試験法の冒頭に記載する。

425 [例] 本試験法は、三薬局方での調和合意に基づき規定した試験法である。

426 2) 一般試験法が三薬局方で調和されたが、不完全調和である場合:当該一般試験法の冒頭に記載する。

427 [例] 本試験法は、三薬局方での調和合意に基づき規定した試験法である。

428 なお、三薬局方で調和されていない部分のうち、調和合意において、調和の対象とされた項中非調和
429 となっている項の該当箇所は「◆◆」で、調和の対象とされた項以外に日本薬局方が独自に規定する
430 こととした項は「○○」で囲むことにより示す。

431 2.13.2.2 医薬品各条の場合

432 1) 医薬品各条が三薬局方で完全調和されている場合:当該医薬品各条の基原の前に記載する。

433 [例] 本医薬品各条は、三薬局方での調和合意に基づき規定した医薬品各条である。

434 2) 医薬品各条が三薬局方で調和されたが、不完全調和である場合:当該医薬品各条の冒頭に記載する。

435 [例] 本医薬品各条は、三薬局方での調和合意に基づき規定した医薬品各条である。

436 なお、三薬局方で調和されていない部分のうち、調和合意において、調和の対象とされた項中非調和
437 となっている項の該当箇所は「◆◆」で、調和の対象とされた項以外に日本薬局方が独自に規定する
438 こととした項は「○○」で囲むことにより示す。

439 2.13.3 国際調和に関する参考情報における調和文書との対照表の記載

440 1) 調和年月:当該一般試験法及び医薬品各条が三薬局方間で調和された年月を記載する。

441 2) 薬局方調和事項:薬局方調和合意文書の項目順に英語で調和項目名を記載する。

442 3) 日本薬局方:日本薬局方に収載した当該文書の項目名を記載する。調和文書の項目を日局に規定しない
443 場合は「規定しない」と記載する。

444 4) 備考:日本薬局方の規定と薬局方調和合意文書との差違などを必要に応じて記載する。

445 2.14 その他

446 2.14.1 「適合」に関する記載

447 「…に適合しなければならない」という意味の場合は「…に適合する」と記載する。

448 2.14.2 「溶かす」に関する記載

449 「本品1.0gに水20mLを加えて溶かす」ことを意味する場合には「本品1.0gを水20mLに溶かす」と記
450 載する。なお、標準溶液及び試料溶液の調製操作など溶解時に「振り混ぜる」など敢えて記載する必要のない
451 操作は記載しない。

- 452 2.14.3 「乾燥し」の意味
453 試料について単に「乾燥し」とあるのは、その医薬品各条の乾燥減量の項と同じ条件で乾燥することをい
う。
- 454
- 455 2.14.4 ろ過に関する記載
456 ろ紙以外を用いてろ過する場合には、用いるろ過器を記載する。ガラスろ過器又はメンプランフィルター
457 を用いる場合は、用いる目のあらさを記載する。また、必要がある場合には、メンプランフィルターなどの
458 材質を記載する。
459 ガラスろ過器の操作は、別に規定するもののほか、吸引ろ過とする。
- 460 2.14.5 試験に用いる水
461 医薬品の試験に用いる水は、別に規定するもののほか、試験を妨害する物質を含まないなど、試験を行う
462 のに適した水を行い、「水」と記載する。
- 463 2.14.6 水溶液の表記
464 溶質名の次に溶液と記載し、特にその溶媒名を示さないものは水溶液を示す。
- 465 2.14.7 試料の使用量
466 試験に用いる試料は、操作上又は精度管理上支障のない範囲で少量化をはかる。
- 467 2.14.8 試験を行うにあたり注意すべき操作の記載
468 試験方法の冒頭に具体的な操作条件を記載する。
469 試験操作中の曝光を制限する必要がある場合は、試験方法の冒頭に次のように記載し、原則として「本操作
470 は直射日光を避け・・・」とは記載しない。
471 [例] 通常の遮光条件下で行う場合（溶出試験の場合には、装置を遮光する必要はなく、分析操作には遮光
472 容器を用いる。）
473 本操作は遮光した容器を用いて行う。
474 [例] より厳しい遮光条件下で行う場合（溶出試験の場合には、試験室を暗くする、装置を適切な幕などで
475 覆うなど、遮光に工夫して試験を行う。）
476 本操作は光を避け、遮光した容器を用いて行う。
477
478 また、標準溶液、試料溶液が安定でない場合などでは「速やかに行う」とは記載せず、試験時間・温度な
479 どの具体的条件を記載する。
480 [例] 試験時間を規定して行う場合
481 本操作は試料溶液調製後、2時間以内に行う。（グリクラジドなど）
482 [例] 試料溶液などの保存温度などを規定して行う場合
483 試料溶液及び標準溶液は5°C以下に保存し、2時間以内に使用する。（セフチブテン水和物など）
- 484 2.14.9 「薄めた……」による混液の表記
485 1種類の試液又は液状の試薬と水の混液の場合には、組成比による記載（2.7.4）のほかに「薄めた□□」の
486 表記も用いることができる。
487 薄めた□□(1→△)とは、□□1mLに水を加えて△ mLに薄めた場合と同じ比率で薄めた□□のことである。
488 [例] 薄めた塩酸(1→5)
489 薄めたメタノール(1→2)
490 薄めた0.01 mol/Lヨウ素液(9→40)
491 薄めた色の比較液A(1→5)
- 492 2.14.10 飽和した溶液の表記
493 水が溶媒の飽和溶液の表記は、「[溶質名]飽和溶液」、水以外の溶媒の飽和溶液の場合は「[溶質名]の
494 飽和[溶媒名]溶液」と記載する。
495 [例] 塩化ナトリウム飽和溶液（塩化ナトリウムを飽和した水溶液）
496 水酸化カリウムの飽和エタノール(95)溶液（水酸化カリウムを飽和したエタノール(95)溶液）
- 497 2.14.11 日局で規定する試薬・試液の活用
498 試薬・試液を設定する場合には安易に試薬・試液の新規設定をせず、既存の試薬・試液が使用可能かを極力
499 検討する。既存の試薬・試液の採用が困難な場合には、新たに設定する。

500 3. 医薬品各条

501 3.1 各条の内容及び記載順

502 医薬品各条は次の項目の順に記載する。なお、医薬品の性状及び品質の適正を図る観点から設定の必要な
503 項目は記載しない。製剤で有効成分が複数の場合、10) 成分の含量規格、15) 確認試験、21) 製剤試験、
504 23) 定量法等は原則として成分ごとに記載する。

505 以下については、化学薬品の原薬を中心に記載しているが、生物薬品・生薬等については、特有の項目に
506 ついてその旨注記している。

507 項 目	原薬	製剤	
508 1) 日本名	○	○	
509 2) 英名	○	○	
510 3) ラテン名	△	△	生薬関係品目について記載する
511 4) 日本名別名	△	△	
512 5) 構造式	○	×	
513 6) 分子式及び分子量（組成式及び式量）	○	×	
514 7) 化学名	○	×	
515 8) ケミカル・アブストラクト・サービス (CAS) 登録番号	○	×	
516 9) 基原	△	△	
517 10) 成分の含量規格	○	○	
518 11) 表示規定	△	△	
519 12) 製法	×	○	
520 13) 製造要件	△	△	
521 14) 性状	○	△	
522 15) 確認試験	○	○	
523 16) 示性値	△	△	
524 17) 純度試験	○	△	
525 18) 意図的混入有害物質	△	△	
526 19) 乾燥減量、水分又は強熱減量	○	△	
527 20) 強熱残分、灰分又は酸不溶性灰分	△	×	
528 21) 製剤試験	×	○	
529 22) その他の試験	△	△	
530 23) 定量法	○	○	
531 24) 貯法	○	○	
532 25) 有効期間	△	△	
533 26) その他	△	△	
534			

535 (注) ○印は原則として記載する項目、△印は必要に応じて記載する項目、×印は記載する必要がない項目を
536 示す。

537 3.1.1 試験項目における括弧及び算用数字・ローマ数字の使い分け

538 試験項目両方を満たさなければならない場合は両括弧とし、どちらか一方を満たせば良い場合は片括弧を用
539 いる。項目番号のローマ数字は試験の操作順番などを細かく分けて記載する場合、同項目内に試験が複数ある
540 場合又は試験を選択する場合等に用いる。

541 [例] 純度試験

- 542 (1) 重金属
543 (2) 類縁物質

544 [例] 生薬の性状

- 545 1)
546 2)

547 [例] 純度試験

- 548 (1) 次の i) 又は ii) により試験を行う。

550 i)
551 ii)

552 3.2 日本名

553 3.2.1 原薬の日本名

554 原薬の日本名は、わが国における医薬品の一般的な名称（JAN）の日本語名及び国際一般的な名称（INN）を参考に命名する。JANもINNもない場合には、慣用名を参考にする。

556 1) 薬効本体がアミンであり、原薬がその無機酸塩又は有機酸塩の場合は、「〇〇〇***塩」と命名する。

557 [例] アクラルビシン塩酸塩

558 クロミフェンクエン酸塩

559 2) 薬効本体が第四級アンモニウムであり、原薬がその塩の場合は、「〇〇〇***化物」と命名する。

560 [例] アンペノニウム塩化物

561 エコチオバートヨウ化物

562 3) 薬効本体がアルコールであり、原薬がそのエステル誘導体の場合は、「〇〇〇***エステル」と命名する。

563 [例] ヒドロコルチゾン酢酸エステル

564 エストラジオール安息香酸エステル

565 4) 薬効本体がカルボン酸であり、原薬がそのエステル誘導体の場合で、エステル置換基としてINNが定めた短縮名を用いる場合には、カルボン酸の名称とエステル置換基の名称をスペースでつないで命名する。ただし、基原以下の項ではスペースを空けずに記載する。

566 [例] セフロキシム アキセチル

567 セフテラム ピボキシリ

568 5) 原薬が水和物の場合は、「〇〇〇水和物」と記載する。ただし、一水和物でない場合（二水和物や三水和物などの場合）であっても水和物の数は記載しない。

569 [例] アンピシリソ水和物

570 ピペミド酸水和物

571 6) 原薬が薬効本体の包接体の場合は、ゲストである薬効本体の名称とINNが定めたホスト化合物の名称をスペースでつないで命名する。

572 [例] アルプロスタジル アルファデクス

573 リマプロスト アルファデクス

574 7) L-アミノ酸及びその誘導体の場合、日本名に「L-」を付ける。

575 [例] L-バリン, L-カルボシステイン

576 8) 遺伝子組換え医薬品の場合、名称の後に（遺伝子組換え）を追加して命名する。

577 9) 細胞培養医薬品の場合、名称の後に、原則として種細胞株を（ ）で追加して命名する。

578 10) インスリン類縁体及びインターフェロン類の場合、インスリン及びインターフェロンの後にスペースを入れ、その後ろにアミノ酸配列の違いを示す語を付けて命名する。

579 11) 糖タンパク質や糖ペプチドで、アミノ酸配列は同じで糖鎖部分が異なる場合、名称の後にスペースを入れその後にギリシャ文字のカタカナ表記（アルファ、ベータ、ガンマ等）を付けて命名する。

580 12) 生物薬品については、水溶液の場合、基原に水溶液であることを記載し、日本名に液や水溶液を付けない。

581 13) 生薬の日本名はカタカナ書きとする。

582 3.2.2 製剤の日本名

583 製剤の日本名は、通例、有効成分の名称に剤形を示す名称を組み合わせて命名する。

584 剤形を示す名称は、製剤総則の小分類（口腔内崩壊錠、吸入粉末剤など）に該当する場合は、その剤形名を用いる。小分類に該当するものがなく、中分類（錠剤、注射剤など）に該当するものがある場合は、中分類の剤形名を用いる。製剤各条及び生薬関連製剤各条に収載以外の剤形についても、必要に応じて、適切な剤形とすることができる。例えば、投与経路と製剤各条の剤形名などを組み合わせることにより、性状又は用途などに適した剤形名を使用することができる。有効成分の名称部分は、製剤の有効成分が単一の場合は、その原薬の日本名とし、製剤の有効成分が複数の場合は、これらの原薬の日本名を五十音順に並べるか、又は支障のない限り、このうちの一つ以上を代表させて五十音順に並べることにより構成するが、開発の経緯を踏まえ、主薬成分の順番を先とすることもできる。ただし、原薬として水和物を用いていても、製剤の日本名には「水和物」を表記しない。また、医療の場において広く使われている製剤の慣用名などで特定の商品名に由来しないものがある場合においては、支障のない限り、慣用名などを用いることは差し支えない。また、倍散製剤

601 はその濃度を%で表記し、倍散の名称は用いない。
602 [例] アザチオプリン錠
603 カイニン酸・サントニン散
604 イオウ・サリチル酸・チアントール軟膏
605 コデインリン酸塩散 1%

606 3.3 英名

607 原薬の英名は、日本名に対応する英名で命名する。
608 製剤の英名は、支障のない限り、日本名に対応する英名を用いて命名する。また、米国薬局方、欧州薬局
609 方等で使用されている剤形名も参考とする。
610 英名はそれぞれの単語の最初を大文字で始める。
611 漢方処方エキスに用いる漢方処方名の英名は、関連主要学会の統一表記法（漢方処方名ローマ字表記法）に
612 従う。参考資料：日本東洋医学雑誌、56(4), 609-622(2005); 和漢医薬学雑誌、22, 練じ込み別冊(2005);
613 Natural Medicines, 59(3), 129-141(2005).

614 3.4 日本名別名

615 原薬の日本名が、INNの日本語読み、又は、繁用されている名称と異なるときなどは、これらを日本名別
616 名として記載することができる。
617 製剤においても、有効成分の名称部分については、必要があれば日本名別名を記載することができる。ま
618 た、医療の場において広く使われている製剤の慣用名などで特定の商品名に由来しないものがある場合は、
619 これを日本名別名とすることができます。
620 原薬又は製剤の日本名が改正されたときには、改正前の日本名を日本名別名として記載する。
621 日本名が承認書の一般的な名称と異なる場合は、承認書の一般的な名称を日本名別名として記載する。

622 3.5 ラテン名

623 生薬では、ラテン名を国際名として英名の次に掲げる。ラテン名は、原則として生薬の基原の属名と利用
624 部位を組み合わせたものとする。もし、同属に別な生薬がある場合には、種小名や、生薬の形態学的特徴、
625 別名等を示すラテン語を組み合わせる。なお、生薬の慣用ラテン名がある場合にはそれを用いる。

626 3.6 構造式

627 構造式は、「WHO 化学構造式記載ガイドライン (The graphic representation of chemical formulae in the
628 publications of international nonproprietary names (INN) for pharmaceutical substances
629 (WHO/Pharm/95.579))」, <http://apps.who.int/medicinedocs/pdf/h1807e/h1807e.pdf>」を指針に作成する。な
630 お、幾何異性体、立体異性体及びラセミ化合物である場合においても、当該化合物の化学構造式は異性体で
631 あることを反映した構造式であることを原則とする。

632 ペプチド及びタンパク質性医薬品のアミノ酸配列は、3 文字（概ね 20 アミノ酸残基以下）又は 1 文字（概
633 ね 21 アミノ酸残基以上）で表記する。1 文字表記においては、10 残基ごとにスペースを入れ、50 残基ごとに
634 改行する。また、ジスルフィド結合及び翻訳後修飾等の構造情報も明記する。ペプチド及びタンパク質性医薬
635 品については、通例、次のように記載する。なお、アミノ酸配列は等幅フォントを用いて記載する。また、翻
636 訳後修飾については、アミノ酸と区別するために、異なるフォントを用いる。

637 [例 1] ペプチド性医薬品

638 Glu-Ile-Val-Glu-Gln-Cys-Cys-Thr-Ser-Ile-Cys-Ser-Leu-Tyr-Gln-Leu-Glu-Asn
639 Glu1, ピログルタミン酸

640 [例 2] ペプチド性医薬品及びタンパク質性医薬品（2 本鎖）

641 A鎖

642 OHC-MIVEQCCTSI CSLYQLENYA CGEAGFFTPE G-NH₂

644 B鎖

645 GIVEQCIYVL LENYIALYQL PVCQHLCGSH LVAAK

646 B鎖 K35, プロセシング（部分的）

648 [例3] ペプチド性医薬品及びタンパク質性医薬品（ホモダイマー）
649
650 APAERCELAA ALAGLAFFPAP RGYSLGWNWVC AEPQPQGSQC VEHDCFALYP
651 AAKFESNFNT QATNRNTDGS TDYGILQINS GPATFLNASQ ICDGLRGHLM
652 RWWCNDGRTP GSRNLNCNIPC SALLSSDITA TVRSSVAADA ISLLLNGDGG
653 SVNCAKKIVS DGNGMNAWVA WRNRCKGTDV QLPPGCGDPK RLGPLRGFQW
654 QAWIRGCRLV FPATCRPLAV GAWDESVENG GCEHACNAIP GAPRCQCAGP
655 AALQADGRSC TASATQSCND LCEHFCVPNP DQPGSYSCMC ETGYRLAADQ
656 HRCEDVDDCI LEPSPCPQRC VNTQGGFECH CYPNYDLVDG ECVEPVDPDF
657 RANCEYQCQP LNQTSYLCVC AEGFAPIPHE PHRCQMFCNQ TACPADCDPN
658 TQASCSCPEG YILDDGFICT DIDECEENGCF CSGVCTNLPG TFECIGPDK
659
660 C245, 分子間ジスルフィド結合；N322, ヒドロキシアスパラギン
661
662 [例4] 糖タンパク質性医薬品
663
664 タンパク質部分
665
666 APAERCELAA ALAGLAFFPAP RGYSLGWNWVC AEPQPQGSQC VEHDCFALYP
667 AAKFESNFNT QATNRNTDGS TDYGILQINS GPATFLNASQ ICDGLRGHLM
668 RWWCNDGRTP GSRNLNCNIPC SALLSSDITA TVRSSVAADA ISLLLNGDGG
669 SVNCAKKIVS DGNGMNAWVA WRNRCKGTDV QLPPGCGDPK RLGPLRGFQW
670 QAWIRGCRLV FPATCRPLAV GAWDESVENG GCEHACNAIP GAPRCQCAGP
671 AALQADGRSC TASATQSCND LCEHFCVPNP DQPGSYSCMC ETGYRLAADQ
672 HRCEDVDDCI LEPSPCPQRC VNTQGGFECH CYPNYDLVDG ECVEPVDPDF
673 RANCEYQCQP LNQTSYLCVC AEGFAPIPHE PHRCQMFCNQ TACPADCDPN
674 TQASCSCPEG YILDDGFICT DIDECEENGCF CSGVCTNLPG TFECIGPDK
675
676 N87, N362, 及び T436, 糖鎖結合；N389, 糖鎖結合（部分的）；
677 S285, グルコシル化；N322, ヒドロキシアスパラギン

689 糖鎖部分（主な糖鎖構造）
 690 N87, N362, N389
 691
 692 Man α 1-6
 693 Man α 1' β 3 Man α 1-6
 694 Man α 1' β 3 Man β 1-4GlcNAc β 1-4GlcNAc
 695
 696
 697 (NeuAc α 2-)₀₋₂ { 3/6Gal β 1-4GlcNAc β 1-2Man α 1-6
 698 } Man β 1-4GlcNAc β 1-4GlcNAc
 699 3/6Gal β 1-4GlcNAc β 1-2Man α 1' β 3
 700
 701 T436
 702
 703 NeuAc α 2-6Gal β 1-3GalNAc

704 3.7 分子式及び分子量（組成式及び式量）

705 3.7.1 有機及び無機化合物

706 有機化合物については分子式及び分子量を、無機化合物については組成式及び式量を記載する。

707 3.7.2 分子式の記載

708 分子式は構造式の表記と整合したものとする。

709 有機化合物の分子式の元素の記載順は、C, H の順とし、次いでそれ以外の元素記号を元素記号のアルファベット順に記載する。塩を形成する化合物、溶媒和物、包接化合物などは、分子式と分子式の間に「・」を入れて記載する【例 1】。分子式の係数は、原則として整数とする【例 2】。ただし、溶媒和物の場合は、溶媒の分子式の係数に分数（帯分数を含む）を使用することができる【例 3】。塩や溶媒の数が不明の時は、係数として x, yなどを用いて記載する【例 4】。

714 [例 1]	C ₆ H ₁₄ N ₄ O ₂ · HCl
715	C ₁₆ H ₁₀ ClKN ₂ O ₃ · KOH
716	(C ₁₈ H ₂₂ N ₂ S) ₂ · C ₄ H ₆ O ₆
717	C ₃₇ H ₆₇ NO ₁₃ · C ₁₂ H ₂₂ O ₁₂
718	C ₁₇ H ₂₁ NO · C ₇ H ₇ ClN ₄ O ₂
719	C ₁₅ H ₁₇ NS ₂ · C ₁₄ H ₁₀ O ₄
720	C ₁₈ H ₁₈ N ₆ O ₅ S ₂ · C ₃ H ₈ O ₂
721	C ₄ H ₁₀ N ₂ · C ₆ H ₁₀ O ₄
722	C ₁₂ H ₁₅ NO ₃ · HCl · H ₂ O
723	C ₁₅ H ₁₅ N ₃ O · C ₃ H ₆ O ₃ · H ₂ O
724 [例 2]	C ₁₆ H ₁₉ N ₃ O ₅ S · 2H ₂ O
725	C ₁₆ H ₂₀ N ₇ NaO ₇ S ₃ · 7H ₂ O
726	(C ₁₂ H ₁₉ NO ₂) ₂ · H ₂ SO ₄
727	(C ₁₈ H ₂₂ N ₂ S) ₂ · C ₄ H ₆ O ₆
728	C ₂₀ H ₂₄ ClN ₃ S · 2C ₄ H ₄ O ₄
729	(C ₂₀ H ₄₁ N ₅ O ₇) ₂ · 5H ₂ SO ₄
730	C ₁₉ H ₂₄ N ₆ O ₅ S ₂ · 2HCl · H ₂ O
731	(C ₁₆ H ₁₈ N ₂ O ₄ S) ₂ · C ₁₆ H ₂₀ N ₂ · 4H ₂ O
732	(C ₁₉ H ₂₄ N ₂ O ₄) ₂ · C ₄ H ₄ O ₄ · 2H ₂ O
733 [例 3]	C ₁₈ H ₁₆ N ₈ Na ₂ O ₇ S ₃ · 3 ₂ H ₂ O :
734	C ₂₂ H ₂₄ N ₂ O ₈ · HCl · ₂ C ₂ H ₆ O · ₂ H ₂ O
735	C ₄₂ H ₆₆ O ₁₄ · ₂ C ₃ H ₆ O
736 [例 4]	C ₂₂ H ₄₃ N ₅ O ₁₂ · xH ₂ SO ₄
737	C ₂₀ H ₁₈ ClNO ₄ · xH ₂ O
738	C ₁₄ H ₁₆ N ₈ O ₄ · C ₂ H ₈ N ₂ · xH ₂ O
739	C ₂₂ H ₃₆ O ₅ · xC ₃₆ H ₆₀ O ₃₀

740 $C_{12}H_{30}Al_8O_{51}S_8 \cdot xAl(OH)_3 \cdot yH_2O$

741

742 **3.7.3 分子量（式量）の記載**

743 分子量（式量）は 2010 年国際原子量表により、各元素の原子量をそのまま集計し、小数第 3 位を四捨五入
744 し、小数第 2 位まで求める。

745 **3.7.4 分子式と分子量などの区切り**

746 分子式（組成式）と分子量（式量）の間には「：」を入れる。

747 [例] $C_9H_8O_4 : 180.16$

748 **3.7.5 生物薬品の分子式と分子量の記載**

749 分子式及び分子量が均一なペプチド性医薬品及びタンパク質性医薬品については、その分子式及び分子量を
750 記載する。分子式及び分子量が不均一な糖タンパク質性医薬品及び修飾タンパク質については、タンパク質部分
751 の分子式・分子量のみを記載し、糖鎖や修飾基などを含めた分子量（概数）は基原に記載する。ペプチド性
752 医薬品、タンパク質性医薬品及び糖タンパク質性医薬品は、通例、次のように記載する。

753 [例 1] ペプチド性医薬品 (3.6 [例 1] の場合)

754 $C_{86}H_{137}N_{21}O_{31}S_3 : 2057.33$ (注)

755 注 N 末端、C 末端、及び側鎖は非解離状態で計算する。また、Glu1 はピログルタミン酸として計
756 算する。

757 [例 2] ペプチド性医薬品及びタンパク質性医薬品 (3.6 [例 2] の場合)

758 $C_{326}H_{499}N_{79}O_{97}S_8 : 7333.44$ (2 本鎖) (注 1)

759 A 鎖 $C_{148}H_{221}N_{35}O_{49}S_5 : 3434.87$ (注 2)

760 B 鎖 $C_{178}H_{280}N_{44}O_{48}S_3 : 3900.59$

761 注 1 N 末端、C 末端、及び側鎖は非解離状態で計算する。分子内及び分子間ジスルフィド結合は結
762 合した状態で計算する。A 鎖 M1 はホルミルメチオニンとして計算する。A 鎖 T31 はグリシンア
763 ミドとして計算する。また、B 鎖 K35 は結合しているものとして計算する。

764 注 2 分子内ジスルフィド結合は結合した状態で計算する。分子間ジスルフィド結合は還元型として
765 計算する。

766 [例 3] ペプチド性医薬品及びタンパク質性医薬品 (3.6 [例 3] の場合)

767 $C_{4078}H_{6216}N_{1186}O_{1314}S_{100} : 96086.65$ (二量体) (注 1)

768 単量体 $C_{2039}H_{3109}N_{593}O_{657}S_{50} : 48044.33$ (注 2)

769 注 1 N 末端、C 末端、及び側鎖は非解離状態で計算する。N322 はヒドロキシアスパラギンとして
770 計算する。分子内及び分子間ジスルフィド結合は結合した状態で計算する。

771 注 2 分子内ジスルフィド結合は結合した状態で計算する。分子間ジスルフィド結合は還元型として
772 計算する。

773 [例 4] 糖タンパク質性医薬品 (3.6 [例 4] の場合)

774 $C_{2039}H_{3109}N_{593}O_{657}S_{50} : 48044.33$ (タンパク質部分) (注)

775 注 N 末端、C 末端、及び側鎖は非解離状態で計算する。N322 はヒドロキシアスパラギンとして計
776 算する。分子内ジスルフィド結合は結合した状態で計算する。N87, N362, N389, T436 及び
777 S285 には糖が結合していないものとして計算する。

778 **3.8 化学名及びケミカル・アブストラクト・サービス (CAS) 登録番号**

779 **3.8.1 化学名の記載**

780 化学名は、IUPAC 命名法に従って、英語で命名し、化学名の最初は大文字で記載する。なお、幾何異性体、
781 立体異性体及びラセミ化合物である場合においても、当該化合物の化学名は異性体であることを反映した化
782 学名であることを原則とする。

783 **3.8.2 CAS 登録番号の記載**

784 CAS 登録番号のあるものについては、化学名の下に [] を付けてイタリック体で記載する。化学名を記載し
785 ない場合にあっては、分子式（組成式）の下に記載する。なお、医薬品各条の品目に該当する CAS 登録番号

786 がない場合には、無水物などの CAS 登録番号を、[〇〇-〇〇-〇、無水物]のように記載する。

787 **3.9 基原**

788 **3.9.1 基原の記載**

789 原薬においては、通例、化学合成で製造されたもの以外は、その基原を記載する。

790 製剤においては、通例、化学合成で製造されたもの以外の原薬を有効成分として製造された製剤や天然物
791 由来の製剤などで、原薬が収載されていない場合には、その基原を記載する。

792 なお、高分子化合物については、合成原料などその基原を明記する。

793 抗生物質において、培養により製造される場合は、産生菌の学名（ラテン語）を記載する。

794 **[例] 抗生物質（ゲンタマイシン硫酸塩）**

795 「本品は、*Micromonospora purpurea* 又は *Micromonospora echinospora* の培養によって得られる抗細
796 菌活性を有するアミノグリコシド系化合物の混合物の硫酸塩である。」

797 生物薬品においては、水溶液の場合は、水溶液であることを明記する。分子量については、3.7.5 に従い必
798 要に応じて基原に記載する。規格試験法に分子量の項がある場合は、その規格値を記載する。分子量には幅
799 があってもよい（例：○～△）。分子量の項がない場合で、不均一性が高いなどの理由により分子量を測定
800 できない場合は、代表的な分子の各元素の原子量を集計して記載してもよい。遺伝子組換え糖タンパク質性
801 医薬品については、細胞基材の種類を明記する。遺伝子組換え医薬品を含む生物薬品は、次のように記載す
802 る。

803 **[例] ペプチド性医薬品（3.6 [例 1] の場合）**

804 「本品は、〈健康な〉××（種）の□□（細胞、組織又は臓器等）から得られた（（ホルモン、酵素、サ
805 サイトカイン、増殖因子、ワクチン、抗体、血液凝固因子又は阻害剤等）で）あり、18 個のアミノ酸残基か
806 らなるペプチドである。」

807 「本品は、合成（（ホルモン、酵素、サイトカイン、増殖因子、ワクチン、抗体、血液凝固因子又は阻害
808 効剤等））であり、18 個のアミノ酸残基からなるペプチドである。」

809 **[例] ペプチド性医薬品及びタンパク質性医薬品（3.6 [例 2] の場合）**

810 「本品の本質は、〈健康な〉××（種）の□□（細胞、組織又は臓器等）から得られた（（ホルモン、酵
811 素、サイトカイン、増殖因子、ワクチン、抗体、血液凝固因子又は阻害剤等））であり、31 個のアミノ酸
812 残基からなる A鎖 1 分子、及び 35 個のアミノ酸残基からなる B鎖 1 分子から構成される◇◇（ペプチド
813 又はタンパク質）である。本品は、水溶液である。」

814 **[例] ペプチド性医薬品及びタンパク質性医薬品（3.6 [例 3] の場合）**

815 「本品は、〈健康な〉××（種）の□□（細胞、組織又は臓器等）から得られた（（ホルモン、酵素、サ
816 サイトカイン、増殖因子、ワクチン、抗体、血液凝固因子又は阻害剤等））であり、449 個のアミノ酸残基か
817 らなるサブユニット 2 分子から構成される◇◇（ペプチド又はタンパク質）である。」

818 **[例] 糖タンパク質性医薬品（3.6 [例 4] の場合）**

819 「本品の本質は、〈健康な〉××（種）の□□（細胞、組織又は臓器等）から得られる（（ホルモン、酵
820 素、サイトカイン、増殖因子、ワクチン、抗体、血液凝固因子又は阻害剤等））であり、449 個のアミノ酸
821 残基からなる糖タンパク質（分子量約△△又は〇〇～△△）である。本品は、水溶液である。」

822 **[例] 遺伝子組換えペプチド性医薬品及びタンパク質性医薬品**

823 「本品の本質は、遺伝子組換えヒト××であり、〇〇個のアミノ酸残基からなる◇◇（ペプチド又はタン
824 パク質）である。本品は、水溶液である。」

825 **[例] 遺伝子組換え糖タンパク質性医薬品**

826 「本品の本質は、遺伝子組換えヒト××であり、◇◇細胞で產生される。本品は、〇〇個のアミノ酸残基
827 からなる糖タンパク質（分子量約△△）である。本品は、水溶液である。」

828 **[例] 遺伝子組換え糖タンパク質性医薬品（アミノ酸置換型）**

829 「本品の本質は、遺伝子組換えヒト××の類縁体で、\$鎖#番目が▽（アミノ酸）に、&番目が▲に置換
830 されている。本品は◇◇細胞で產生される〇〇個のアミノ酸残基からなる糖タンパク質（分子量約△△）であ
831 る。本品は、水溶液である。」

- 832 [例] 多糖類
833 「本品は、〈健康な〉××(種)の□□(細胞、組織、又は臓器等)から〈得た▲▲(例:ヘパリンナトリウム)の◇◇分解によって〉得た●●及び◇◇(単糖)からなる◎◎(例:グリコサミノグリカン、低分子量ヘパリン)(分子量約〇〇)である。」
- 836 3.9.2 学名の記載
837 生薬の植物学名は、「The International Plant Names Index (IPNI), <http://www.ipni.org/>」を指針に記載する。ただし、学名の命名者名の姓はフルスペルで記載し、基礎異名の命名者名は省略する。
839 [例] ミツバアケビの学名は IPNI では *Akebia trifoliata* (Thunb.) Koidz. となっているが、日局では 840 *Akeiba trifoliata* Koidzumi と記載する。
841 科名は新エングラーの分類体系に従う。
842 なお、基原が複数あり、基原により他の項目の規定が異なる場合は、1), 2)・・と番号を付して基原を記載 843 する。
- 844 3.9.3 基原の書きだし
845 書きだしは「本品は……」とする。
846 製剤の特性を記載する必要がある場合、次のように記載する。
847 [例] 本品は水性の注射剤である。
848 [例] 本品は用時溶解(懸濁)して用いるシロップ用剤である。
- 849 3.10 成分の含量規定
850 3.10.1 原薬の記載
851 原薬は、通例、次のように記載する。
852 [例] 化学薬品
853 「本品は定量するとき、××(分子式)○～△%を含む。」
854 [例] 抗生物質
855 「本品は定量するとき、換算した脱水物 1 mg 当たり○～△ μg(力価)を含む。ただし、本品の力価は、 856 ××(分子式:分子量)としての量を質量(力価)で示す。」
857 [例] タンパク質性医薬品(溶液)
858 「本品は定量するとき、1 mL 当たり○～△ mg のタンパク質を含み、タンパク質 1 mg 当たり×～□ 859 単位を含む。」
860 [例] タンパク質性医薬品(粉末)
861 「本品は定量するとき、タンパク質 1 mg 当たり○○○△△～□単位を含む。」
862 [例] 生薬
863 生薬関連ではない医薬品各条と同様に、「定量するとき、」と規定する。
864 「本品は定量するとき、○○○(分子式)△.△%以上を含む。」
865 「本品は定量するとき、換算した生薬の乾燥物に対し、○○○(分子式)として△.△%以上を含む。」
866 標準品を用いて定量する場合
867 「本品は定量するとき、換算した生薬の乾燥物に対し、××(分子式:分子量)○%以上を含む。」
868 試薬の定量用**を用いて定量する場合
869 「本品は定量するとき、換算した生薬の乾燥物に対し、×× ○%以上を含む。」
870 なお、試験項目名として「成分含量測定法」は使用せず、「定量法」と記載する。
- 871 3.10.2 製剤の記載
872 製剤は、通例、次のように記載する。
873 [例] 製剤一般
874 「本品は定量するとき、表示量の○～△%に対応する××(分子式:分子量)を含む。」
875 [例] 注射剤(成分・分量が規定されていない注射剤)及び注射用**
876 「本品は定量するとき、表示量の○～△%に対応する××(分子式:分子量)を含む。」
877 [例] 注射剤(成分・分量が規定されている注射剤)
878 「本品は定量するとき、◇◇(分子式:分子量)○～△ w/v%を含む。」
879 なお、確認試験、純度試験、含量均一性、溶出性、定量法のいずれの試験においても、『表示量に従い』と 880 いう旨の記載は必要ない。

- 881 3.10.3 成分の含量の規定における医薬品各条名又は化学的純物質名の記載法
- 882 成分の含量を規定する際には、通例、次により具体的な医薬品各条名又は化学的純物質名の記載を行う。
- 883 医薬品各条を示す場合は、医薬品名を「」で囲んで示す。
- 884 化学的純物質を示す場合は、医薬品名又は物質名の次に、分子式又は組成式を()で囲んで示す。ただし、
885 その名称に対応する分子量又は式量が当該医薬品各条に記載されていない場合には、分子式又は組成式に統
886 けてそれぞれ分子量又は式量を記載する。
- 887 [例]
- 888 ① 医薬品各条を示す場合
- 889 (各条日本名) (例)
- 890 アミノフィリン水和物 「アミノフィリン水和物」
- 891 ② 化学的純物質を示す場合で、当該各条にその分子量又は式量の記載があるもの
- 892 (各条日本名) (例)
- 893 レセルピン レセルピン($C_{33}H_{40}N_2O_9$)
- 894 塩化ナトリウム 塩化ナトリウム(NaCl)
- 895 ③ 化学的純物質を示す場合で、当該各条にその分子量又は式量の記載がないもの
- 896 (各条日本名) (例)
- 897 レセルピン散 0.1% レセルピン($C_{33}H_{40}N_2O_9 : 608.68$)
- 898 生理食塩液 塩化ナトリウム(NaCl : 58.44)
- 899 3.10.4 含量規格値の記載
- 900 3.10.4.1 %で規定する場合
- 901 成分の含量を%で示す場合、原薬又は製剤に関わらず、通例、小数第1位まで規定する。
- 902 原薬の成分の含量規格値は、通例、幅記載とする。
- 903 製剤の成分の含量規格値は、通例、表示量に対する%で示し、幅記載とする。
- 904 なお、液体クロマトグラフィーにより定量を行っている原薬の含量規格の設定については、通例、98.0～
905 102.0%のように規定する。
- 906 3.10.4.2 単位又は力価で規定する場合
- 907 成分の含量を一定の生物学的作用、すなわち力価で表すときは、「単位」で規定する。ただし、抗生物質医
908 薬品にあっては、通例、「質量(力価)」で規定する。日本薬局方における単位とは日本薬局方単位を示す。
909 成分の含量規格値は、通例、幅記載とする。
- 910 3.10.5 乾燥などを行って定量した場合の含量の記載
- 911 乾燥減量の条件に従って乾燥したものを定量する場合は、「本品を乾燥したものは定量するとき、…」と、
912 乾燥減量の実測値に従って換算するものは、「本品は定量するとき、換算した乾燥物に対し、…」と記載し、
913 両者のいずれかを任意に選択する。また、水分の実測値に従って換算するものは、「本品は定量するとき、換
914 算した脱水物に対し、…」と記載する。この場合、残留溶媒の限度規制が行われ、残留溶媒量が定量値に影響
915 を及ぼすと考えられる場合には脱溶媒物換算を行うことができ、「本品は定量するとき、換算した脱水及び脱
916 溶媒物に対し、…」と記載する。(例: プラバスタチンナトリウム等) また、残留溶媒が純度試験にエタノール
917 など具体的に規定されている場合には、「本品は定量するとき、換算した脱水及び脱エタノール物に対し、
918 …」と記載する。(例: 金チオリンゴ酸ナトリウムなど)
- 919 3.10.6 その他
- 920 有機ハロゲン化合物であって医薬品の定量法が適切に設定されている場合には、含量規定に加えて、ハロ
921 ゲン含量を設定する必要はない。なお、ハロゲン含量を規定する場合は、成分の含量としてではなく、示性
922 値として規定する。
- 923 また、製剤の含量規格の設定に際しては、原則として増し仕込みに基づく含量規格の設定は行わない。
- 924 3.11 表示規定
- 925 表示規定を定める場合は、通例、次のように記載する。以下の場合に限らず、品目の特性を考慮した上で、
926 必要に応じて表示規定を記載することができる。
- 927 [例]
- 928 ① 表示事項(数値、物性、単位等)について留意する必要がある場合
- 929 「本品の**は××の量で表示する。」
- 930 「本品はその**を××の単位で表示する。」

- 931 ② タイプ、用途等により分類される場合
932 「本品はそのタイプを表示する。」
933 「本品のうち、＊＊に用いるものについてはその旨表示する。」
934 ③ 品質保持等を目的として特定の物質が加えられる可能性がある場合
935 「＊＊剤として××を加えた場合、その旨表示する。」
936 「本品は○○剤使用の有無とその成分を表示する。」
937 ④ 別名を表示することができる場合
938 「本品の＊＊が××以下のものは、別名として▲▲と表示することができる。」
939 ⑤ 加工したものがある場合又は複数の加工法がある場合
940 「本品のうち、＊＊したものはその旨表示する。」
941 「本品はその加工法を表示する。」

3.12 製法

943 製剤総則の剤形に製法が記載されている場合は、その剤形名を用い、通例、次のように記載する。

944 [例] 本品は「**」をとり、錠剤の製法により製する。

945 [例] 本品は「**」をとり、シロップ用剤の製法により製する。

946 [例] 本品は「**」をとり、顆粒剤又は散剤の製法により製する。

947 3.13 製造要件

最終製品の規格だけでは品質確保が極めて困難な項目など、必要に応じて、規格に加えて、製造過程において留意すべき事項を製造要件として設定する。特定の試験方法及び判定基準を設定する場合は、当該試験方法及び判定基準を満たす必要がある場合や条件等についても言及した上で、記載例を参考に記載する。なお製造要件において、具体的な試験方法を記載する場合は、「3. 医薬品各条」で述べられている記載要領に準じて記載する。

953 (製造要件の例)

- ・原料・資材、製造工程に関する要件：原料・資材や製造工程において混入又は生成するリスクがある不純物の制限など。
 - ・中間体の管理に関する要件：最終中間体など、中間体を管理することによって最終製品の品質を担保する場合の判定基準など。
 - ・工程内試験に関する要件：精製レベルを管理するなど、工程内試験によって、最終製品の品質を担保する場合など。

960 ・出荷時の試験の省略に関する要件：パラメトリックリリース、リアルタイムリリース試験、スキップ試験
961 等が適用される場合のそれらの条件など。
962 [例] 本品は、**由来の××を原料として製造し、その製造過程におけるDNA反応性（変異原性）不純
963 物である▲▲の混入について評価する。

[例] □□の薬理活性を持つ××を除去又は最小とする製造方法で製造する。製造方法は、以下の試験に適合することが検証された方法とする。

■■試験 本品〇 g をとり、 ··· ··· ■■試験を行うとき、適合する。
〔例〕 **は光学活性を有するため、中間体管理又は工程管理において、適宜、光学純度を規定し、最終

××中の光学活性不純物の規格を満たすことが検証された製造方法とする。

■**試験** 木品〇をとり、試験を行ふとき、▲は%以下である。

【例】本品の精製工程では、最終製品中の水分が%以下に下しなるところまで精製を行う。

生物薬品の品質は、通例、原薬あるいは製剤の規格及び試験方法の設定に加えて、製造工程の管理を適切に行なうことで、確保される。管理すべき品質特性のうち、規格及び試験方法を設定しないものについては、製造要件を記載する。ただし、感染性物質混入回避への対応は、全ての生物薬品に対しての前提事項であるため、感染性物質に関する製造要件を各々に記載する必要はない。

1) 工程内試験を設定する場合

〔例〕宿主細胞由来タンパク質

例 1：工程内試験として宿主細胞由来タンパク質残存量を酵素免疫試験法により試験するとき、基準値以下である。

981 例 2：工程内試験として宿主細胞由来タンパク質残存量を酵素免疫試験法により試験するとき，○○
982 以下である。
983 例 3：▲▲クロマトグラフィーの溶出液を試料として，宿主細胞由来タンパク質残存量を酵素免疫試
984 験法により試験するとき，基準値以下である。
985 例 4：▲▲クロマトグラフィーの溶出液を試料として，宿主細胞由来タンパク質残存量を□□を用い
986 た××により試験するとき，○○以下である。
987 [例] 糖鎖非付加体
988 工程内試験として，▲▲法を用いた□□により試験するとき，糖鎖非付加体は△%以下である。
989 [例] 中間体
990 ××化工程の直前の製品を重要中間体とし，●●，▲▲，■■に関して，試験方法と適否の判定基準
991 を定める。
992 2) 工程内試験を設定せず，パラメーター管理する場合
993 [例] 糖鎖
994 原薬を試料として糖鎖試験法(2.64)に準じた方法によりN結合型糖鎖を試験するとき，標準品と同
995 様の糖鎖プロファイルを示すことが検証された方法により，生産細胞を培養する。
996 [例] 宿主細胞由来 DNA
997 原薬中のDNA残存量をPCR法により試験するとき，基準値以下となることが検証された方法により
998 精製する。
999 [例] 類縁物質
1000 原薬を試料としてイオン交換クロマトグラフィーにより試験するとき，主なピーク以外のピークの面
1001 積が○%未満であり，主なピーク以外のピークの合計面積が○%未満となることが検証された方法に
1002 より精製する。
1003 [例] 糖鎖非付加体
1004 原薬中の糖鎖非付加体が○%以下になることが検証された方法により精製する。

1005 3.14. 性状
1006 性状は，当該医薬品の物理的，化学的性質及び形態を，参考として記載するものである。
1007 3.14.1 性状の記載
1008 3.14.1.1 性状の記載事項
1009 原薬の性状は，必要に応じて，色，形状，におい，味，溶解性，液性，物理的及び化学的特性(吸湿性，光
1010 による変化など)，示性値(適否の判定基準としないもの)の順に記載する。融点が分解点で，規定する必要が
1011 ある場合は，原則として性状の項へ記載する。結晶多形のあることが判明している原薬の融点については，特
1012 許の有無にかかわらず適否の判定基準となる示性値とはせず，性状の項に参照スペクトルを測定した原薬の
1013 融点を物性情報として載せる。
1014 製剤の特性は製品毎に異なるので，通例，性状は記載しない。ただし，例えば，注射剤，点眼剤では外観
1015 を，薬局製剤では外観，におい，味(原則として内用剤に限る)の順に記載する。更に，製剤化により原薬と異
1016 なる安定性，特性値が生じた場合は，これらを順に記載する。
1017 なお，示性値の記載の方法は，3.17に規定した方法による。
1018 また，何らかの理由により，原薬の収載のない製剤については，原則として製剤に使用する原薬の性状(溶
1019 解性，液性等)を原薬の記載方法に準じて記載する。
1020 (例：注射用アセチルコリン塩化物)
1021 3.14.2 におい及び味の記載
1022 におい及び味については，原則として記載する必要はないが，参考として試験者に情報提供する必要がある
1023 場合は記載する。ただし，毒劇薬，麻薬，向精神薬又は作用の激しいものなど試験者に健康上の影響を与
1024 える可能性があるもの又は飛散性のものについては，におい及び味を記載しない。
1025 3.14.3 色
1026 色の表現は，通例，JIS Z 8102-2001“物体色の色名”による。
1027 3.14.3.1 有彩色の基本名
1028 有彩色の基本名は，赤色，黄赤色，黄色，黄緑色，緑色，青緑色，青色，青紫色，紫色，赤紫色とする。
1029 そのほか，褐色，橙色，紅色，黄白色などを用いてもよい。れんが色，さけ色，すみれ色などの色をものに
1030 より例示する表現は，原則として用いない。

- 1031 3.14.3.2 無彩色の基本名
1032 無彩色の基本名は、白色（ほとんど白色を含む）、明るい灰色、灰色、暗い灰色、黒色とする。
1033 3.14.3.3 有彩色の明度及び彩度
1034 有彩色の明度及び彩度に関する形容詞は、ごく薄い、薄い、灰、暗い（又は暗）、ごく暗い、さえた（鮮）
1035などを用いる。濃（濃い）、淡（薄い）、微（僅か）を使ってもよい。濃淡の順序は濃、淡、微の順とする。
1036 [例] ごく薄い赤色、暗赤色
1037 色相に関する形容詞は、帯赤（赤みの）、帯黄（黄みの）、帯緑（緑みの）、帯青（青みの）、帯紫（紫み）
1038 の）を用いる。
1039 [例] 帯青紫色（青みの紫色）
1040 3.14.3.4 無色に関する記載
1041 無色は、ほとんど無色を含む。「無色の澄明の液」は「無色澄明の液」と記載する。
1042 3.14.4 形状
1043 3.14.4.1 結晶、結晶性の粉末及び粉末
1044 結晶及び粉末については、次のような表現を用いる。
1045 結晶……………肉眼又はルーペを用いて結晶と認められるもの。
1046 粉末……………肉眼やルーペでは結晶と認められないものは「粉末」とする。
1047 結晶性の粉末……粉末のうち、粉末X線回折測定法又は光学顕微鏡により結晶の存在が認められるものは、
1048 「結晶性の粉末」と記載してもよい。なお、「結晶性粉末」の語は用いない。
1049 3.14.5 におい
1050 3.14.5.1 においの記載
1051 においは、次のような表現を用いて記載する。
1052 アミン臭、刺激臭、特異なにおい、不快なにおい、芳香、▲▲様のにおい
1053 3.14.5.2 においの強弱の記載
1054 においの強弱は、次のような表現を用いて記載する。
1055 強、強い、弱、弱い、僅か
1056 3.14.6 味
1057 3.14.6.1 味の記載
1058 味は、次のような表現を用いて記載する。
1059 甘い、えぐい、塩味、辛い、酸味、塩辛い、舌をやくような、渋い、苦い、苦味、温感、冷感、金属味
1060 3.14.6.2 味の強弱の記載
1061 味の強弱は次のような表現を用いて記載する。
1062 強、強い、弱、弱い、僅か
1063 3.14.7 溶解性
1064 3.14.7.1 溶解性の記載順序
1065 溶解性に関する各溶媒の記載順序は、溶けやすい順とする。
1066 また、溶解性が同じ場合は、通常、水、ギ酸、アセトニトリル、N,N-ジメチルホルムアミド、メタノール、
1067 エタノール(99.5)（又はエタノール(95)）、無水酢酸、アセトン、2-プロパノール、1-ブタノール、ピリジン、
1068 テトラヒドロフラン、酢酸(100)、酢酸エチル、ジエチルエーテル、キシレン、シクロヘキサン、ヘキサン、
1069 石油エーテルの順とする。ただし、上記以外の溶媒については、その極性を考慮して記載する。
1070 なお、溶媒の使用に当たっては1.2の規定に、また溶媒の名称などについては7.2.3の規定に留意すること。
1071 3.14.7.2 溶解性を規定する溶媒
1072 溶解性を規定する溶媒は、水及びエタノール(99.5)のほか、原則として試験に使用する全ての溶媒とする。
1073 なお、試験にエタノール(95)が溶媒として使用されている場合は、エタノール(99.5)に代えてエタノール(95)
1074 に対する溶解性を規定する。また、エタノール(95)及びエタノール(99.5)の両者を試験に使用している場合は、
1075 エタノール(99.5)の溶解性を規定する。試験に使用する溶媒とは、試料を直接溶液にする操作に用いる溶媒で、
1076 混合溶媒及び混合溶媒の構成成分となっている溶媒は、原則として含まない。
1077 試験に使用しない溶媒でも、当該医薬品の特徴を示す溶解性がある場合はこれを記載する。また、試験に
1078 複数の酸性又はアルカリ性の試液が使用されている場合、代表的な一つずつの酸・アルカリの試液について、
1079 溶媒の溶解性の次に改行して、次のように記載する。
1080 [例] 「本品は希塩酸又はアンモニア試液に溶ける。」
1081 薄層クロマトグラフィーなどの展開溶媒を構成する溶媒及び塩基又は酸として抽出するときの溶媒は溶解

- 1082 性を規定する溶媒の対象とはしない。
- 1083 水分の規定などの場合のように、簡略記載のために溶媒について具体的な記載のない場合においても、その試験などにおいて試料を直接溶解するのに用いた溶媒（例えば、水分測定の際に、試料を溶解するのに用いたメタノールなどの溶媒）については、その溶解性の記載を行う。
- 1086 **3.14.7.3 「溶媒に溶ける」又は「混和する」の意味**
- 1087 医薬品が溶媒に溶けるとは澄明に溶けることを意味し、混和するとは、任意の割合で澄明に混ざり合うことを意味する。
- 1089 **3.14.7.4 溶解性の試験方法及び溶解性を示す用語の定義**
- 1090 溶解性を示す用語は次による。
- 1091 溶解性は、別に規定するもののほか、医薬品を 100 号(150 μm)ふるいを通過する細末とした後、溶媒中に 1092 入れ、20±5°Cで、5 分ごとに強く 30 秒間振り混ぜるとき、30 分以内に溶ける度合いをいう。試験で得られた溶媒の量が二段階にまたがるときは、溶媒量の多い方の用語を用いる。
- 1094 なお、溶解性は、飽和溶液の濃度から算出しても差し支えない。
- 1095 [用語] [溶質 1 g 又は 1 mL を溶かすに要する溶媒量]
- | | | |
|----------|-------------|-------------|
| 極めて溶けやすい | | 1 mL 未満 |
| 溶けやすい | 1 mL 以上 | 10 mL 未満 |
| やや溶けやすい | 10 mL 以上 | 30 mL 未満 |
| やや溶けにくい | 30 mL 以上 | 100 mL 未満 |
| 溶けにくい | 100 mL 以上 | 1000 mL 未満 |
| 極めて溶けにくい | 1000 mL 以上 | 10000 mL 未満 |
| ほとんど溶けない | 10000 mL 以上 | |
- 1096 **3.14.7.5 ガスの発生や塩の形成などを伴う場合の溶解性の表現**
- 1097 ガスの発生、塩の形成など医薬品が反応して溶解する場合、一般の溶解性を示す記載の次に別行とし、
1098 「○○は△△に溶ける」と記載する。
- 1099 **3.14.8 液性**
- 1100 液性は pH で記載する。通例、「本品 ** g を水○ mL に溶かした液の pH は…」又は「本品の□□溶液(1
1101 →20)の pH は」のように記載する。
- 1102 **3.14.9 物理的及び化学的特性**
- 1103 その医薬品の吸湿性、潮解性、風解性、揮散性、蒸発性、固化性、凝固性、光による変化、色の変化、分解、又は不溶物の生成など、主として当該医薬品の物理的又は化学的变化に関する特性を記載する。
- 1105 光による変化の記載は、光により変化する内容をより適切に表すため、分解生成物が検出されるような変化は「分解する」とし、着色が起こるような変化は「●色となる」とし、「本品は光によって徐々に変化する」とは記載しない。
- 1108 [例] 本品は光によって徐々に褐色となる。
- 1109 本品は吸湿性である。
- 1110 本品は湿気によって潮解する。
- 1111 吸湿性について、通例の記載基準 (25°C, 75%RH, 7 日間, 3%超の吸湿) に該当しない場合は、性状の項に記載しないが、試験の実施に影響がある場合には必要に応じて当該試験の欄に記載する。
- 1113 **3.14.10 性状の項の示性値**
- 1114 **3.14.10.1 性状における示性値の扱い**
- 1115 性状の項に記載する示性値は、参考に供するためのもので、適否の判定基準を示すものではない。
- 1116 また、数値については、概数で示しても差し支えない。
- 1117 **3.14.10.2 性状における示性値の記載**
- 1118 記載方法は、原則として 3.17 の規定による。ただし、融点は「約○°C」の表現を用いても差し支えない。
- 1119 分解点は、「約△°C(分解)。」と記載し、「○ ~ △°C(分解)。」のような幅記載は行わない。また、融解又は分解に 10°C以上の幅があるものは規定しないが、それらの現象が外観上で確認できる温度に関する情報を提出する。
- 1122 **3.14.10.3 光学活性を有する医薬品の塩の記載**
- 1123 光学活性を有する医薬品の塩において、「薬理作用を有するが光学活性のない酸又は塩基部分」と「薬理作

1124 用はないが光学活性を有する酸又は塩基部分」とでイオン対を構成して旋光性を示すような医薬品の場合は、
1125 旋光性を性状における示性値として記載する。

1126 (例：イフエンプロジル酒石酸塩)

3.14.10.4 不斉炭素を有するが旋光性を示さない（ラセミ体など）場合の扱い

1128 ラセミ体のように不斉炭素を有するが旋光性を示さない医薬品の場合には、性状の項に「本品の水溶液(1→
1129 ○○)は旋光性を示さない」（固体の場合）又は「本品は旋光性を示さない」（液体の場合）と記載する。

3.14.10.5 純度試験に鏡像異性体又はジアステレオマーの規定がある場合の旋光度の扱い

1131 純度試験に鏡像異性体又はジアステレオマーの規定がある場合、旋光度については性状の項に記載する。

3.14.10.6 「結晶多形」に関する記載の例

1133 結晶多形を有する場合は次のように記載する。

1134 [例] 本品は結晶多形が認められる。

3.15 生薬の性状

1136 生薬の性状は、必要に応じて、生薬の外部形態、長さ、径、外面の色、外面の特徴的要素、部位ごとの特徴
1137 又はルーペ視、横切、折等で得られる特徴的要素、におい、味、鏡検で得られる特徴的要素、溶解性、液性等
1138 の順で記載する。

1139 なお、試験者に健康上の影響を与える可能性があるものについては、におい及び味を規定しない。

1140 色、におい、味、溶解性、液性は、3.14 性状の項を参考に記載する。なお、基原が複数あり、それぞれの基
1141 原により、生薬の性状が異なる場合は、基原に対応して片括弧で付番し、学名（命名者名含む）を記載し、そ
1142 れぞれに、性状を全文記載する。

3.16 確認試験

3.16.1 確認試験の設定

1145 確認試験は、医薬品又は医薬品中に含有されている有効成分などを、その特性に基づいて確認するための
1146 試験である。

1147 (化学薬品) 原薬においては、一般的に赤外吸収スペクトル法、紫外可視吸収スペクトル法を記載し、塩の
1148 場合はその確認を行う。(化学薬品) 製剤においては、配合剤や添加剤の影響に留意し、全ての製剤に一つ以上
1149 の確認試験を設定する。定量法などの液体クロマトグラフィーを準用し相対保持時間で規定する場合は、異
1150 なる条件の液体クロマトグラフィーを同時に設定するか、その他の方法も並列設定することが望ましい。

3.16.2 確認試験の合理化

1152 確認試験以外の項目の試験によっても医薬品の確認が可能な場合には、それらを考慮に入れることができる。
1153 必要に応じてこれらの試験を確認試験として設定することも可能であるが、確認試験以外の試験によ
1154 って確認を行う場合は、確認試験の項にその旨を記載する(3.16.9 クロマトグラフィーによる確認試験の項を参
1155 照)。

3.16.3 確認試験として設定する試験法

1157 確認試験としては、通例、スペクトル分析、化学反応、クロマトグラフィー等による理化学的方法や、生
1158 化学的方法又は生物学的方法などが考えられる。

1159 生物薬品については、分子構造上の特徴やその他の特有の性質に基づいて、構造解析・物理的化学的方法(ペ
1160 プチドマップ法、SDS ポリアクリルアミドゲル電気泳動法等)、免疫化学的方法(ウエスタンプロット法等)、
1161 生化学的方法(酵素活性測定法等)、生物学的方法(細胞応答性試験法等)を用いて設定する。ペプチドマッ
1162 プを設定した場合、構成アミノ酸を設定する必要はない。

3.16.3.1 スペクトル分析

1164 スペクトル分析としては、原則として赤外吸収スペクトル及び紫外可視吸収スペクトルを設定する。ただし、重合高分子化合物などについては赤外吸収スペクトル及び紫外可視吸収スペクトルの適用の意義を慎重
1165 に検討する。必要に応じ、核磁気共鳴スペクトル、近赤外吸収スペクトルの設定を検討する。

3.16.3.2 化学反応

1168 化学反応による方法については、化学構造の特徴を確認するのに適切なものがある場合に設定するが、ハ
1169 ロゲン、ニトロ等の官能基が赤外吸収スペクトルで明確に確認できる場合は設定する必要はない。

3.16.3.3 クロマトグラフィー

1171 通例の定性反応、紫外可視吸収スペクトル、赤外吸収スペクトル又は核磁気共鳴スペクトルなどによる確認
1172 試験に加えて、薄層クロマトグラフィー、液体クロマトグラフィー等のクロマトグラフィーによる R_f 値や保持

1173 時間の一致による確認試験を設定することができる。

1174 クロマトグラフィーによる確認試験は標準物質との比較によって行う。ただし、生薬等においてはその限
1175 りではない。

3.16.3.4 免疫化学的方法、生化学的方法又は生物学的方法

1177 生物薬品については、目的物質の構造や物理的化学的性質に加え、免疫学的性質、生化学的性質、あるいは、
1178 生物学的性質に基づいて、目的とする医薬品であることを確認する試験を設定することができる。

3.16.4 確認試験の記載の順序

1180 確認試験の記載の順序は、呈色反応、沈殿反応、分解反応、誘導体、吸収スペクトル（紫外、可視、赤外）、
1181 核磁気共鳴スペクトル、クロマトグラフィー、特殊反応、陽イオン、陰イオンの順とする。分解した後に次の
1182 反応を行うものは分解反応とする。

1183 生物薬品では、目的物質の構造や物理的化学的性質（ペプチドマップ又は構成アミノ酸、HPLC の保持時間、
1184 SDS ポリアクリルアミドゲル電気泳動・キャピラリー電気泳動の移動度等）、免疫学的性質（ELISA の反
1185 応性、ウェスタンブロットにおける反応性と移動度、中和活性等）、生化学的性質（酵素活性、結合親和性等）、
1186 生物学的性質（細胞応答性等）の順とする。

3.16.5 一般試験法の定性反応を用いる場合の記載

1187 確認試験に一般試験法の定性反応を用いる場合は、次のように記載する。

1188 一般試験法の塩化物の定性反応に規定されている全ての項目を満足する場合は、「本品は塩化物の定性反応
1189 <1.09> を呈する」と記載する。

1190 規定されている項目のうち、特定の項目の試験のみを実施する場合には、「…の定性反応(1) <1.09> を呈す
1191 る」のように記載する。

1192 なお、定性反応を規定する場合、検液のイオン濃度は、通例、0.2 ~ 1%とし、明確な判定のために原則として「本品の水溶液(1→100)は…の定性反応 <1.09> …を呈する」のように濃度を規定する。

1193 また、対象とする塩が異なる場合には（1）ナトリウム塩、（2）リン酸塩のように分けて項立てる。

1194 [例]

1195 （1）本品の水溶液(1→10)はナトリウム塩の定性反応 <1.09> を呈する。

1196 （2）本品の水溶液(1→10)はリン酸塩の定性反応 <1.09> の(1)及び(3)を呈する。

3.16.6 紫外及び可視吸収スペクトルによる確認試験

1200 参照スペクトル又は標準品のスペクトルとの比較による方法の設定を検討する。参照スペクトルは原則として
1201 220 nm 以上とするが、原案で測定する波長は、短波長での規定の必要性を判断（例えば、長波長側の極
1202 大吸収の吸光度にスケールを合わせたため 230 nm 付近で振り切れている場合など）するため、原則として
1203 210 nm 以上とする。製剤の確認試験に本法を適用する場合、原則として参照スペクトル法は採用せず、吸収
1204 極大の波長により規定する。

1205 参照スペクトル又は標準品のスペクトルと同じ測定条件で紫外可視吸光度測定法により試料のスペクトルを
1206 測定し、両者のスペクトルを比較するとき、同一波長のところに同様の強度の吸収を与える場合に、互い
1207 の同一性が確認される。

1208 通例、「本品のエタノール(95)溶液(1→○○)につき、紫外可視吸光度測定法 <2.24> により吸収スペクトルを
1209 測定し、本品のスペクトルと本品の参照スペクトル（又は＊＊標準品について同様に操作して得られたスペク
1210 ツル）を比較するとき、両者のスペクトルは同一波長のところに同様の強度の吸収を認める。」と記載する。

1211 参照スペクトルとの比較による方法の設定が困難な場合には、吸収極大の波長について規定する方法を採
1212 用する。規定する波長幅は通例、4 nm を基準とする。また、吸収スペクトルの肩が明確な場合には規定し、
1213 波長幅は 10 nm 程度で差し支えない。なお、原則として吸収の極小は規定しない。

3.16.7 赤外吸収スペクトルによる確認試験

1215 赤外吸収スペクトル測定法 <2.25> により、参照スペクトル又は標準品のスペクトルとの比較により適否を
1216 判定する。ただし、医薬品が塩である場合には、加える臭化カリウムや塩化カリウムとの間で塩交換を起こす
1217 ことがあり注意が必要である。錠剤法や拡散反射法では、塩酸塩の場合には原則として塩化カリウムを使用する。
1218 その他の塩の場合にはペースト法を試みるなどの対応が必要である。なお、ATR 法では参照スペクトルの
1219 設定が困難なため、原則として参照スペクトル法は用いない。

1220 通例、「本品を乾燥し、赤外吸収スペクトル測定法 <2.25> の●●法により試験を行い、本品のスペクトルと
1221 本品の参照スペクトル（又は乾燥した＊＊標準品のスペクトル）を比較するとき、両者のスペクトルは同一波
1222 数のところに同様の強度の吸収を認める。」と記載する。

1223 結晶多形を有するものについては、原薬の結晶形が特定されている場合を除き、通例、上記のような判定

記載の末尾に再測定の前処理法について記載する。具体的な規定が困難な場合に限って「別に規定する方法」とすることも可能だが、欧州薬局方などを参考に比較的簡単な規定ができる場合には、再処理方法を記載する必要がある。

[例] 「もし、これらのスペクトルに差を認めるときは、本品（及び＊＊標準品）を（それぞれ）□□に溶かした後、□□を蒸発し、残留物を……で乾燥したものにつき、同様の試験を行う。」

製剤では、添加剤の影響により参照スペクトルとの比較が困難な場合は、有効成分に特徴的な吸収帯を選び波数で規定する。2000 cm⁻¹以上の波数は1位の数値を四捨五入して規定する。

[例] 「…につき、赤外吸収スペクトル測定法（2.25）の液膜法により測定するとき、波数 2940 cm⁻¹, 2810 cm⁻¹, 2770 cm⁻¹, 1589 cm⁻¹, 1491 cm⁻¹, 1470 cm⁻¹, 1434 cm⁻¹, 1091 cm⁻¹ 及び 1015 cm⁻¹付近に吸収を認める。」（クロルフェニラミンマレイン酸塩散）

なお、規定する吸収帯は、スペクトル中の主要な吸収帯及び有効成分の構造の確認に有用な吸収帯をできるだけ広い波数域にわたるように選択する。なお構造上特徴的な官能基は原則として帰属される必要がある。

3.16.8 核磁気共鳴スペクトルによる確認試験

原則として内部基準物質に対するシグナルの化学シフト、分裂のパターン及び各シグナルの面積強度比を規定し、測定装置の磁場の大きさを参考として記載する。ただし、シグナルの多重度は、測定装置の磁場の大きさが異なるとき、機器の分析能の差及びスピ-ン-スピ-ン結合の大きさとスピ-ン-スピ-ン結合した核同士の共鳴周波数の差との相対的関係から異なって観測されることがある。したがって、みかけの多重度が磁場の大きさに依存しないように、十分に大きい磁場で測定することが望ましい。

[例] 「本品の核磁気共鳴スペクトル測定用重水溶液につき、核磁気共鳴スペクトル測定用 3-トリメチルシリルプロパンスルホン酸ナトリウムを内部基準物質として核磁気共鳴スペクトル測定法（2.21）により¹Hを測定するとき、δ 1.2 ppm付近に三重線のシグナルAを、δ 6.8 及び δ 7.3 ppm付近にそれぞれ一対の二重線のシグナルB及びCを示し、各シグナルの面積強度比 A : B : C はほぼ 3 : 2 : 2 である（ただし、試料濃度は〇〇、周波数は△△MHzで測定したとき）。」

3.16.9 クロマトグラフィーによる確認試験

通例、薄層クロマトグラフィーの場合は、試料溶液及び標準物質を用いて調製した標準溶液から得た主スポットのR_f値、色又は形状などが等しいことを規定する。定量用標準物質が「医薬品各条」と同一規格で設定されている場合には、確認試験での標準物質として、定量用標準物質を使用する。ただし、定量用標準物質に含量規格を「医薬品各条」より厳しくするような上乗せ規格がある場合には、定量用標準物質は使用せず、「医薬品各条」を使用することを原則とする。

液体クロマトグラフィーの場合は試料溶液及び標準品又は標準物質を用いて調製した標準溶液から得た有効成分の保持時間が等しいこと、又は試料に標準被検成分を添加しても試料の試験成分のピークの形状が崩れないことを規定する。ただし、製剤の場合は原薬を用いて調製した標準溶液との比較でもよい。なお、被検成分の化学構造に関する知見が同時に得られる検出器が用いられる場合、保持時間の一一致に加えて、化学構造に関する情報が一致することにより、より特異性の高い確認を行うことができる。

[例] 「本品及びアミカシン硫酸塩標準品 0.1 g ずつを水 4 mL に溶かし、試料溶液及び標準溶液とする。これらの液につき、薄層クロマトグラフィー（2.03）により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 2 μL ずつを薄層クロマトグラフィー用シリカゲルを用いて調製した薄層板にスポットする。次に水／アンモニア水（28）／メタノール／テトラヒドロフラン混液（1:1:1:1）を展開溶媒として約 10 cm 展開した後、薄層板を風乾する。これにニンヒドリン・クエン酸・酢酸試液を均等に噴霧した後、100°Cで 10 分間加熱するとき、試料溶液から得た主スポット及び標準溶液から得たスポットは赤紫色を呈し、それらの R_f 値は等しい。」（アミカシン硫酸塩）

[例] 試料溶液及び標準溶液 20 μL につき、定量法の条件で液体クロマトグラフ（2.01）により試験を行うとき、試料溶液及び標準溶液から得た主ピークの保持時間は等しい。

[例] 試料溶液及び標準溶液 25 μL につき、次の条件で液体クロマトグラフ（2.01）により試験を行うとき、試料溶液及び標準溶液から得た主ピークの保持時間は等しい。また、それらのピークの吸収スペクトルは同一波長のところに同様の強度の吸収を認める。

試験条件

カラム、カラム温度、移動相及び流量は定量法の試験条件を準用する。

検出器：フォトダイオードアレイ検出器（測定波長：270 nm, スペクトル測定範囲：220 ~ 370 nm）

システム適合性

- 1275 システムの性能：標準溶液 25 μ L につき、上記の条件（ただし、測定波長 270 nm）で操作するとき、
1276 **のピークの理論段数及びシンメトリー係数は、それぞれ 5000 段以上、1.5 以下である。
- 1277 **3.16.10 塩の場合の対イオンの確認試験**
- 1278 対象となる医薬品が塩の場合は、薬理作用を持たない対イオンの確認試験も設定する。ただし、製剤には原則として設定する必要はない。
- 1280 **3.16.11 確認する物質の名称の記載**
- 1281 確認する物質の名称を末尾に（ ）で示すのは、確認する物質を特定する必要がある場合（例えば、ヨード・
1282 サリチル酸・フェノール精）などに限る。
- 1283 **3.17 示性値**
- 1284 **3.17.1 示性値の設定**
- 1285 アルコール数、吸光度、凝固点、屈折率、浸透圧比、旋光度、構成アミノ酸、粘度、pH、成分含量比、比
1286 重、沸点、融点、酸価、けん化価、エステル価、水酸基価、ヨウ素価等のうち、適否の判定基準とする必要
1287 があるものを、旋光度、融点のような項目名を用い、設定する。記載順は上記のとおりとする。ただし、確
1288 認試験に紫外可視吸光度測定法による試験を設定した場合は、吸光度を規定する必要はない。原則として注
1289 射剤用原薬には pH を設定するが、非イオン性化合物では設定は不要である。
- 1290 生物薬品では示性値に該当する項目として分子量、等電点、構成アミノ酸、単糖（中性糖及びアミノ糖、シ
1291 アル酸）の組成比／含量、糖鎖プロファイル（オリゴ糖の組成比）、グリコフォームプロファイル、電荷プロ
1292 ファイル、目的物質関連物質の組成比／含量、比活性、pH[†]等がある。
- 1293 各項目は、3.17.2～3.17.15 の規定のように記載するが、試験法が一般試験法と異なる場合は、操作法を記
1294 載する。
- 1295 **3.17.1.1 製剤の示性値**
- 1296 製剤の場合には、必要に応じて、製剤の安定性及び有効性・安全性等にかかわる品質評価に直接関与する
1297 項目を設定する。
- 1298 原薬の収載がない製剤については、必要に応じて、その原薬の示性値を記載する。
- 1299 製造販売承認書に規格として設定されている製剤の浸透圧比及び pH を日局に規定する場合は、「別に規定
1300 する。」とする。また、軟膏剤のうち水溶性軟膏剤、クリーム剤のうち水中油（O/W）型クリーム剤及び貼付
1301 剤のうちパップ剤には pH の規定が必要である。ただし、加水分解のおそれのない原薬を含有するこれらの製
1302 剤の場合には、pH の規定は必要ない。抗生物質については局外規第四部で浸透圧比／pH が設定されている場
1303 合にのみ設定する。浸透圧比は、通例、以下のように記載する。用時溶解して使用する注射剤の場合には、試
1304 料溶液調製法を記載する。ただし、筋肉内投与のない場合には原則として設定の必要はない。
- 1305 浸透圧比 <2.47> 0.9 ~ 1.1
- 1306 浸透圧比 <2.47> 「**」1.0 g に対応する量を注射用水 10 mL に溶かした液の浸透圧比は 1.0 ~ 1.2 であ
1307 る。
- 1308 **3.17.2 吸光度の記載**
- 1309 吸光度は、通例、次のように記載するが、確認試験に紫外可視吸光度測定法による参照スペクトル法が規
1310 定されている場合には、吸光度を示性値として設定しなくてもよい。
- 1311 吸光度 <2.24> $E_{1\text{cm}}^{1\%}$ (247 nm) : 390 ~ 410 (乾燥後、10 mg、メタノール、1000 mL).
- 1312 これは「本品を乾燥減量の項に規定する条件で乾燥し、その約 10 mg をミクロ化学はかりを用いて精密に量
1313 り、メタノールに溶かし、正確に 1000 mL とした場合と同じ比率の溶液とする。この液につき、一般試験法
1314 の紫外可視吸光度測定法 <2.24> により試験を行うとき、波長 247 nm における $E_{1\text{cm}}^{1\%}$ は 390 ~ 410 である」を
1315 意味する。
- 1316 なお、吸光度の記号中の 1% とは、1 g / 100 mL を意味する。
- 1317 **3.17.3 凝固点の記載**
- 1318 凝固点は、通例、次のように記載する。
- 1319 凝固点 <2.42> 112°C 以上。
- 1320 これは「本品は、凝固点測定法 <2.42> により試験を行うとき、凝固点は 112°C 以上である」を意味する。
- 1321 **3.17.4 屈折率の記載**
- 1322 屈折率は、通例、次のように記載する。
- 1323 屈折率 <2.45> n_p° : 1.481 ~ 1.486
- 1324 これは「本品は、屈折率測定法 <2.45> により 20°C で試験を行うとき、屈折率 n_p° は 1.481 ~ 1.486 である」
1325 を意味する。

- 1326 **3.17.5 旋光度の記載**
1327 旋光度は、通例、次のように記載する。
1328 旋光度 $\langle 2.49 \rangle$ $[\alpha]_{D}^{20}$: $+48 \sim +57^{\circ}$ (乾燥後、0.25 g, 水, 25 mL, 100 mm).
1329 これは「本品を乾燥減量の項に規定する条件で乾燥し、その約 0.25 g を精密に量り、水に溶かし、正確に
1330 25 mL とする。この液につき、旋光度測定法 $\langle 2.49 \rangle$ により試験を行い、20°C、層長 100 mm で測定するとき、
1331 比旋光度 $[\alpha]_{D}^{20}$ は $+48 \sim +57^{\circ}$ である」を意味する。
- 1332 **3.17.6 粘度の記載**
1333 粘度は、通例、次のように記載する。
1334 粘度 $\langle 2.53 \rangle$ 345 ~ 445 mm²/s (第1法, 25°C).
1335 これは「本品は、粘度測定法 $\langle 2.53 \rangle$ の第1法により 25°C で試験を行うとき、動粘度は 345 ~ 445 mm²/s
1336 である」を意味する。
1337 粘度 $\langle 2.53 \rangle$ 123 ~ 456 mPa·s (第2法, 20°C).
1338 これは「本品は、粘度測定法 $\langle 2.53 \rangle$ の第2法により 20°C で試験を行うとき、粘度は 123 ~ 456 mPa·s で
1339 ある」を意味する。
- 1340 **3.17.7 pHの記載**
1341 pHは、通例、次のように記載する。
1342 液体の医薬品の場合：
1343 pH $\langle 2.54 \rangle$ 7.1 ~ 7.5
1344 これは「本品は、pH 測定法 $\langle 2.54 \rangle$ により試験を行うとき、pH は 7.1 ~ 7.5 である」を意味する。
1345 固体の医薬品の場合：
1346 pH $\langle 2.54 \rangle$ 本品 1.0 g を **○ mL に溶かした液の pH は △ ~ □ である。
- 1347 **3.17.8 比重の記載**
1348 比重は、通例、次のように記載する。
1349 比重 $\langle 2.56 \rangle$ d_{40}^{20} : 0.718 ~ 0.721
1350 これは「本品は、比重及び密度測定法 $\langle 2.56 \rangle$ により 20°C で試験を行うとき、比重 d_{40}^{20} は 0.718 ~ 0.721 で
1351 ある」を意味する。
- 1352 **3.17.9 沸点の記載**
1353 沸点は、通例、次のように記載する。
1354 沸点 $\langle 2.57 \rangle$ 118 ~ 122°C
1355 これは「本品は、沸点測定法及び蒸留試験法 $\langle 2.57 \rangle$ により試験を行うとき、沸点は 118 ~ 122°C である」
1356 を意味する。
- 1357 **3.17.10 融点の記載**
1358 融点は、通例、次のように記載する。
1359 融点 $\langle 2.60 \rangle$ 110 ~ 114°C
1360 これは「本品は、融点測定法 $\langle 2.60 \rangle$ の第1法により試験を行うとき、融点は 110 ~ 114°C である」を意味
1361 する。
1362 第2法又は第3法を用いるときは、その旨を融点の数値の次に記載する。
1363 [例] 融点 $\langle 2.60 \rangle$ 56 ~ 72°C(第2法)。
- 1364 **3.17.11 酸価の記載**
1365 酸価は、通例、次のように記載する。
1366 酸価 $\langle 1.13 \rangle$ 188 ~ 203
1367 これは「本品は、油脂試験法 $\langle 1.13 \rangle$ により試験を行うとき、酸価は 188 ~ 203 である」を意味する。
- 1368 **3.17.12 エステル価(けん化価、水酸基価など)の記載**
1369 エステル価は、通例、次のように記載する。
1370 エステル価 $\langle 1.13 \rangle$ 72 ~ 94
1371 これは「本品は、油脂試験法 $\langle 1.13 \rangle$ により試験を行うとき、エステル価は 72 ~ 94 である」を意味する。
1372 けん化価、水酸基価等は、エステル価に準じて記載する。
- 1373 **3.17.13 ヨウ素価の記載**
1374 ヨウ素価は、通例、次のように記載する。
1375 ヨウ素価 $\langle 1.13 \rangle$ 18 ~ 36

1376 これは「本品は、油脂試験法(1.13)により試験を行うとき、ヨウ素価は18～36である」を意味する。

1377 3.17.14 構成アミノ酸の記載方法

1378 一般試験法のタンパク質のアミノ酸分析法を用いる場合は、加水分解の方法、アミノ酸分析の方法、規格
1379 値並びに操作法として加水分解(複数の方法を組み合わせる等、変法を用いている例があるため、詳細な方
1380 法を規定する)及びアミノ酸分析の方法の順に記載する。

1381 なお、発色液等は分析装置と一体となっている場合が多いので、詳細な組成比、調製法について必ずしも
1382 規定する必要はない。

1383 [例] セルモロイキン(遺伝子組換え)構成アミノ酸

1384 タンパク質のアミノ酸分析法(2.04)「1.タンパク質及びペプチドの加水分解」の方法1及び方法4によ
1385 り加水分解し、「2.アミノ酸分析方法」の方法1により試験を行うとき、グルタミン酸(又はグルタミン)
1386 は17又は18、トレオニンは11～13、アスパラギン酸(又はアスパラギン)は11又は12、リシンは11、
1387 イソロイシンは7又は8、セリンは6～9、フェニルアラニンは6、アラニンは5、プロリンは5又は6、
1388 アルギニン及びメチオニンはそれぞれ4、システイン及びバリンはそれぞれ3又は4、チロシン及びヒス
1389 チジンはそれぞれ3、グリシンは2及びトリプトファンは1である。

1390 操作法

1391 (i) 加水分解 定量法(1)で得た結果に従い、総タンパク質として約50 µgに対応する量を2本の加水分解
1392 管にそれぞれとり、減圧で蒸発乾固する。一方に薄めた塩酸(59→125)/メルカプト酢酸/フェノール混
1393 液(100:10:1)100 µLを加えて振り混ぜる。この加水分解管をバイアルに入れ、バイアル内を薄めた塩
1394 酸(59→125)/メルカプト酢酸/フェノール混液(100:10:1)200 µLを加えて湿らせる。バイアル内部を
1395 不活性ガスで置換又は減圧して、約115°Cで24時間加熱する。減圧乾燥した後、0.02 mol/L塩酸試液0.5 mL
1396 に溶かし、試料溶液(1)とする。もう一方の加水分解管に氷冷した過ギ酸100 µLを加え、1.5時間氷冷下で
1397 酸化した後、臭化水素酸50 µLを加えて減圧乾固する。水200 µLを加えて減圧乾固する操作を2回繰り返
1398 した後、この加水分解管をバイアルに入れ、バイアル内を薄めた塩酸(59→125)200 µLを加えて湿らせる。
1399 バイアル内部を不活性ガスで置換又は減圧して、約115°Cで24時間加熱する。減圧乾燥した後、0.02 mol/L
1400 塩酸試液0.5 mLに溶かし、試料溶液(2)とする。別にL-アスパラギン酸60 mg、L-グルタミン酸100 mg、
1401 L-アラニン17 mg、L-メチオニン23 mg、L-チロシン21 mg、L-ヒスチジン塩酸塩一水和物24 mg、L
1402 -トレオニン58 mg、L-プロリン22 mg、L-시스チン14 mg、L-イソロイシン45 mg、L-フェニルア
1403 ラニン37 mg、L-アルギニン塩酸塩32 mg、L-セリン32 mg、グリシン6 mg、L-バリン18 mg、L-ロ
1404 イシン109 mg、L-リシン塩酸塩76 mg及びL-トリプトファン8 mgを正確に量り、0.1 mol/L塩酸試液に
1405 溶かし、正確に500 mLとする。この液40 µLをそれぞれ2本の加水分解管にとり、減圧で蒸発乾固した後、
1406 試料溶液(1)及び試料溶液(2)と同様に操作し、標準溶液(1)及び標準溶液(2)とする。

1407 (ii) アミノ酸分析 試料溶液(1)、試料溶液(2)、標準溶液(1)及び標準溶液(2)250 µLずつを正確にとり、
1408 次の条件で液体クロマトグラフィー(2.01)により試験を行い、試料溶液(1)、試料溶液(2)、標準溶液(1)及
1409 び標準溶液(2)から得た各アミノ酸のピーク面積から、それぞれの試料溶液1 mL中に含まれる構成アミノ
1410 酸のモル数を求め、更にセルモロイキン1 mol中に含まれるロイシンを22としたときの構成アミノ酸の
1411 個数を求める。

1412 [例]

1413 試験条件

1414 検出器：可視吸光光度計〔測定波長：440 nm(プロリン)及び570 nm(プロリン以外のアミノ酸)〕

1415 カラム：内径4 mm、長さ25 cmのステンレス管に5 µmのポリスチレンにスルホン酸基を結合した液体
クロマトグラフィー用強酸性イオン交換樹脂(Na型)を充填する。

1416 カラム温度：試料注入時は57°Cの一定温度。一定時間後に昇温し、62°C付近の一定温度

1417 反応槽温度：98°C付近の一定温度

1418 発色時間：約2分

1419 移動相：移動相A、移動相B及び移動相Cを次の表に従って調製後、それぞれにカプリル酸0.1 mLを加
1420 える。

1421 (表省略)

1422 移動相の送液：移動相A、移動相B及び移動相Cの混合比を次のように変えて濃度勾配制御する。

1423 (表省略)

1424 移動相及びカラム温度の切り替え：アミノ酸標準溶液0.25 mLにつき、上記の条件で操作するとき、アス
1425 パラギン酸、トレオニン、セリン、・・・、アルギニンの順に溶出し、시스チンとバリンの分離度が2.0
1426 以上、アンモニアとヒスチジンの分離度が1.5以上になるように、移動相A、移動相B、移動相Cを順
1427 に切り替える。

1428 次切り替える。また、グルタミン酸とプロリンの分離度が 2.0 以上になるように、一定時間後に昇温する。
1429

1430 反応試薬：酢酸リチウム二水和物 408 g を水に溶かし、酢酸(100) 100 mL 及び水を加えて 1000 mL とする。この液にジメチルスルホキシド 1200 mL 及び 2-メトキシエタノール 800 mL を加えて(I)液とする。別にジメチルスルホキシド 600 mL 及び 2-メトキシエタノール 400 mL を混和した後、ニンヒドリン 80 g 及び水素化ホウ素ナトリウム 0.15 g を加えて(II)液とする。(I)液 3000 mL に、20 分間窒素を通じた後、(II)液 1000 mL を速やかに加え、10 分間窒素を通じ混和する。

1435 移動相流量：毎分約 0.275 mL

1436 反応試薬流量：毎分約 0.3 mL

1437 システム適合性

1438 システムの性能：アミノ酸標準溶液 0.25 mL につき、上記の条件で操作するとき、トレオニンとセリンの
1439 分離度は 1.5 以上である。

3.17.15 糖鎖試験の記載方法

1441 一般試験法の糖鎖試験法を用いる場合は、糖鎖試験の方法、規格値及び操作法の順に記載する。

[例 1] 单糖組成（中性糖及びアミノ糖）

1443 单糖組成（中性糖及びアミノ糖） 糖鎖試験法（2.64）の单糖分析（中性糖及びアミノ糖）により試験を行うとき、タンパク質△△当たりのガラクトサミン、グルコサミン、ガラクトース、フコース及びマンノースの含量はそれぞれ、○～○、○～○、○～○、○～○及び○～○である。

1446 本品の総タンパク質△△ μg に対応する量を正確に量り、●●の方法により脱塩を行い、水 100 μL に溶かす。この液を加水分解管（約 1.5 mL のガラス製又はポリプロピレン製）にとり、トリフルオロ酢酸 62 μL を加え、100°Cで 4 時間加熱した後、減圧で蒸発乾固する。残留物にメタノール 200 μL を加えた後、更に減圧で蒸発乾固する。残留物に酢酸ナトリウム三水和物溶液(1→100) 10 μL を正確に加えて溶かし、2-アミノ安息香酸誘導体化試液 50 μL を正確に加えて混和し、80°Cで 30 分間加温する。移動相 A 液△△ μL を正確に加え、試料溶液とする。別にガラクトース、グルコース及びマンノースをそれぞれ 36.0 mg、ガラクトサミン及びグルコサミン 44.2 mg 並びにフコース 32.8 mg をそれぞれ水に溶かし、正確に 100 mL とする。これらの液○ mL、○ mL、○ mL、○ mL、○ mL 及び○ mL を正確に量り、混合し、水を加えて正確に 10 mL とし、单糖混合標準原液とする。この液及び水 100 μL につき、試料溶液と同様の方法で操作し、单糖混合標準溶液及び空試験液とする。これらの液△△ μL を正確にとり、次の条件で液体クロマトグラフィー（2.0J）により試験を行い、各单糖のピーク面積から、各单糖の含量を求める。

[例 2] 单糖組成（シアル酸）

1458 单糖組成（シアル酸） 糖鎖試験法（2.64）の单糖分析（シアル酸）により試験を行うとき、タンパク質△△当たりの N-アセチルノイタミン酸及び N-グリコリルノイタミン酸の含量はそれぞれ○～○及び○～○である。

1461 本品の総タンパク質△△ μg に対応する量を●●の方法により脱塩を行い、水 50 μL に溶かす。この液に 0.1 mol/L 塩酸試液 50 μL を正確に加えて混和し、80°Cで 1 時間加温した後、氷水中で冷却し、試料溶液とする。別に N-アセチルノイタミン酸 15.5 mg 及び N-グリコリルノイタミン酸 16.3 mg をそれぞれ水に溶かし、正確に 5 mL とする。これらの溶液○○ μL 及び△△ μL を正確に量り、混合し、水を加えて正確に 10 mL とし、シアル酸標準原液(1)とする。この液○○ μL を正確に量り、水を加えて正確に 10 mL とし、シアル酸標準原液(2)とする。シアル酸標準原液、シアル酸希釈原液及び水 50 μL を正確にとり、それぞれに 0.1 mol/L 塩酸試液 50 μL ずつを正確に加えてシアル酸標準溶液(1)、シアル酸標準溶液(2)及び空試験液とする。試料溶液、シアル酸標準溶液(1)、シアル酸標準溶液(2)、空試験液に 1,2-ジアミノ-4,5-メチレンジオキシベンゼン誘導体化試液 200 μL を正確に加え、十分に混和する。遮光下、60°Cで 2 時間加温後、氷水中で冷却し、反応を停止する。水を○○ μL を正確に加えて混和する。これらの液○○ μL につき、次の条件で液体クロマトグラフィー（2.0J）により試験を行い、シアル酸含量を求める。

[例 3] 糖鎖プロファイル

1474 糖鎖プロファイル 糖鎖試験法（2.64）の糖鎖プロファイル法により試験を行うとき、試料溶液及び標準溶液から得られたクロマトグラムは同様であり、ピーク 1、ピーク 2、ピーク 3 及びピーク 4 の面積百分率は、それぞれ○～○%，○～○%，○～○% 及び○～○% である。

1477 本品の総タンパク質△△ μg に対応する量を●●の方法により脱塩を行い、水に溶かし、1 μL に総タンパク質約 10 μg を含む液となるように調製する。この液 10 μL をとり、水 30 μL 、pH 7.2 の 0.2 mol/L リン酸緩衝液 5 μL 及び PNGase F 試液 5 μL を加え、37°Cで 16 時間反応させる。カーボン固相抽出によ

1480 り、遊離糖鎖を精製し、減圧下で蒸発乾固する。残留物に2-アミノベンズアミド誘導体化試液10μLを
1481 加えて混和し、65℃で3時間加温する。反応終了後、アセトン1mLを加え、よく混和する。毎分15000
1482 回転で10分間遠心分離した後、上澄液を除く。この操作を2回繰り返す。水/アセトニトリル混液(1:
1483 1)50μLに溶かし、試料溶液とする。別に**^(標準物質)を同様の方法で操作し、標準溶液とする。試料
1484 溶液及び標準溶液を○μLずつにつき、次の条件で液体クロマトグラフィー<2.01>により試験を行う。

1485 3.18 純度試験

1486 3.18.1 純度試験の設定

1487 純度試験は、医薬品各条のほかの試験項目と共に、医薬品の純度を規定するものであり、医薬品中の混在
1488 物の種類、その混在量の限度及び混在量を測定するための試験法を規定する。この試験の対象となる混在物
1489 は、その医薬品の製造工程（原料、溶媒などを含む）に混在し、又は保存の間に生じることが予想されるもの
1490 である。原則として類縁物質を設定する。ただし、合理的理由がある場合は、試験の設定を省略することができる。
1491

1492 生物薬品の不純物は、その由来に基づき、目的物質由来不純物（例えば、脱アミド体、多量体等）及び製造
1493 工程由来不純物（宿主細胞由来タンパク質等）に分類される。管理すべき不純物については、純度試験を設定
1494 し、限度値で適否を判定する。純度試験を設定しないものについては、製造要件を記載する（感染性物質は除
1495 く）。

1496 用量が微量な医薬品の場合にあっては、試料量の少ない試験方法の設定を検討する。また、品質評価の上で
1497 支障のない場合には、設定を省略しても差し支えない。

1498 3.18.2 純度試験の記載の順序

1499 純度試験の記載の順序は、原則として次による。

1500 色、におい、溶状、液性、酸、アルカリ、硫酸塩、亜硫酸塩、硝酸塩、亜硝酸塩、炭酸塩、塩化物、臭化
1501 物、ヨウ化物、可溶性ハロゲン化物、チオシアノ化物、陽イオンの塩、アンモニウム、ヒ素、セレン、クロ
1502 ム、マンガン、鉄、銅、銀、アルミニウム、亜鉛、カドミウム、スズ、水銀、鉛、ビスマス、アルカリ土類
1503 金属、重金属、遊離リン酸、異物、類縁物質（安全性に懸念のある類縁物質、その他の類縁物質）、異性体（鏡
1504 像異性体、ジアステレオマー、シス-トランス異性体、構造異性体）、多量体、残留溶媒、その他の混在物、蒸
1505 発残留物、硫酸呈色物。

1506 生物薬品においては、目的物質由来不純物（例えば、脱アミド体、多量体等）、工程由来不純物（宿主細胞
1507 由来タンパク質等）の順とする。

1508 3.18.3 溶状

1509 溶状は、特に純度に関する情報が得られる場合に、必要に応じて設定する。注射剤に使用する原薬であつ
1510 ても、純度に関する情報が得られない場合には設定する必要はない。

1511 溶媒は水を用いるが、難溶性で十分な試験濃度が確保できない場合、メタノールなど、有機溶媒を用いて
1512 もよい。

1513 溶状を規定する場合は吸光度の数値比較又は色の比較液との比較（色の比較試験法）等により規定する。溶
1514 状における透明について、通則28によって規定する場合には、一般試験法番号は記載せず、濁度試験法
1515 <2.61>の判定法に従って標準液と比較する場合に限り<2.61>を記載する。また、無色については、通則28に
1516 より規定する場合には一般試験法番号は記載せず、色の比較試験法<2.65>に従って判定する場合には、
1517 <2.65>を記載する。

1518 [例1] 溶状 本品0.8gを水10mLに溶かすとき、液は無色透明である。

1519 [例2] 溶状 本品0.8gを水10mLに溶かすとき、液は無色であり、濁度試験法<2.61>により試験を行うと
1520 き、透明である。

1521 [例3] 溶状 本品0.8gを水10mLに溶かした液につき、濁度試験法<2.61>により試験を行うとき、透明で
1522 あり、色の比較試験法<2.65>の第1法により試験を行うとき、その色は無色である。

1523

1524 色の比較液との比較を行う場合、液の具体的な色調は記載しない。色の比較液A～Tと比較する場合には
1525 「色の比較液」、色の一連の比較液（Bシリーズ、BYシリーズ等）と比較する場合には「比較液」と記載す
1526 る。

1527 [例1] 溶状 本品1.0gを水10mLに溶かすとき、液は透明で、その色は色の比較試験法<2.65>により試験
1528 を行うとき、色の比較液Mより濃くない。

1529 [例2] 溶状 本品0.8gを水10mLに溶かすとき、液は透明で、その色は色の比較試験法<2.65>の第1法に

1530 より試験を行うとき、比較液 R4 より濃くない。

1531 [例 3] 溶状 本品 0.8 g を水 10 mL に溶かした液につき、濁度試験法 (2.61) により試験を行うとき、液の濁
1532 度は濁りの比較液 II 以下であり、色の比較試験法 (2.65) の第 1 法により試験を行うとき、その色は比較液
1533 BY3 より濃くない。

1534 溶状の試験における溶液の濃度は、10 g / 100 mL、すなわち(1→10)を基準とし、臨床投与での濃度がこれ
1535 より高い場合は、その濃度を基準にして合理的な濃度を設定する。また、当該医薬品の溶解度から(1→10)の
1536 濃度では溶状を試験することが難しいと考えられる場合は、溶ける範囲でなるべく高い濃度とする。

3.18.4 無機塩、重金属、ヒ素など

1538 塩化物、硫酸塩、重金属及びヒ素における%又は ppm への換算は、付表又はそれに準じた方法による。

1539 試料の採取量などは、付表に合わせることとする。

3.18.4.1 無機塩、重金属、ヒ素などの設定

1541 無機塩、重金属、ヒ素などは、製造工程（原料、溶媒などを含む）及び用法・用量などを考慮して設定す
1542 る。

1543 なお、生葉の場合には、基原の動植物及び鉱物中における天然含量なども考慮して設定する。

1544 [例] 重金属 (1.07) 本品 2.0 g をとり、第 4 法により操作し、試験を行う。比較液には鉛標準液 2.0 mL
1545 を加える(10 ppm 以下)。

1546 [例] ヒ素 (1.11) 本品 1.0 g をとり、第 3 法により検液を調製し、試験を行う(2 ppm 以下)。

3.18.4.2 塩化物、硫酸塩

1548 塩化物、硫酸塩の試験では、原則として適当な溶媒を加えて試料を溶解した後、検液を調製する。

1549 [例] 塩化物 (1.03) 本品 2.0 g をとり、試験を行う。比較液には 0.01 mol/L 塩酸 0.40 mL を加える(0.007%
1550 以下)。

1551 [例] 硫酸塩 (1.14) 本品 2.0 g をとり、試験を行う。比較液には 0.005 mol/L 硫酸 0.40 mL を加える(0.010%
1552 以下)。

3.18.4.3 可溶性ハロゲン化物

1554 可溶性ハロゲン化物は、塩素以外のハロゲンを試験するときに設定する。

3.18.4.4 ヒ素の設定の原則

1556 ヒ素については、原則として次のいずれかに該当する場合に設定する。ただし、生葉等を除き、製造販売
1557 承認書にヒ素が規格として設定されていない場合は、設定の必要はない。

1558 ① 製造工程からヒ素混入の可能性が考えられる場合

1559 ② リン酸を含む化合物（リン酸塩、リン酸エチル等）

1560 ③ 無機化合物

3.18.4.5 重金属、ヒ素の添加回収率の検討

1562 重金属、ヒ素の設定に際して、あらかじめ添加回収率を検討する。

1563 なお、重金属、ヒ素の添加回収率は、原則として規格値レベルの濃度で試験し、70%以上であることが必
1564 要である。

3.18.5 類縁物質

3.18.5.1 類縁物質試験の設定

1567 安全性に懸念がある類縁物質については、それぞれの混在量を個別に測定しうる特異性の高い試験法を設
1568 定する。例え混在量が少ない場合においても、構造を特定しておくことが必要と考えられる類縁物質について
1569 は、個別に測定しうる特異性の高い試験法を設定する。

1570 医薬品各条（生葉等を除く）で個別のピークとして相対保持時間を示して設定するものについては、原則と
1571 して各類縁物質の名称と構造式を医薬品各条“その他”的項に示す。類縁物質の名称は、IUPAC 命名法に従
1572 い作成した化学名英名を翻訳又は字訳した名称を用いるものとする。化学名英名は様式 3【備考】に記載する。
1573 なお、個別ピークとして設定すべき類縁物質のうち、構造未知の類縁物質については、「相対保持時間約○の
1574 構造未知物質」と記載し、構造決定が不成功に終わった研究の要約を様式 4 に記載する。

1575 製法の違いにより不純物プロファイルが異なることで、既存の試験法が適用できない場合に限り、試験法の
1576 別法（第二法）も設定することができる。なお、当面の間、別法（第二法）が設定できる条件として、①原薬
1577 であること、②製法が異なることで不純物プロファイルが異なり同一管理が難しいとみなされる純度試験（類
1578 縁物質）であること、③当該通知発出以降の新規収載原案が提出されたものであること、④原則として類縁物
1579 質の標準品を用いた設定であることを満たす場合に限る。

1580 製剤に対しては当面の間、別法（第二法）の設定は認めないものの、原薬と同じ類縁物質の標準品を用いる
1581 場合のみ、原薬同様、別法（第二法）の設定を可能とする。

1582 [例 1] 標準的な記載例（類縁物質）

1583 その他

1584 類縁物質 A : 名称

1585 構造式

1586 類縁物質 B : 名称

1587 構造式

1588 類縁物質 C : 名称

1589 構造式

1590 [例 2] 別法（第二法）を追加する場合の標準的な記載例

1591 類縁物質 製法に応じて、次のいずれかの方法により試験を行う。

1592 1) 第 1 法 本品〇〇 mg を . . .

1593 2) 第 2 法 本品〇〇 mg を . . .

1594 [例 3] 純度試験（類縁物質 1）及び純度試験（類縁物質 2）が設定されているものに、別法（第二法、第三法）を追加する場合の標準的な記載例

1595 類縁物質 製法に応じて、次のいずれかの方法により試験を行う。

1596 1) 第 1 法

1597 類縁物質 1 本品〇〇 mg を . . .

1598 類縁物質 2 本品〇〇 mg を . . .

1599 2) 第 2 法

1600 類縁物質 1 本品〇〇 mg を . . .

1601 類縁物質 2 本品〇〇 mg を . . .

1602 3) 第 3 法

1603 類縁物質 本品〇〇 mg を . . .

3.18.5.2 分解生成物

1604 製造工程や強制分解生成物に関する知見及び安定性試験の結果などを勘案し、必要に応じて、製造工程及び保存中の分解に由来する混在物について試験を規定する。

1605 製剤の保存期間中に分解生成物が新たに出現又は有意に増加する場合は、類縁物質の設定を考慮する。

3.18.5.3 類縁物質の試験方法

1606 類縁物質の試験方法は、定量性及び検出感度を考慮して設定する。

1607 液体クロマトグラフィーによる場合は、標準溶液として、試料溶液を希釈した液、有効成分の標準品あるいは類縁物質の標準品を用いて調製した液などを用いることができる。ただし、類縁物質の定量性が 0.1%付近まで確認できていれば、面積百分率法も用いることができる。類縁物質の標準品をシステム適合性試験用標準品として、ピーク同定及び分離確認に用いることもできる。類縁物質の標準品以外に、類縁物質の標準物質を用いる場合には、一般に入手可能で、試験の目的に適した品質の標準物質を用いる。

1608 薄層クロマトグラフィーによる場合は、標準溶液のスポットと比較する方法によるものとし、「単一スポットである」との判定は用いない。標準溶液には試料溶液を規格限度値まで希釈した溶液、又は類縁物質の標準物質の溶液を用いる。

3.18.5.4 類縁物質の限度値設定の考え方

1609 安全性に懸念のある類縁物質の限度値は、試料量に対する%又は標準溶液との比較による方法で設定する。

1610 類縁物質の限度値は、個々と総量の両方を規定する。個々の類縁物質の限度値及び類縁物質の総量は、面積百分率(%)又は標準溶液との比較による方法によって設定する。

1611 ただし、個々の類縁物質の限度値を薄層クロマトグラフィーでは 0.2%，液体クロマトグラフィーなどでは 0.1%以下で規定する場合には、総量規定は設定しなくてもよい場合がある。また、個々の限度値を上記のように 0.1%以下で設定した場合にあっても併せて総量規定を設定する場合には、検出の確認は原則として 0.05%以下で規定する。

1612 [例 1] 標準的な記載例

1613 本品〇 mg を * * 〇 mL に溶かし、試料溶液とする。この液〇 mL を正確に量り、移動相を加えて正確に〇 mL とし、標準溶液とする。試料溶液及び標準溶液〇 μL ずつを正確にとり、次の条件で液体クロマトグラフィー (2.01) により試験を行う。それぞれの液の各々のピーク面積を自動積分法により測定すると

き、試料溶液の**に対する相対保持時間約△の類縁物質Aのピーク面積は、標準溶液の**のピーク面積の▲倍より大きくなり、試料溶液の**に対する相対保持時間約△の類縁物質Bのピーク面積は、標準溶液の**のピーク面積の▲倍より大きくなり、試料溶液の**及び上記以外のピークの面積は、標準溶液の**のピーク面積より大きくなりない。また、試料溶液の**以外のピークの合計面積は、標準溶液の**のピーク面積の▲倍より大きくなりない。ただし、類縁物質A及び類縁物質Bのピーク面積は自動積分法で求めた面積にそれぞれ感度係数○及び△を乗じた値とする（感度係数を記載する場合）。

[例2] 面積百分率法による記載例

本品○mgを**○mLに溶かし、試料溶液とする。試料溶液○μLにつき、次の条件で液体クロマトグラフィー(2.0I)により試験を行う。試料溶液の各々のピーク面積を自動積分法により測定し、面積百分率法によりそれらの量を求めるとき、**に対する相対保持時間約△の類縁物質A、約△の類縁物質B、約△の類縁物質C及び約△の類縁物質Dのピークの量はそれぞれ○%以下、相対保持時間約△の類縁物質Eのピークの量は○%以下、相対保持時間約△の類縁物質Fのピークの量は○%以下であり、**及び上記以外のピークの量は○%以下である。また、**及び類縁物質E以外のピークの合計量は○%以下である。

[例3] 類縁物質の標準品を用いた記載例

本品約○mgを精密に量り、移動相に溶かして正確に○mLとし、試料溶液とする。別に**類縁物質A標準品、**類縁物質B標準品及び**標準品約○mgをそれぞれ精密に量り、移動相に溶かし、正確に○mLとする。この液○mLを正確に量り、移動相を加えて正確に○mLとする。さらにこの液○mLを正確に量り、移動相を加えて正確に○mLとし、標準溶液とする。試料溶液及び標準溶液○μLずつを正確にとり、次の条件で液体クロマトグラフィー(2.0I)により試験を行う。試料溶液の**に対する相対保持時間約△の類縁物質A及び約△の類縁物質Bのピーク面積 A_{T1} 及び A_{T2} 、またその他の類縁物質のピークの合計面積 A_{T3} 、更に標準溶液の類縁物質A及び類縁物質B及び**のピーク面積 A_{S1} 、 A_{S2} 及び A_{S3} を自動積分法により測定し、次式により計算するとき、本品中の類縁物質A、類縁物質B及びその他の類縁物質の合計量はそれぞれ○%以下、○%以下及び○%以下である。ただし、試料溶液の**に対する相対保持時間約△の類縁物質C及び相対保持時間約△の類縁物質Dのピーク面積は自動積分法で求めた面積にそれぞれ感度係数▽及び□を乗じた値とする（感度係数を記載する場合）。

$$\text{類縁物質 A の量 (\%)} = M_{S1} / M_T \times A_{T1} / A_{S1} \times ○$$

$$\text{類縁物質 B の量 (\%)} = M_{S2} / M_T \times A_{T2} / A_{S2} \times ○$$

$$\text{その他の類縁物質の合計量 (\%)} = M_{S3} / M_T \times A_{T3} / A_{S3} \times ○$$

M_{S1} : **類縁物質A標準品の秤取量 (mg)

M_{S2} : **類縁物質B標準品の秤取量 (mg)

M_{S3} : **標準品の秤取量 (mg)

M_T : 本品の秤取量 (mg)

[例4] 有効成分の標準品を用いた記載例

本品約○mgを精密に量り、移動相に溶かして正確に○mLとし、試料溶液とする。別に**標準品約○mgを精密に量り、移動相に溶かし、正確に○mLとする。この液○mLを正確に量り、移動相を加えて正確に○mLとする。さらにこの液○mLを正確に量り、移動相を加えて正確に○mLとし、標準溶液とする。試料溶液及び標準溶液○μLずつを正確にとり、次の条件で液体クロマトグラフィー(2.0I)により試験を行う。試料溶液の**に対する相対保持時間約△の類縁物質A及び相対保持時間約△の類縁物質Bのピーク面積 A_{T1} 及び A_{T2} 、またその他の類縁物質のピークの合計面積 A_{T3} 、更に標準溶液のピーク面積 A_S を測定し、次式により計算するとき、本品中の類縁物質A、類縁物質B及びその他の類縁物質の合計量はそれぞれ○%以下、○%以下及び○%以下である。ただし、類縁物質A及び類縁物質Bのピーク面積は自動積分法で求めた面積にそれぞれ感度係数▽及び□を乗じた値とする（感度係数を記載する場合）。

$$\text{類縁物質 A の量 (\%)} = M_S / M_T \times A_{T1} / A_S \times ○$$

$$\text{類縁物質 B の量 (\%)} = M_S / M_T \times A_{T2} / A_S \times ○$$

$$\text{その他の類縁物質の合計量 (\%)} = M_S / M_T \times A_{T3} / A_S \times ○$$

M_S : **標準品の秤取量 (mg)

M_T : 本品の秤取量 (mg)

3.18.5.5 類縁物質での感度係数の使用

感度係数が0.7～1.3の範囲を超える場合には補正する。なお、0.7～1.3の範囲を超えない場合であって

1682 も、補正することが望ましいと判断される場合には感度係数を設定することができる。桁数については、原則
1683 小数第1位までとする。

1684 3.18.5.6 類縁物質の表記順

1685 類縁物質での規格表記の順序は、原則として相対保持時間の小さい順に記載する。

1686 医薬品各条（生葉等を除く）で個別のピークとして相対保持時間を示して設定する類縁物質については、相
1687 対保持時間の小さい順にアルファベット番号（類縁物質 A, 類縁物質 B…）を付す。なお、アルファベット
1688 番号は、例外的に外国薬局方等の表記と対応した表記とすることもできる。

1689 別法（第二法）の設定に伴い、新たに示す構造既知の類縁物質については、相対保持時間の小さい順に、既
1690 出のアルファベット番号に続く番号を付す。

1691 製剤各条中の類縁物質のうち、原葉各条中の類縁物質と同じものについては、同じアルファベット番号を付
1692 し、対応する旨を医薬品各条“その他”の項に示す。それ以外の製剤各条中の類縁物質については、原則とし
1693 て剤形を示すアルファベット（錠剤は「T」、注射剤は「I」など）と相対保持時間の小さい順を示すアルファ
1694 ベットを組み合わせた2文字のアルファベット番号（類縁物質 TA、類縁物質 TB…）を付す。

1695 [例1] 原葉各条中での標準的なアルファベット番号の付し方

1696 類縁物質 A, B, C, D（相対保持時間の小さい順にアルファベット番号を付す）

1697 [例2] 別法（第二法）が設定されている場合の標準的な記載例

1698 1) 第1法 類縁物質 A, B, C, D（相対保持時間の小さい順にアルファベット番号を付す）

1699 2) 第2法 類縁物質 E, B, C, F（第1法では設定されていない新たな類縁物質 E と F を示す場合。相
1700 対保持時間の小さい順にアルファベット番号を付す）

1701 [例3] 製剤各条中での標準的な記載例

1702 その他

1703 類縁物質 A 及び B は「**」のその他を準用する。

1704 類縁物質 TA : 名称

1705 構造式

1706 類縁物質 TB : 名称

1707 構造式

1708 3.18.6 残留溶媒

1709 製造工程で有機溶媒を使用している場合は、残留溶媒についての情報（試験方法、実測値など）を提供する
1710 こと。なお、「2.46 残留溶媒」で規定された限度値とは別に限度値を設定する必要がある場合には、個別の
1711 混在物として医薬品各条中に規定する。

1712 3.18.7 残留モノマー

1713 重合高分子化合物については、原則として純度試験に残留モノマーを規定する。

1714 3.18.8 試料の採取

1715 3.18.8.1 試料の乾燥

1716 純度試験においては、通例、試料を乾燥しないでそのまま用いる。

1717 3.18.8.2 試料の採取量

1718 純度試験の試料の採取量は、通例、次のようにする。

1719 質量の場合は、0.10, 0.20, 0.30, 0.40, 0.5 ~ 3.0 g などとする。

1720 容量の場合は、1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5 ~ 10 mL などとする。

1721 なお、質量において、絶対量で最終判定を行う場合のように、精密に量る場合もあり、それぞれの場合で
1722 有効数字を考慮する。

1723 3.18.9 純度試験において定量法を準用する場合の記載

1724 純度試験と定量法に共通した試験条件の液体クロマトグラフィーを設定する場合は、試験条件は定量法の
1725 項に記載し、純度試験の項の試験条件は準用記載とする。

1726 [例] 試験条件

1727 検出器、カラム、カラム温度、移動相及び流量は定量法の試験条件を準用する。

1728 面積測定範囲：溶媒のピークの後から**の保持時間の約○倍の範囲

1729 システム適合性

1730 システムの性能は定量法のシステム適合性を準用する。

1731 検出の確認：標準溶液 1 mL を正確に量り、移動相を加えて正確に 10 mL とする。この液○ μL から
1732 得た**のピーク面積が、標準溶液の**のピーク面積の 7 ~ 13% になることを確認する。

1733 システムの再現性：標準溶液○ μL につき、上記の条件で試験を 6 回繰り返すとき、**のピーク面
1734 積の相対標準偏差は 2.0% 以下である。

1735 **3.18.10 製剤の純度試験**

1736 製剤の純度試験は、特に規定することが望ましいと考えられる混在物について設定する。
1737 製剤化の過程や製剤の保存中に分解などの変化が起こる場合に、製剤の用法・用量と当該混在物の毒性や
1738 藥理作用等を考慮に入れて、安定性試験の結果などを基に安全性確保の上で規制すべき分解生成物の種類及
1739 びその混在量の限度又は混在量を規定するための試験法を設定する。分解物が生成する場合は、規格設定の
1740 根拠を示すデータを添付すること。

1741 **3.19 意図的混入有害物質**

1742 悪意をもって意図的に混入された有害物質の報告がある場合は、必要に応じて、その管理要件を記載する。
1743 意図的混入有害物質において、具体的な試験方法を記載する場合は、「3.18 純度試験」に準じて記載する。
1744 [例] 本品には、**の混入が限度内であるように管理する。出荷試験において評価する場合は、以下の試
1745 験によって行う。
■■ 純度試験(1)を行うとき、試料溶液の◆◆に対する相対保持時間約○分のピーク面積は、標準溶
1746 液の**のピーク面積の△より大きくない。

1748 **3.20 乾燥減量、水分又は強熱減量**

1749 **3.20.1 乾燥減量又は水分の設定**

1750 乾燥減量を設定する場合は、乾燥条件下で試料が分解しないことを確認する（乾燥した試料をほかの試験に
1751 用いることができる乾燥条件を設定する）。また、乾燥したもののが吸湿性が著しい場合は、各試験操作の中で
1752 吸湿を避けるなどの記載を行う。
1753 乾燥条件で医薬品が分解する場合には、原則として水分を設定する。
1754 水和物の場合は、原則として水分を設定し、規格値は幅で規定する。
1755 用量が微量な医薬品の場合にあっては、試料量の少ない試験方法の設定を検討する。また、品質評価の上
1756 で支障のない場合には、設定を省略しても差し支えない。

1757 **3.20.2 乾燥減量**

1758 **3.20.2.1 乾燥減量試験**

1759 乾燥減量試験は、乾燥することによって失われる医薬品中の水分、結晶水の全部又は一部及び揮発性物質
1760 などの量を測定するものであり、乾燥減量試験法又は熱分析法の第 2 法により試験を行う。ただし、生薬等に
1761 ついては、生薬試験法の乾燥減量により試験を行う。

1762 **3.20.2.2 乾燥減量試験法による場合の記載**

1763 乾燥減量試験法により規定する場合は、次のように記載する。乾燥減量の規格値の記載は付表（乾燥減量及
1764 び強熱残分の%記載法）による。
1765 [例] 乾燥減量 (2.41) 0.5% 以下 (1 g, 105°C, 3 時間)。
1766 これは「本品約 1 g を精密に量り、乾燥器に入れ、105°C で、3 時間乾燥するとき、その減量は 0.5% 以
1767 下である」を意味する。
1768 [例] 乾燥減量 (2.41) 4.0% 以下 [0.5 g, 減圧, 酸化リソ(V), 110°C, 4 時間]。
1769 これは「本品約 0.5 g を精密に量り、酸化リソ(V)を乾燥剤とした乾燥器に入れ、2.0 kPa 以下の減圧で、
1770 110°C, 4 時間乾燥するとき、その減量は 4.0% 以下である」を意味する。

1771 **3.20.2.3 热分析法の熱重量測定法による場合の記載**

1772 热分析法の熱重量測定法により規定する場合は、次のように記載する。
1773 [例] 乾燥減量 本品約○ mg につき、次の操作条件で热分析法 (2.52) の熱重量測定法により試験を行
1774 とき、△% 以下である。
1775 操作条件
1776 加熱速度：毎分 5°C
1777 測定温度範囲：室温 ~ 200°C
1778 雰囲気ガス：乾燥窒素
1779 雰囲気ガスの流量：毎分 40 mL
1780 なお、規格値は小数第 1 位まで規定する。

- 1781 **3.20.3 水分**
- 1782 **3.20.3.1 水分測定**
- 1783 水分測定は、医薬品中に含まれる水分の量を測定するものであり、水分測定法（カールフィッシャー法）に
1784 より行う。容量滴定法に比較して、電量滴定法の定量限界がより小さいことから、試料の量に制約がある場
1785 合、電量滴定法の採用を検討する。
- 1786 **3.20.3.2 水分の記載**
- 1787 水分は、次のように記載し、容量滴定法（直接滴定、逆滴定）又は電量滴定法のいずれの測定法によるかを
1788 記載する。
- 1789 [例] 水分 <2.48> 4.0 ~ 5.5% (0.2 g, 容量滴定法, 直接滴定).
- 1790 これは「本品約 0.2 g を精密に量り、容量滴定法の直接滴定により測定するとき、水分は 4.0 ~ 5.5% で
1791 ある」を意味する。
- 1792 なお、水分を簡略記載した場合には、試料を溶かすのに用いた溶媒に対する溶解性について、性状の項に
1793 記載する。
- 1794 **3.20.4 強熱減量**
- 1795 **3.20.4.1 強熱減量試験**
- 1796 強熱減量試験は、強熱することによって、その構成成分の一部又は混在物を失う無機薬品において、強熱
1797 した場合の減量を測定するものであり、強熱減量試験法により行う。
- 1798 **3.20.4.2 強熱減量の記載**
- 1799 強熱減量は、次のように記載する。
- 1800 [例] 強熱減量 <2.43> 12.0% 以下 (1 g, 850 ~ 900°C, 恒量).
- 1801 これは「本品約 1 g を精密に量り、850 ~ 900°C で恒量になるまで強熱するとき、その減量は 12.0% 以下
1802 である」を意味する。
- 1803 **3.20.5 製剤の乾燥減量、水分又は強熱減量の設定**
- 1804 製剤の乾燥減量、水分又は強熱減量は、特に必要のある場合、例えば、製剤の水分含量がその製剤の品質
1805 に影響を及ぼす場合に原薬に準じて設定する。
- 1806 **3.21 強熱残分、灰分又は酸不溶性灰分**
- 1807 **3.21.1 強熱残分、灰分又は酸不溶性灰分の設定**
- 1808 強熱残分は、有機物中に不純物として含まれる無機物の量、有機物中に構成成分として含まれる無機物の
1809 量又は強熱時に揮散する無機物中に含まれる不純物の量を規定する必要がある場合に設定する。ただし、金
1810 属塩の場合は、原則として設定する必要はない。
- 1811 用量が微量な医薬品の場合にあっては、試料量の少ない試験方法の設定を検討する。また、品質評価の上
1812 で支障のない場合には、設定を省略しても差し支えない。
- 1813 灰分は、生薬をそのまま強熱して灰化したときの残分であり、酸不溶性灰分は、生薬を希塩酸と煮沸した
1814 ときの不溶物を強熱して得た残分であり、必要に応じて、生薬に設定する。
- 1815 **3.21.2 強熱残分、灰分又は酸不溶性灰分の記載**
- 1816 強熱残分、灰分、酸不溶性灰分は、それぞれ次のように記載する。強熱残分の%記載は付表（乾燥減量及び
1817 強熱残分の%記載法）による。強熱温度を記載する場合は、「△°C」ではなく「○ ~ △°C」のように温度幅
1818 で記載する。
- 1819 [例] 強熱残分 <2.44> 0.1% 以下 (1 g).
- 1820 これは「本品約 1 g を精密に量り、強熱残分試験法 <2.44> により試験を行うとき、強熱残分は 0.1% 以下
1821 である」を意味する。
- 1822 [例] 灰分 <5.01> 5.0% 以下.
- 1823 これは「本品は、生薬試験法 <5.01> により試験を行うとき、灰分は 5.0% 以下である」を意味する。
- 1824 [例] 酸不溶性灰分 <5.01> 3.0% 以下.
- 1825 これは「本品は、生薬試験法 <5.01> により試験を行うとき、酸不溶性灰分は 3.0% 以下である」を意味す
1826 る。
- 1827 **3.22 製剤試験**
- 1828 **3.22.1 製剤試験の設定**
- 1829 製剤総則において規定された試験及びその製剤の特性又は機能を特徴づける試験項目を設定する。以下に

1830 製剤試験設定の基本的な考え方を示す。

3.22.1.1 製剤総則に規定された試験の設定

1831 製剤総則の各条に一般試験法に適合すると規定されている場合はその一般試験法を規定する。

1832 製剤総則の各条に「適切な〇〇性を有する。」と規定されている場合は、「新医薬品の規格及び試験方法の設定について」（平成 13 年 5 月 1 日、医薬審査発第 568 号）や承認の規格・試験法などを参考に、「適切な〇〇性」の製剤特性に関する試験の設定を検討する。ただし、「適切な〇〇性」とした製剤特性においては、製造販売承認書に規定されていないものは設定する必要はない。

1837 製剤総則に規定された製剤特性（例示）

剤形名	製剤試験項目	
	一般試験法 (原則設定する項目)	「適切な〇〇性」とした製剤特性など設定を検討すべき項目例
錠剤、カプセル剤	<ul style="list-style-type: none">・製剤均一性・溶出性（有効成分を溶解させる発泡錠及び溶解錠は除く。溶出性の設定が困難な場合は崩壊性を規定する）	<ul style="list-style-type: none">・崩壊性（口腔内崩壊錠）
顆粒剤、散剤	<ul style="list-style-type: none">・製剤均一性（分包品に規定する）・溶出性（溶解して投与する製剤は除く。溶出性の設定が困難な場合は崩壊性を規定する。ただし、30 号ふるいに残留するものが 10%以下の場合は崩壊性は規定しない）	
経口液剤	<ul style="list-style-type: none">・製剤均一性（分包品に規定する）・溶出性（懸濁剤に規定する）	
シロップ剤	<ul style="list-style-type: none">・製剤均一性（分包品に規定する）・溶出性（懸濁した製剤、シロップ用剤に規定する。用時溶解して用いることに限定されている製剤は除く。溶出性の設定が困難な場合は崩壊性を規定する。ただし、30 号ふるいに残留するものが 10%以下の場合は崩壊性は規定しない）	
経口ゼリー剤	<ul style="list-style-type: none">・製剤均一性・溶出性（溶出性の設定が困難な場合は適切な崩壊性を規定する）	<ul style="list-style-type: none">・崩壊性
口腔用錠剤	<ul style="list-style-type: none">・製剤均一性	<ul style="list-style-type: none">・溶出性又は崩壊性
口腔用液剤	<ul style="list-style-type: none">・製剤均一性（分包品に規定する）	
口腔用スプレー剤		<ul style="list-style-type: none">・噴霧量の均一性（定量噴霧式製剤）
口腔用半固体剤		<ul style="list-style-type: none">・粘性
注射剤	<ul style="list-style-type: none">・エンドトキシン（皮内、皮下及び筋肉内のみに用いるものは除く。エンドトキシン試験の適用が困難な場合は発熱性物質を規定する）・無菌・不溶性異物（埋め込み注射剤は除く）・不溶性微粒子（埋め込み注射剤を除く）・採取容量（埋め込み注射剤は除く）・製剤均一性（用時溶解又は用時懸濁して用いるもの及び埋め込み注射剤に規定する）	<ul style="list-style-type: none">・放出特性（埋め込み注射剤及び持続性注射剤）・粒子径（懸濁、乳濁した製剤）

透析用剤	<ul style="list-style-type: none"> ・エンドトキシン ・無菌（腹膜透析用剤に規定する） ・採取容量（腹膜透析用剤に規定する） ・不溶性異物（腹膜透析用剤に規定する） ・不溶性微粒子（腹膜透析用剤に規定する） 	・製剤均一性（用時溶解して用いるもの）
吸入剤		<ul style="list-style-type: none"> ・送達量の均一性（吸入液剤は除く） ・空気力学的粒子径（吸入液剤は除く）
点眼剤	<ul style="list-style-type: none"> ・無菌 ・不溶性異物 ・不溶性微粒子 	・粒子径（懸濁した製剤の最大粒子径）
眼軟膏剤	<ul style="list-style-type: none"> ・無菌 ・金属性異物 	<ul style="list-style-type: none"> ・粒子径（製剤に分散した固体の最大粒子径） ・粘性
点耳剤	・無菌（無菌に製する場合に規定する）	
点鼻剤		・噴霧量の均一性（定量噴霧式製剤）
坐剤	・製剤均一性	・放出性
塗錠、塗用坐剤	・製剤均一性	・放出性
外用固形剤	・製剤均一性（分包品に規定する）	
外用液剤	・製剤均一性（分包品に規定する。）	
スプレー剤		・噴霧量の均一性（定量噴霧式製剤）
軟膏剤、クリーム剤、ゲル剤		・粘性
貼付剤	<ul style="list-style-type: none"> ・製剤均一性（経皮吸収型製剤に規定する） ・粘着力 ・放出性 	
丸剤	・崩壊性	

1838 なお、注射剤の採取容量は、粉末注射剤及び凍結乾燥注射剤には設定しない。「適切な〇〇性」の製剤特性に関する試験として提示された試験法については、その内容を委員会で検討した上で、「別に規定する。」とする場合もある。また、エキス剤、流エキス剤については、原則として重金属を規定する。

3.22.1.2 エンドトキシン試験の設定

1842 製剤総則の規定によりエンドトキシン試験法に適合することとされている製剤には、エンドトキシン試験を設定する。なお、ゲル化法、比濁法及び比色法についての反応干渉因子試験成績及び3法による実測値を添付資料に記載する。

1845 エンドトキシン規格値は、日本薬局方参考情報「エンドトキシン規格値の設定」に基づいて設定する。ただし、生物薬品の原薬のうち、出発原料として大腸菌等を用いて製されるもの又は生体由来試料から製されるもので、エンドトキシン試験の設定が必要と思われるものについては、実測値や参考情報も考慮してエンドトキシン試験を設定する。

3.22.1.3 製剤均一性試験の設定

1850 製剤総則の規定により製剤均一性試験法に適合することとされている製剤には、含量均一性試験又は質量偏差試験を設定する。ただし、顆粒剤、散剤、経口液剤、シロップ剤、含嗽剤、外用固形剤の分包品の製剤均一性試験は、含量均一性試験を設定する。

1853 1錠、1カプセル等の1投与単位中の有効成分量が200mg以上であり、かつ製剤中の有効成分の割合が質量比で70%以上である場合には、質量偏差試験を設定することができる。また、1錠、1カプセル等の1投与単位中の有効成分量が25mg以上であり、かつ製剤中の有効成分の割合が質量比で25%以上である場合には、「製剤均一性(6.02)質量偏差試験又は次の方法による含量均一性試験のいずれかを行うとき、適合する。」とし、含量均一性試験を「次の方法」として設定する。成分が完全に溶解した液を最終容器内で凍結乾燥することにより製した用時溶解の注射剤などの固形製剤で、その調製法がラベル又は添付文書に記載されているものについては、質量偏差試験を設定できる。

1860 なお、質量偏差試験を設定する場合であっても、3 ロットについて、個々の定量値、平均含量、標準偏差及び判定値を含む含量均一性試験の実測データを添付資料に記載する。

1862 3.22.1.4 溶出試験の設定

1863 製剤総則の規定により溶出試験法又は崩壊試験法に適合することとされている製剤には、溶出性又は崩壊性を設定する。溶出性の規格設定では、パドル法の回転数 50 rpm を基本とし、試験液は、原則として提出を求める基本 4 液性でのプロファイルなどから判断して、できるだけ pH6.8 又は水を選択する。また、難溶性薬物で十分な溶出が得られない場合には、界面活性剤を用いるが、ポリソルベート 80 を第一選択とし、添加濃度はできるだけ低くする。必要に応じて、その他のラウリル硫酸ナトリウムなどの界面活性剤を添加することができる。また、ベッセルの底部に製剤の崩壊物が堆積する現象が認められ、パドル法で十分な溶出が得られない場合には、回転バスケット法の 100 rpm 等によることができる。規格値は標準製剤の平均溶出率がプラトーに達した時点で、15% 下位で設定する。なお、次の時点までの溶出率の変化がおおむね 5% 以下になる場合をプラトーに達したと見なせる。また、治療濃度域が狭い薬物などでは、必要に応じ上限値及び下限値を 2 時点以上で設定する。判定値としては、製造販売承認書で Q 値が規定されている場合を除き、Q 値での規定は行わない。

1874 徐放性製剤において、作用持続時間などの製剤設計が異なる製剤がある場合は、別各条として規格を設定することができる。

1876 なお、作用が緩和で水溶性が高く、15 分 / 85% 以上と速やかな溶出を示す水溶性ビタミンのような散剤については、溶出規格の設定は要しない。また、シロップ用剤のうち使用が用時溶解して用いることに限定されている製剤については溶出規格の設定は要しない。

1879 3.22.2 その他の製剤試験

1880 アルコール数は、エリキシル剤、酒精剤、チンキ剤、流エキス剤で設定を検討すべき項目である。また、特定の製剤機能を試験するなど特に規定することが望ましいと考えられる他の試験があればその試験を設定する。

1883 3.22.3 製剤試験の記載順

1884 記載の順は、エンドトキシン（発熱性物質）、金属性異物、採取容量、重金属、製剤均一性、微生物限度、不溶性異物、不溶性微粒子、崩壊性、無菌、溶出性、及びその他の製剤試験とする。

1886 3.22.4 製剤試験の記載方法

1887 製剤試験の各試験項目は、次のように記載する。

1888 エンドトキシン エンドトキシン規格値は、次のように記載する。

1889 [例] 1) 最大投与量が容量(mL)で規定されている場合

1890 エンドトキシン <4.01> × EU/mL 未満。

1891 2) 最大投与量が質量 (mg) で規定されている場合

1892 エンドトキシン <4.01> × EU/mg 未満。

1893 3) 最大投与量が当量 (mEq) で規定されている場合

1894 エンドトキシン <4.01> × EU/mEq 未満。

1895 4) 最大投与量が力価で規定されている場合

1896 エンドトキシン <4.01> 「ピペラシリン水和物」 1 mg(力価)当たり 0.07 EU 未満。

1897 5) 投与経路（例えば脊髄腔内投与）に限定して規定が必要な場合

1898 エンドトキシン <4.01> × EU/mg 未満。ただし、脊髄腔内に投与する製品に適用する。

1899 金属性異物 眼軟膏の金属性異物試験法に従い試験を行う場合、次のように記載する。

1900 [例] 金属性異物 <6.01> 試験を行うとき、適合する。

1901 採取容量 注射剤の採取容量試験法に従い試験を行う場合、次のように記載する。

1902 [例] 採取容量 <6.05> 試験を行うとき、適合する。

1903 製剤均一性 製剤均一性試験法に従い試験を行う場合、次のように記載する。

1904 [例] 製剤均一性 <6.02> 次の方法により含量均一性試験を行うとき、適合する。

1905 本品 1 個をとり、**〇〇 mL を加えて錠剤が完全に崩壊するまでよく振り混ぜる。次に、**〇〇 mL
1906 を加えて〇〇分間激しく振り混ぜた後、□□を加えて正確に〇〇 mL とし、ろ過する。初めのろ液〇〇 mL
1907 を除き、次のろ液 V mL を正確に量り、1 mL 中に***(分子式)約〇〇 µg を含む液となるように□□を
1908 加えて正確に V' mL とし、試料溶液とする。（以下定量操作と同様。）

- 1909 [例] 製剤均一性 (6.02) 分包品は、次の方法により含量均一性試験を行うとき、適合する。
1910 本品 1 包をとり、内容物の全量を取り出し、**〇〇 mL を加えて・・・試料溶液とする。 (分包品
1911 の場合)
- 1912 [例] 製剤均一性 (6.02) 質量偏差試験を行うとき、適合する。
- 1913 [例] 製剤均一性 (6.02) 質量偏差試験又は次の方法による含量均一性試験のいずれかを行うとき、適合
1914 する。
1915 本品 1 個をとり、**〇〇 mL を加えて錠剤が完全に崩壊するまでよく振り混ぜる。次に、**〇〇 mL
1916 を加えて〇〇分間激しく振り混ぜた後、□□を加えて正確に〇〇 mL とし、ろ過する。初めのろ液〇〇 mL
1917 を除き、次のろ液 V mL を正確に量り、1 mL 中に** (分子式) 約〇〇 μg を含む液となるように□□を
1918 加えて正確に V' mL とし、試料溶液とする。(以下定量操作と同様。)
1919 ただし、T 値はやむを得ない場合には設定することができるが、設定した場合には、それぞれ次のように記
1920 載する。
- 1921 [例] 製剤均一性 (6.02) 次の方法により含量均一性試験を行うとき、適合する。 (T: 〇〇)
1922 [例] 製剤均一性 (6.02) 質量偏差試験を行うとき、適合する。 (T: 〇〇)
- 1923 **微生物限度** 微生物限度試験法に従い試験を行う場合、次のように記載する。
- 1924 [例] 微生物限度 (4.05) 本品 1 mL 当たり、総好気性微生物数の許容基準は 10² CFU、総真菌数の許容
1925 基準は 10¹ CFU である。また、大腸菌を認めない。
- 1926 **不溶性異物** 注射剤について、注射剤の不溶性異物検査法に従い試験を行う場合、次のように記載する。
- 1927 [例] 不溶性異物 (6.06) 第 1 法により試験を行うとき、適合する。
- 1928 点眼剤について、水溶液のものにつき、点眼剤の不溶性異物検査法に従い試験を行う場合、次のように記
1929 載する。
- 1930 [例] 不溶性異物 (6.11) 試験を行うとき、適合する。
- 1931 懸濁製剤について不溶性異物検査法に従い試験を行う場合、次のように記載する。
- 1932 [例] 不溶性異物 (6.06) 第 2 法により試験を行うとき、適合する。
- 1933 [例] 不溶性異物 (6.11) 試験を行うとき、たやすく検出される異物を認めない。
- 1934 **不溶性微粒子**
- 1935 注射剤について、注射剤の不溶性微粒子試験法に従い試験を行う場合、次のように記載する。
- 1936 [例] 不溶性微粒子 (6.07) 試験を行うとき、適合する。
- 1937 [例] 不溶性微粒子 (6.07) 第 2 法により試験を行うとき、適合する。
- 1938 点眼剤について、点眼剤の不溶性微粒子試験法に従い試験を行う場合、次のように記載する。
- 1939 [例] 不溶性微粒子 (6.08) 試験を行うとき、適合する。
- 1940 **崩壊性** 崩壊試験法に従い試験を行う場合、次のように記載する。
- 1941 [例] 崩壊性 (6.09) 試験を行うとき、適合する。
- 1942 [例] 崩壊性 (6.09) 補助盤を使用して試験を行うとき、適合する。
- 1943 **無菌** 無菌試験法に従い試験を行う場合、次のように記載する。
- 1944 [例] 無菌 (4.06) メンプランフィルター法により試験を行うとき、適合する。
- 1945 **溶出性** 溶出試験法に従い試験を行う場合、通例、試験条件及び規格値、並びに試験操作法を記載する。
- 1946 試験液は、試験条件に関する規定中に、試液名又は試験液組成を具体的に規定し、試験操作法においては
1947 「試験液」と記載する。ただし、試験液が「水」である場合は、「試験液」ではなく、「水」と記載する。
- 1948 溶出液採取時間は、規格値に関する規定中に具体的な時間を規定し、試験操作法においては「規定時間」
1949 と記載する。
- 1950 溶出試験法に従い試験を行う場合、次のように記載する。
- 1951 [例] 溶出性 (6.10) 試験液に**〇 mL を用い、パドル法により、毎分△回転で試験を行うとき、本品の
1952 △分間の溶出率は△%以上である。
- 1953 本品 1 個をとり、試験を開始し、規定された時間に溶出液〇 mL 以上をとり、孔径△ μm 以下のメンブ
1954 ランフィルターでろ過する。初めのろ液〇 mL 以上を除き、次のろ液を試料溶液とする。別に……とし、標準
1955 溶液とする。試料溶液及び標準溶液につき、……を測定する。

- 1956 [例] 溶出性 (6.10) 試験液に**を用い、フロースルーセル法により、大型（又は小型）フロースルーセルを用い、脈流のある（又は無い）送液ポンプで毎分○○ mL で送液して試験を行うとき、本品の△分間の溶出率は○○%以上である。
- 1959 含量により試験条件及び規格値が異なる場合、及び判定値として Q 値を設定する場合の規格値は、それぞれ次のように記載する。
- 1961 [例] 溶出性 (6.10) 試験液に**○ mL を用い、■■法により、毎分△回転で試験を行うとき、○ mg 錠の△分間の溶出率は△%以上であり、○ mg 錠の△分間の溶出率は△%以上である。
- 1963 [例] 溶出性 (6.10) 試験液に**○ mL を用い、パドル法により、毎分△回転で試験を行うとき、本品の△分間の Q 値は△%である。
- 1965 なお、顆粒剤や散剤のように、試験に供する試料の量が表示量により異なる場合の試験操作法の冒頭は、次のように記載する。
- 1967 [例] 本品の**（分子式）約○ mg に対応する量を精密に量り、試験を開始し、規定された時間に…
- 1968 シンカーを使用する場合は次のように記載する。ただし、使用するシンカーが一般試験法に規定されていないもの場合にはその形状を規定する。
- 1970 [例] 溶出性 (6.10) 試験液に溶出試験第×液○ mL を用い、シンカーを使用して、パドル法により、毎分△回転で試験を行うとき、本品の△分間の溶出率は△%以上である。
- 1972 また、試料溶液の調製法で、更に希釈を要する場合、試料溶液の調製法部分は、次のように記載する。
- 1973 [例] 本品 1 個をとり、試験を開始し、規定された時間に溶出液○ mL 以上をとり、孔径△ μm 以下のメンブランフィルターでろ過する。初めのろ液○ mL 以上を除き、次のろ液 V mL を正確に量り、1 mL 中に**（分子式）約○ μg を含む液となるように試験液を加えて正確に V' mL とし、試料溶液とする。
- 1976 また、計算式は次のように記載する。
- 1977 [例] 抗生物質
- 1978 セフテラム($\text{C}_{16}\text{H}_{17}\text{N}_9\text{O}_5\text{S}_2$)の表示量に対する溶出率(%)
- 1979 $= M_s \times A_t / A_s \times V' / V \times 1 / C \times 90$
- 1980 M_s : セフテラムピボキシルメチレンスルホン酸塩標準品の秤取量[mg(力価)]
- 1981 C : 1錠中のセフテラム($\text{C}_{16}\text{H}_{17}\text{N}_9\text{O}_5\text{S}_2$)の表示量[mg(力価)]
- 1982 腸溶性製剤の場合:
- 1983 [例] 溶出性 (6.10) 試験液に溶出試験第 1 液及び溶出試験第 2 液 900 mL ずつを用い、パドル法により、毎分×回転で試験を行うとき、試験液に溶出試験第 1 液を用いた場合の△分間の溶出率は△%以下であり、試験液に溶出試験第 2 液を用いた場合の△分間の溶出率は△%以上である。
- 1986 本品 1 個をとり、試験を開始し、規定された時間に溶出液○ mL 以上をとり、孔径△ μm 以下のメンブランフィルターでろ過する。初めのろ液○ mL 以上を除き、……
- 1988 徐放性製剤の場合:
- 1989 [例] 溶出性 (6.10) 試験液に**○ mL を用い、パドル法により、毎分×回転で試験を行うとき、本品の△時間、△時間及び△時間の溶出率はそれぞれ○～○%，○～○%及び○%以上であり、判定法 1 に従う。
- 1992 3.23 その他の試験
- 1993 3.23.1 その他の試験の設定
- 1994 消化力、制酸力、抗原性試験、異常毒性否定試験、チモール量、沈降試験、分子量、分子量分布、窒素含量、タンパク質量、異性体比、生化学的性能、生物学的性能等、品質評価や有効性及び安全性確保に直接関与する試験項目であって、ほかの項目の対象とならないものを規定するものであり、必要な場合に設定する。
- 1998 3.23.2 その他の試験の記載順
- 1999 記載の順は項目名の五十音順とする。
- 2000 3.24 定量又は成分の含量
- 2001 3.24.1 定量法
- 2002 定量法は、成分の含量、力価などを物理的、化学的又は生物学的方法によって測定する試験法である。

- 2003 **3.24.2 定量法の設定**
2004 定量法は、真度、精度及び再現性を重視し、迅速性を考慮して、試験方法を設定することが必要である。
2005 特異性の高いクロマトグラフィー又は紫外可視吸光度測定法による相対試験法の採用が考えられる。
2006 また、適切な純度試験により、混在物の限度が規制されている場合には、特異性の低い方法であっても、
2007 再現性のよい絶対量を測定しうる試験方法を設定することができる。
2008 例えば、滴定法のような絶対定量法を採用する場合には、特異性に欠ける部分について、純度試験などに
2009 特異性の高い方法を用いることにより、相互に補完しあうことが望ましい。
- 2010 **3.24.2.1 製剤の定量法**
2011 製剤の定量法には、ほかの配合成分の影響を受けない、特異性の高い試験方法を設定する。
2012 原則として試料の量は20個以上とする。
2013 また、計算式の立て方は、粉末とする場合には、秤取した量中の定量成分の量を算出する式とし、粉碎せ
2014 ずに全量溶解させる場合には、本品1個中（1錠又は1カプセル）の定量成分の量を算出する式とする。
2015 生物薬品の製剤において、凍結乾燥製剤の定量法で得られた含量を算出する際、1個（バイアルなど）当た
2016 りの含量を求めるなどを明確にするため、試験方法並びに計算式を検討する。また、用法用量が物質量で設定
2017 されている場合には物質量（タンパク質含量）を、単位で設定されている場合（物理化学的方法により含量を
2018 測定し、力値との相関係数を用いて力値を表示する場合を含む）には力値（生物活性）を、製剤の定量法とし
2019 て設定する。
- 2020 **3.24.3 タンパク質性医薬品の定量法**
2021 タンパク質性医薬品において含量規格をタンパク質当たりの力値で規定する場合、定量法は、通例、（1）
2022 タンパク質含量、（2）力値として設定する。力値は単位で表示し、国際単位等とは表示しない。タンパク
2023 質定量法を設定する場合には、参考情報「タンパク質定量法」を参考にすること。
- 2024 **3.24.4 試験溶液の分割採取又は逆滴定の場合の記載**
2025 定量法において、試験溶液を分割して採取する場合又は逆滴定において初めに加える容量分析用標準液の
2026 場合は「正確に」という言葉を付ける。
2027 [例] 「10mLを正確に量り、0.01mol/L硝酸銀液10mLを正確に加え…」
- 2028 **3.24.5 試験に関する記載**
2029 滴定法の空試験については、次のように記載する。
2030 直接滴定の場合 「同様の方法で空試験を行い、補正する」
2031 逆滴定の場合 「同様の方法で空試験を行う」
- 2032 **3.24.6 滴定における対応量の記載**
2033 滴定において、対応する量を示す数値はmg数で記載し、その桁数は4桁とする。
2034 対応する量は、3.7.3に従って規定した分子量又は式量から求める。
- 2035 **3.24.7 滴定の終点に関する記載**
2036 滴定の終点が一般試験法の容量分析用標準液の標定時の終点と同じ場合には、単に「…滴定する」と記載す
2037 る。
2038 滴定の終点が容量分析用標準液の標定時の終点と異なる場合には、例えば、クリスタルバイオレット試液
2039 を用いる指示薬法の場合、「ただし、滴定の終点は液の紫色が青緑色を経て黄緑色に変わるときとする。」と
2040 記載する。
- 2041 **3.24.8 滴定において用いる無水酢酸／酢酸(100)混液の比率**
2042 滴定において用いる無水酢酸／酢酸(100)混液は、7:3の比率を基本とする。なお、非水滴定用酢酸を使用
2043 する場合には、事前に酢酸(100)の使用が可能か否か検討すること。
- 2044 **3.25 貯法**
2045 通例、容器を設定する。安定性に関して特記すべき事項がある場合は、あわせて保存条件を設定する。
2046 通則5の改正により、生薬を主たる有効成分として含む製剤を除いて製剤の貯法の項の容器は適否の判定基
2047 準を示すものではないとされたが、情報提供のため、従来通り記載する。
2048 [例] 貯法
2049 保存条件 遮光して保存する。
2050 容器 密封容器。本品は着色容器を使用することができます。
2051 本品はプラスチック製水性注射剤容器を使用することができます。

- 2052 **3.26 有効期間**
2053 原則として設定しないが、有効期間が3年未満であるものについては設定することができる。
2054 [例] 有効期間 製造後24箇月。
- 2055 **3.27 その他**
2056 **3.27.1 記載の準用における原則**
2057 医薬品各条間における準用は、原則として原薬の記載をその原薬を直接用いる製剤に準用する場合及び同一各条内で準用する場合以外は行わない。また準用記載の準用（二段準用）は行わない。
- 2059 **4. 液体クロマトグラフィー又はガスクロマトグラフィーを用いる場合の表記**
2060 液体クロマトグラフィー(2.01)又はガスクロマトグラフィー(2.02)を用いる場合、その試験条件などの記載は下記による。
- 2062 **4.1 記載事項**
2063 「試験条件」及び「システム適合性」の2項に分割して記載する。
2064 「試験条件」の項には、液体クロマトグラフ及びガスクロマトグラフシステムの設定条件などを記載する。
2065 「システム適合性」の項には、試験に用いるシステムが満たすべき要件とその判定基準を記載する。
- 2066 **4.2 試験条件の記載事項及び表記例**
2067 「試験条件」の項には、以下の項目を記載する。一般試験法2.01 液体クロマトグラフィー及び2.02 ガス
2068 クロマトグラフィーに記載されているように、カラムの内径及び長さ等は、システム適合性の規定に適合する
2069 範囲内で一部変更できることから、試験実施時における参考としての数値を記載するものとし、試験方法の設
2070 定根拠の作成に用いたシステムから得た数値を記載する。
2071 なお、カラムの名称(型番)については、様式4のカラム情報欄に記載する。記載されたカラム情報は原案
2072 の意見公募時に開示することを原則とするが、用いたカラムの名称(型番)を開示できない場合は、その理由
2073 を当該欄に記載すること。
2074
- 2075 **4.2.1 液体クロマトグラフィーの表記例**
- 2076 1) 検出器
2077 [例1] 検出器：紫外吸光光度計(測定波長：226 nm)
2078 [例2] 検出器：可視吸光光度計(測定波長：440 nm及び570 nm)
2079 [例3] 検出器：蛍光光度計(励起波長：281 nm, 蛍光波長：305 nm)
2080 [例4] 検出器：フォトダイオードアレイ検出器(測定波長：270 nm, スペクトル測定範囲：220～370
2081 nm)
- 2082 2) カラム：分析に使用したカラムの内径、長さ及びクロマトグラフィー管の材質、並びに充填剤の粒径及び
2083 種類を記載する。
2084 [例1] カラム：内径8 mm、長さ15 cmのステンレス管に5 μmの液体クロマトグラフィー用オクタデシ
2085 ルシリル化シリカゲルを充填する。
2086 [例2] カラム：内径4.6 mm、長さ50 cmのステンレス管に11 μmの液体クロマトグラフィー用ゲル型強
2087 酸性イオン交換樹脂(架橋度6%)を充填する。
2088 3) カラム温度
2089 [例] カラム温度：40°C付近の一定温度
2090 4) 反応コイル
2091 [例] 反応コイル：内径0.5 mm、長さ20 mのポリテトラフルオロエチレンチューブ
2092 5) 冷却コイル
2093 [例] 冷却コイル：内径0.3 mm、長さ2 mのポリテトラフルオロエチレンチューブ
2094 6) 移動相：混液の表記は2.7.4による。試薬・試液の項に収載されていない緩衝液・試液を使用する場合、そ
2095 の調製法は原則として本項に記載する。グラジェント法など複数の移動相を用いる場合はアルファベット番
2096 号(A, B, C...)を付す。
2097 [例1] 移動相：薄めたリン酸(1→1000)/アセトニトリル混液(3:2)

- 2098 [例 2] 移動相：1-ペンタンスルホン酸ナトリウム 8.70 g 及び無水硫酸ナトリウム 8.52 g を水 980 mL に
2099 溶かし、酢酸(100)を加えて pH 4.0 に調整した後、水を加えて 1000 mL とする。この液 230 mL にメタノ
2100 ル 20 mL を加える。
- 2101 [例 3] 移動相 A：リン酸二水素ナトリウム二水和物 15.6 g を水 1000 mL に溶かす。
2102 移動相 B：水／アセトニトリル混液(1 : 1)
- 2103 7) 移動相の送液：グラジエント条件を表形式で記載する。再平衡化時間は、通例、記載しない。
- 2104 [例] 移動相の送液：移動相 A 及び移動相 B の混合比を次のように変えて濃度勾配制御する。

注入後の時間 (分)	移動相 A (vol%)	移動相 B (vol%)
0 ~ 5	70	30
5 ~ 35	70 → 40	30 → 60
35 ~ 65	40	60

- 2105 8) 反応温度：カラム温度と同様、実際に分析した際の反応温度を記載する。
- 2106 [例] 反応温度：100°C付近の一定温度
- 2107 9) 冷却温度：カラム温度と同様、実際に分析した際の冷却温度を記載する。
- 2108 [例] 冷却温度：15°C付近の一定温度
- 2109 10) 流量：試験法設定根拠となるデータを得たときの流量を分析対象物質の保持時間又は流量で記載する。保
2110 持時間と流量を併記する場合には、保持時間は参考に示されるものである。
- 2111 ポストラベル誘導体化を行う場合など、反応液も使用する場合の本項の名称は「移動相流量」とする。
- 2112 グラジエント法においては原則として設定流量を記載する。
- 2113 [例 1] 流量：**の保持時間が約○分になるように調整する。
- 2114 [例 2] 流量：毎分 1.0 mL
- 2115 [例 3] 流量：毎分 1.0 mL (**の保持時間約○分)
- 2116 11) 反応液流量：試験法設定根拠となるデータを得たときの流量を記載する。移動相流量と同じ場合は「移動
2117 相流量に同じ」と記載できる。
- 2118 [例] 反応液流量：毎分 1.0 mL
- 2119 12) 面積測定範囲：分析対象物質の保持時間の倍数で記載する。グラジエント法においては時間を記載する。
- 2120 [例 1] 面積測定範囲：溶媒のピークの後から**の保持時間の約○倍の範囲
- 2121 [例 2] 面積測定範囲：試料溶液注入後 40 分間
- 2122 [例 3] 面積測定範囲：溶媒のピークの後から注入後○分まで

4.2.2 ガスクロマトグラフィーの表記例

- 2123 1) 検出器
- 2124 [例 1] 検出器：水素炎イオン化検出器
- 2125 [例 2] 検出器：熱伝導度検出器
- 2126 2) カラム：分析に使用したカラムの内径、長さ及びクロマトグラフィー管の材質、充填剤の名称及び粒径、
2127 固定相液体の名称、固定相の厚さなどを記載する。
- 2128 [例 1] カラム：内径 3 mm、長さ 1.5 m のガラス管に 150 ~ 180 μm のガスクロマトグラフィー用多孔性
2129 エチルビニルベンゼンジビニルベンゼン共重合体(平均孔径 0.0075 μm、500 ~ 600 m²/g)を充填する。
- 2130 [例 2] カラム：内径 3 mm、長さ 1.5 m のガラス管にガスクロマトグラフィー用 50% フェニルメチルシ
2131 リコーンポリマーを 180 ~ 250 μm のガスクロマトグラフィー用ケイソウ土に 1 ~ 3% の割合で被覆し
2132 たものを充填する。
- 2133 [例 3] カラム：内径 0.53 mm、長さ 30 m のフェーズドシリカ管の内面にガスクロマトグラフィー用ポリ
2134 エチレングリコール 20M を厚さ 0.25 μm で被覆する。なお、必要ならば、ガードカラムを使用する。
- 2135 3) カラム温度
- 2136 [例 1] カラム温度：210°C付近の一定温度
- 2137 [例 2] カラム温度：40°Cを 20 分間保持した後、毎分 10°Cで 240°Cまで昇温し、240°Cを 20 分間保持する。
- 2138 4) 注入口温度：温度管理が重要な場合に記載する。
- 2139 [例] 注入口温度：140°C
- 2140 5) 検出器温度：温度管理が重要な場合に記載する。
- 2141 [例] 検出器温度：250°C

2144 6) キャリヤーガス
2145 [例] キャリヤーガス：ヘリウム
2146 7) 流量：原則として線速度を記載する。線速度を求めることが難しい場合、分析対象物質の保持時間を記載
2147 しても良い。
2148 [例 1] 流量：35 cm/秒
2149 [例 2] 流量：**の保持時間が約〇分になるように調整する。
2150 8) スプリット比
2151 スプリット比はカラムに流れるキャリヤーガスの流量割合を通例 1 として表示する。
2152 [例 1] スプリットレス
2153 [例 2] スプリット比：1:5
2154 9) 面積測定範囲：分析対象物質の保持時間の倍数で記載する。
2155 [例] 面積測定範囲：空気のピークの後から**の保持時間の約〇倍の範囲
2156 10) ヘッドスペース装置の操作条件
2157 [例] 次の条件でガスクロマトグラフィー（2.02）のヘッドスペース法により試験を行う。
2158 ただし、パラメーターの名称や注入条件の記載等は、装置メーカーごとに適切な記載方法とする。
2159 保溫温度：80°C
2160 保溫時間：60 分
2161 注入（又はトランスマーチライン）温度：120°C
2162 シリンジ（又はサンプルライン）温度：110°C
2163 キャリヤーガス：ヘリウム
2164 加圧時間：1 分、試料注入量：1.0 mL（又は加圧：75 kPa、加圧時間：1 分、注入時間：1 分）

2165 4.3 システム適合性

2166 4.3.1 目的

2167 システム適合性は、医薬品の試験に使用する分析システムが、当該医薬品の試験を行うのに適切な性能で稼
2168 動していることを一連の品質試験ごとに確かめることを目的としている。システム適合性の試験方法及び適合
2169 要件は、医薬品の品質規格に設定した試験法の中に規定されている必要がある。規定された適合要件を満たさ
2170 ない場合には、その分析システムを用いて行った品質試験の結果を採用してはならない。

2171 システム適合性は一連の分析ごとに実施されるルーチン試験としての性格をもつことから、多くの時間と労
2172 力を費やすことなく確認できる方法を設定することが望ましい。4.3.2 は化学薬品を例にとって記載したもので
2173 あり、製品の特性や試験の目的によって、品質試験を行うのに適切な状態を維持しているかどうかを評価する
2174 ために必要な項目を設定する。

2175 4.3.2 システム適合性の記載事項

2176 別に規定するもののほか、「システムの性能」及び「システムの再現性」を規定する。純度試験においては
2177 これらに加えて「検出の確認」が求められる場合がある。

2178 4.3.2.1 検出の確認

2179 「検出の確認」は、純度試験において、対象とする類縁物質等のピークがその規格限度値レベルの濃度で確
2180 實に検出されることを確認することにより、使用するシステムが試験の目的を達成するために必要な性能を備
2181 えていることを検証する。

2182 類縁物質の総量を求める場合などの定量的な試験では、規格限度値レベルの溶液を注入したときのレスポン
2183 スの幅を規定し、限度値付近でレスポンスが直線性をもつことを示す。レスポンスの許容範囲は「7 ~ 13%」
2184 等、原則として理論値の±30%の幅で規定する。値が小数になる場合は、±30%の内側に丸める。

2185 限度試験のように、規格限度値と同じ濃度の標準溶液を用いて、それとの比較で試験を行う場合や、限度値
2186 レベルでの精度が「システムの再現性」などで確認できる場合には「検出の確認」の項は設けなくてもよい。

2187 4.3.2.2 システムの性能

2188 「システムの性能」は、被検成分に対する特異性が担保されていることを確認することによって、使用する
2189 システムが試験の目的を達成するために必要な性能を備えていることを検証する。

2190 定量法では、原則として被検成分と分離確認用物質（隣接するピークが望ましいが、内標準法の場合は内標
2191 準物質）との分離度、及び必要な場合には溶出順（液体クロマトグラフィーの場合、ガスクロマトグラフィー
2192 の場合は流出順、以下同様）を規定する。純度試験では、原則として被検成分と分離確認用物質（基本的には、
2193 隣接するピークが望ましい）との分離度及び溶出順で規定する。また、必要な場合にはシンメトリー係数を併
2194 せて規定する。ただし、システム適合性試験用標準品又は適当な分離確認用物質がない場合には、被検成分の

理論段数及びシンメトリー係数で規定しても差し支えない。なお、分離度は3未満の場合は有効数字2桁で、3以上の場合は有効数字1桁で規定する。また、ピークにリーディングが認められる場合のピークのシンメトリー係数は、幅で規定する。

「システムの性能」において、分離度に代わるピークバレー比の使用は個別に判断する。

システム適合性試験用標準品を用いない設定では、「システムの性能」の項のために新たに標準品を秤取して溶液を調製するような方法とはせず、標準溶液を用いて設定することが望ましい。原薬を分解させて分解産物との分離度を規定する場合は、分解物の生成量が十分大きいこと、また分解条件となるべく詳細に示すことが必要である。また、既収載試葉などを添加してシステム適合性試験用溶液を調製しても差し支えないが、この場合にあっても安全性に懸念のある類縁物質の標準物質など、市販されていない特殊な試葉は原則として使用しない。

4.3.2.3 システムの再現性

「システムの再現性」は、標準溶液又はシステム適合性試験用溶液を繰り返し注入したときの被検成分のレスポンスのばらつきの程度（精度）が、試験の目的にかなうレベルにあることを確認することによって、使用するシステムが試験の目的を達成するために必要な性能を備えていることを検証する。

通常、標準溶液又はシステム適合性試験用溶液を繰り返し注入して得られる被検成分のレスポンスの相対標準偏差（RSD）で規定する。純度試験に定量法のシステム適合性を準用する場合、システムの再現性は定量法のシステムの再現性を準用せず、原則として純度試験における標準溶液又はシステム適合性試験用溶液を用いて規定する。試料溶液の注入を始める前に標準溶液の注入を繰り返す形だけでなく、標準溶液の注入を試料溶液の注入の前後に分けて行う形や試料溶液の注入の間に組み込んだ形でシステムの再現性を確認しても良い。

繰り返し注入の回数は6回を原則とするが、グラジエント法を用いる場合や試料中に溶出が遅い成分が混在する場合など、1回の分析に時間がかかる場合には、6回注入時とほぼ同等のシステムの再現性が担保されるように、達成すべきばらつきの許容限度値を厳しく規定することにより、繰り返し注入の回数を減らしてもよい。

ばらつきの許容限度は、当該分析法の適用を検討した際のバリデーションデータに基づき、適切なレベルに設定する。

4.3.3 システム適合性の表記例

液体クロマトグラフィーの場合の記載例を以下に示す。ガスクロマトグラフィーの場合は、「溶出」を「流出」とする。

4.3.3.1 一般的な表記例

[例1] 定量法

システムの性能：標準溶液○ μL につき、上記の条件で操作するとき、＊＊、内標準物質の順に溶出し、その分離度は○.○以上である。

システムの再現性：標準溶液○ μL につき、上記の条件で試験を6回繰り返すとき、内標準物質のピーク面積に対する＊＊のピーク面積の比の相対標準偏差は1.0%以下である。

[例2] 定量法

システムの性能：＊＊○ g及び□□○ gを■■○ mLに溶かす。この液○ μL につき、上記の条件で操作するとき、＊＊、□□の順に溶出し、その分離度は△以上である。

システムの再現性：標準溶液○ μL につき、上記の条件で試験を6回繰り返すとき、＊＊のピーク面積の相対標準偏差は1.0%以下である。

[例3] 純度試験

検出の確認：標準溶液○ mLを正確に量り、＊＊を加えて正確に○ mLとする。この液○ μL から得た□□のピーク面積が、標準溶液の□□のピーク面積の○～○%になることを確認する。

システムの性能：□□○ g及び■■○ gを▽▽○ mLに溶かす。この液○ μL につき、上記の条件で操作するとき、□□、■■の順に溶出し、その分離度は△以上である。

システムの再現性：標準溶液○ μL につき、上記の条件で試験を6回繰り返すとき、□□のピーク面積の相対標準偏差は2.0%以下である。

[例4] 純度試験

検出の確認：試料溶液○ mLに＊＊を加えて○ mLとし、システム適合性試験用溶液とする。システム適合性試験用溶液○ mLを正確に量り、■■を加えて正確に○ mLとする。この液○ μL から得た▽

▽のピーク面積が、システム適合性試験用溶液の▽▽のピーク面積の○～○%になることを確認する。

システムの性能：システム適合性試験用溶液○ μL につき、上記の条件で操作するとき、▽▽のピークの理論段数及びシンメトリー係数は、それぞれ○段以上、○.○以下である。

- 2247 システムの再現性：システム適合性試験用溶液○ μL につき、上記の条件で試験を 6 回繰り返すとき、▽
2248 ▽のピーク面積の相対標準偏差は 2.0% 以下である。
- 2249 [例 5] 純度試験（システム適合性試験用標準品が、原薬＊＊を含まない類縁物質の混合物の場合）
2250 検出の確認：標準溶液○ mL を正確に量り、□□を加えて正確に○ mL とする。この液○ μL から得た
2251 ▽▽のピーク面積が、標準溶液の▽▽のピーク面積の○ ~ ○% になることを確認する。
2252 システムの性能：システム適合性試験用＊＊標準品○ mg を移動相に溶かし、○ mL とする。この液○
2253 mL に標準溶液○ mL を加えた液○ μL につき、上記の条件で操作し、▽▽に対する相対保持時間約△
2254 の類縁物質 A、約△の類縁物質 B 及び約△の類縁物質 C のピークを確認する。また、類縁物質 A と類
2255 縁物質 B、類縁物質 B と□□及び■■と類縁物質 C との分離度はそれぞれ○以上、○以上及び○以上で
2256 ある（必要に応じて複数の分離度を設定する）。
2257 システムの再現性：標準溶液○ μL につき、上記の条件で試験を 6 回繰り返すとき、＊＊のピーク面積の
2258 相対標準偏差は○% 以下である。
- 2259 [例 6] 純度試験（システム適合性試験用標準品が、原薬＊＊を含む類縁物質の混合物の場合）
2260 検出の確認：試料溶液○ mL に□□を加えて○ mL とし、システム適合性試験用溶液とする。システム
2261 適合性試験用溶液○ mL を正確に量り、■■を加えて正確に○ mL とする。この液○ μL から得た▽
2262 ▽のピーク面積が、システム適合性試験用溶液の▽▽のピーク面積の○ ~ ○% になることを確認する。
2263 システムの性能：システム適合性試験用＊＊標準品○ mg を□□に溶かし、○ mL とする。この液○
2264 μL につき、上記の条件で操作し、▽▽に対する相対保持時間約△の類縁物質 A、約△の類縁物質 B、約△
2265 の類縁物質 C 及び約△の類縁物質 D のピークを確認する。また、類縁物質 B と□□及び■■と類縁物
2266 質 C との分離度はそれぞれ○以上及び○以上である（必要に応じて複数の分離度を設定する）。
2267 システムの再現性：システム適合性試験用溶液○ μL につき、上記の条件で試験を 6 回繰り返すとき、＊
2268 ＊のピーク面積の相対標準偏差は○% 以下である。
- 2269 [例 7] 純度試験（システム適合性試験用標準品が、類縁物質の単品の場合）
2270 検出の確認：試料溶液○ mL に□□を加えて○ mL とし、システム適合性試験用溶液とする。システム
2271 適合性試験用溶液○ mL を正確に量り、■■を加えて正確に○ mL とする。この液○ μL から得た▽
2272 ▽のピーク面積が、システム適合性試験用溶液の▽▽のピーク面積の○ ~ ○% になることを確認する。
2273 システムの性能：＊＊標準品○ mg、システム適合性試験用＊＊類縁物質 B 標準品○ mg 及びシステム適
2274 合性試験用＊＊類縁物質 C 標準品○ mg を□□に溶かし、○ mL とする。この液○ μL につき上記の
2275 条件で操作するととき、類縁物質 B、▽▽、類縁物質 C の順に溶出し、類縁物質 B と▽▽及び▽▽と類縁
2276 物質 C との分離度はそれぞれ○以上である。
2277 システムの再現性：システム適合性試験用溶液▽▽ μL につき、上記の条件で試験を 6 回繰り返すとき、
2278 ＊＊のピーク面積の相対標準偏差は○% 以下である。
- 2279 [例 8] 純度試験（定量的な試験に類縁物質の標準品を用いている場合）
2280 検出の確認：標準溶液▽▽ mL を正確に量り、□□を加えて正確に○ mL とする。この液○ μL から得た
2281 ▽▽のピーク面積が、標準溶液の▽▽のピーク面積の○ ~ ○% になることを確認する。
2282 システムの性能：標準溶液○ μL につき、上記の条件で操作するととき、類縁物質 A 及び類縁物質 B のピ
2283 ックの▽▽に対する相対保持時間は約△及び△であり、類縁物質 A と類縁物質 B の分離度は○以上、
2284 類縁物質 B と▽▽の分離度は○以上である。
2285 システムの再現性：標準溶液○ mL に移動相を加えて○ mL とする。この液○ μL につき、上記の条件
2286 で試験を 6 回繰り返すとき、類縁物質 A、類縁物質 B 及び▽▽のピーク面積の相対標準偏差はそれぞれ
2287 ○% 以下である。
- 2288 4.3.3.2 「システムの性能」に関する他の表記例
- 2289 1) 溶出順、分離度及びシンメトリー係数を規定する場合
2290 [例] ＊＊○ g 及び□□○ g を■■○ mL に溶かす。この液○ μL につき、上記の条件で操作するととき、
2291 ＊＊、□□の順に溶出し、その分離度は○以上であり、＊＊のピークのシンメトリー係数は○.○以下で
2292 ある。
- 2293 2) 溶出順、分離度、理論段数及びシンメトリー係数を規定する場合
2294 [例] ＊＊○ g 及び□□○ g を■■○ mL に溶かす。この液○ μL につき、上記の条件で操作するととき、
2295 ＊＊、□□の順に溶出し、その分離度は○以上であり、＊＊のピークの理論段数及びシンメトリー係数は、
2296 それぞれ○段以上、○.○以下である。
- 2297 3) 適当な分離対象物質がないため理論段数及びシンメトリー係数を規定する場合

2298 [例] **○ g を□□○ mL に溶かす。この液○ μL につき、上記の条件で操作するとき、**のピーク
2299 の理論段数及びシンメトリー係数は、それぞれ○段以上、○.○以下である。

2300 4) 試料溶液を強制劣化させ、被検成分と分解物の溶出順及び分離度を規定する場合

2301 [例] 試料溶液を○℃の水浴中で○分間加熱後、冷却する。この液○ mL に**を加えて○ mL とした液
2302 ○ μL につき、上記の条件で操作するとき、□□に対する相対保持時間約○.○のピークと□□の分離度
2303 は△以上であり、□□のシンメトリー係数は○.○以下である。

2304 4.4 その他の記載例

2305 4.4.1 グラジエント法

2306 [例]

2307 試験条件

2308 検出器：紫外吸光度計(測定波長：215 nm)

2309 カラム：内径 4.6 mm、長さ 15 cm のステンレス管に 5 μm の液体クロマトグラフィー用オクタデシルシリル化シリカゲルを充填する。

2311 カラム温度：×℃付近の一定温度

2312 移動相 A：水／液体クロマトグラフィー用アセトニトリル混液(4:1)

2313 移動相 B：液体クロマトグラフィー用アセトニトリル／水混液(3:2)

2314 移動相の送液：移動相 A 及び移動相 B の混合比を次のように変えて濃度勾配制御する。

注入後の時間 (分)	移動相 A (vol%)	移動相 B (vol%)
0 ~ ×	×	×
× ~ ×	× → ×	× → ×
× ~ ×	×	×

2315 流量：毎分 1.0 mL

2316 面積測定範囲：溶媒のピークの後から**の保持時間の約○倍の範囲

2317 : 溶媒のピークの後から注入後×分まで

2318 システム適合性

2319 検出の確認：標準溶液○ mL を正確に量り、□□を加えて正確に○ mL とする。この液○ μL から得た
2320 ▽▽のピーク面積が、標準溶液の▽▽のピーク面積の○～○%になることを確認する。

2321 システムの性能：**○ g 及び□□○ g を■■○ mL に溶かす。この液○ μL につき、上記の条件で操
2322 作するとき、**、□□の順に溶出し、その分離度は○以上である。

2323 システムの再現性：標準溶液○ μL につき、上記の条件で試験を 6 回繰り返すとき、**のピーク面積の
2324 相対標準偏差は 2.0% 以下である。

2325 4.4.2 昇温ガスクロマトグラフィー

2326 試験条件

2327 検出器：水素炎イオン化検出器

2328 カラム：内径 0.32 mm (又は 0.53 mm)、長さ 30 m のフェーズドシリカ管の内面にガスクロマトグラフィー
2329 用ポリエチレングリコール 20M を厚さ 0.25 μm で被覆する。なお、必要ならば、ガードカラムを使用す
2330 る。

2331 カラム温度：50℃を 20 分間保持した後、毎分 6℃で 165℃まで昇温し、165℃を 20 分間保持する。

2332 注入口温度：140℃付近の一定温度

2333 検出器温度：250℃付近の一定温度

2334 キャリヤーガス：ヘリウム

2335 流量：35 cm/秒

2336 スプリット比：1:5

2337 システム適合性

2338 システムの性能：標準溶液○ μL につき、上記の条件で操作するとき、それぞれのピークの分離度は 1.5 以
2339 上である。(注：被検物質が複数の場合)

2340 システムの再現性：標準溶液○ μL につき、上記の条件で試験を 3 回繰り返すとき、被検物質のピーク面積
2341 の相対標準偏差は 15% 以下である。

2342 5. ICP 発光分光分析法及び ICP 質量分析法を用いる場合の記載例

2343 5.1 ICP 発光分光分析法

2344 [例]

2345 1) 定量法 本品約〇〇 mgを精密に量り、**酸〇 mLを加え、加熱して溶かし、冷後、水を加えて正確に〇mLとする。この液〇 mLを正確に量り、**酸〇 mL及び水を加えて正確に〇mLとし、試料溶液とする。
2346 **酸△ mLに水を加えて正確に〇mLとし、プランク溶液とする。元素#標準液(△ ppm)〇 mL, □ mL,
2347 □ mL及び□ mLずつを正確に量り、それぞれに水を加えて正確に〇 mLとし、元素#標準溶液(1), 元素#標準溶液(2),
2348 元素#標準溶液(3)及び元素#標準溶液(4)とする。試料溶液、プランク溶液及び元素#標準溶液(1),
2349 元素#標準溶液(2), 元素#標準溶液(3)及び元素#標準溶液(4)につき、次の条件で誘導結合プラズマ発光分光
2350 分析法(2.63)により試験を行い、プランク溶液及び元素#標準溶液の発光強度から得た検量線を用いて元素#
2351 の含量を求める。

2352

2353 試験条件

2354 波長：元素# 〇〇〇.〇〇〇 nm

2355 システム適合性

2356 システムの再現性：元素#標準溶液(1)につき、上記の条件で試験を6回繰り返すとき、元素#の発光強度の相対標準偏差は〇%以下である。

2357 2) 純度試験 元素# 本品〇〇 mgを精密に量り、**酸〇 mLを加え、マイクロ波分解装置により加熱、
2358 分解する。冷後、分解容器を水で数回洗い込み、さらに、水を加えて正確に〇 mLとし、試料溶液とする。**
2359 酸〇 mLに水を加えて正確に〇 mLとし、プランク溶液とする。元素#標準液(△ ppm)〇 mLを正確に量り、
2360 **酸〇 mLを加えた後、水を加えて正確に〇 mLとし、元素#標準原液とする。元素#標準原液〇 mL, □
2361 mL, □ mL及び□ mLずつを正確に量り、それぞれに**酸〇 mL及び水を加えて正確に〇 mLとし、元素#
2362 標準溶液(1), 元素#標準溶液(2), 元素#標準溶液(3)及び元素#標準溶液(4)とする。試料溶液、プランク溶液
2363 及び元素#標準溶液(1), 元素#標準溶液(2), 元素#標準溶液(3)及び元素#標準溶液(4)につき、次の条件で
2364 誘導結合プラズマ発光分光分析法(2.63)により試験を行い、プランク溶液及び元素#標準溶液(1), 元素#標
2365 準溶液(2), 元素#標準溶液(3)及び元素#標準溶液(4)の発光強度から得た検量線を用いて元素#の含量を求
2366 るとき、〇.〇 ppm以下である。

2367 試験条件

2368 波長：元素# 〇〇〇.〇〇〇 nm

2369 システム適合性

2370 システムの再現性：元素#標準溶液(1)につき、上記の条件で試験を6回繰り返すとき、元素#の発光強度の相対標準偏差は〇%以下である。

2371 5.2 ICP 質量分析法

2372 [例]

2373 1) 元素#定量法 本品約〇〇 mgを精密に量り、**酸〇 mL及び**酸〇 mLを加え、ホットプレート上で徐々に加熱する。褐色ガスの発生がなくなり、反応液が淡黄色透明になった後、放冷する。冷後、この液に内標準溶液〇 mLを正確に加えた後、水を加えて〇 mLとし、試料溶液とする。**酸〇 mLに、**酸〇 mL及び内標準溶液〇 mLを正確に加えた後、水を加えて〇 mLとし、プランク溶液とする。元素#標準液(△ ppm)〇 mL, □ mL, □ mL及び□ mLずつを正確に量り、**酸〇 mL, **酸〇 mL及び内標準溶液〇 mLをそれぞれ正確に加えた後、水を加えて〇 mLとし、元素#標準溶液(1), 元素#標準溶液(2), 元素#標準溶液(3)及び元素#標準溶液(4)とする。試料溶液、プランク溶液及び元素#標準溶液(1), 元素#標準溶液(2), 元素#標準溶液(3)及び元素#標準溶液(4)につき、次の条件で誘導結合プラズマ質量分析法(2.63)により試験を行い、内標準物質のイオンカウント数に対するプランク溶液及び元素#標準溶液(1), 元素#標準溶液(2), 元素#標準溶液(3)及び元素#標準溶液(4)のイオンカウント数の比から元素#の含量を求める。

2374 内標準溶液 元素\$標準液(△ ppm)〇 mLを正確に量り、水を加えて正確に〇 mLとする。

2375 試験条件

2376 測定 m/z: 元素# m/z ●, 元素\$ m/z ▲

2377 システム適合性

2378 システムの再現性：元素#標準溶液(1)につき、上記の条件で試験を6回繰り返すとき、内標準物質に対する元素#のイオンカウント数比の相対標準偏差は〇%以下である。

2379 2) 純度試験 元素#1, #2 及び #3 本品〇〇 mgを精密に量り、**酸〇 mLを加え、マイクロ波分解装置により加熱、分解する。冷後、分解容器を水で数回洗い込み、内標準溶液〇 mLを正確に加え、水を加え

2394 て○ mLとし、試料溶液とする。**酸○ mLに内標準溶液○ mLを正確に加え、水を加えて○ mLとしプランク溶液とする。各元素#1, #2及び#3の標準液(△ ppm)○ mLずつを正確に量り、**酸○ mLを加えた後、水を加えて○ mLとし、元素#1, #2及び#3標準原液とする。各元素#1, #2, #3 標準原液○ mL, ○ mL, ○ mL及び○ mLをそれぞれ正確に量り、**酸○ mL, 内標準溶液○ mLを正確に加え、水を加えて○ mLとし、元素#1, #2及び#3の標準溶液(1), 標準溶液(2), 標準溶液(3)及び標準溶液(4)とする。ただし、各元素標準液は、互いに干渉がない限り、混合して用いることができる。試料溶液、プランク溶液及び各標準溶液(1), 標準溶液(2), 標準溶液(3)及び標準溶液(4)につき、次の条件で誘導結合プラズマ質量分析法(2.63)により試験を行い、内標準物質のイオンカウント数に対するプランク溶液及び元素#1, #2及び#3の標準溶液(1), 標準溶液(2), 標準溶液(3)及び標準溶液(4)のイオンカウント数の比から各元素#1, #2 及び #3の含量を求めるとき、各々○.○ ppb以下である。

2404
2405 内標準溶液 元素 \$ 標準液(△ ppm)○ μLを正確に量り、水を加えて正確に○ mLとする。
2406 試験条件

2407 測定-m/z: 元素#1 m/z ●, 元素#2 m/z ▲, 及び元素#3 m/z ×, 元素\$ m/z □

2408 コリジョン・リアクションセル導入ガスを使用 (必要に応じて、ガスの名前)

2409 システム適合性

2410 システムの再現性: 元素#1, #2及び#3標準溶液(1)につき、上記の条件で試験を6回繰り返すとき、内
2411 標準物質に対する元素#のイオンカウント数比の相対標準偏差は○%以下である。

2412 6. 核磁気共鳴スペクトル測定法による定量 NMR (qNMR) を用いる場合の記載例

2413 核磁気共鳴スペクトル測定法は、化合物中の測定原子核の数の比がピーク面積比に対応する特性を持つため、定量性が確保できる条件で測定することで、化合物の純度を調べることができる。日局 17 では、核磁気共鳴スペクトル測定法(2.21)において、内標準物質を用いた定量 NMR についての記載があり、さらに生薬試験法(5.01) 10. 核磁気共鳴 (NMR) 法を利用した生薬及び漢方処方エキスの定量指標成分の定量で具体的な試験法が示されている。さらに、参考情報核磁気共鳴 (NMR) 法を利用した定量技術の日本薬局方試薬への応用に、試験法設定の背景と試験法の解説等が記載されている。

2419 6.1 定量 ¹H NMR 測定法

2420 ¹H NMRによる定量では、測定対象の化合物とSIトレーサブルな純度既知の内部基準物質をそれぞれ精密に
2421 量り、重水素化溶媒に溶解した溶液で¹H NMR測定を行う。得られたスペクトル上に観測される測定対象の化
2422 合物と内部基準物質に由来するピーク面積、プロトン数、調製質量及び分子量の関係から、定量値を算出する。

2423 [例] 定量法 ウルトラミクロ化学はかりを用い、本品○ mg及び核磁気共鳴スペクトル測定用内部基準
2424 物質**○ mgをそれぞれ精密に量り、核磁気共鳴スペクトル測定用重水素化**○ mLに溶かし、試料
2425 溶液とする。この液を外径5 mmのNMR試料管に入れ、核磁気共鳴スペクトル測定用内部基準物質**を
2426 内部基準物質として、次の試験条件で核磁気共鳴スペクトル測定法(2.21)及び(5.01)により、¹H NMR
2427 を測定する。内部基準物質のシグナルをδ 0 ppmとし、δ ○.○○ ppm及びδ △.△△ ppm付近のそれぞれの
2428 シグナルの面積強度A1(水素数●に相当)及びA2(水素数■に相当)を算出する。

2429 本品(分子式)の量(%)

$$2430 = M_s \times I \times P / (M \times N) \times [(本品の分子量)/(内部基準物質**の分子量)]$$

2431 M: 本品の秤取量(mg)

2432 M_s: 核磁気共鳴スペクトル測定用内部基準物質**の秤取量(mg)

2433 I: 核磁気共鳴スペクトル測定用内部基準物質**のシグナルの面積強度を△△.△△△としたときの各
2434 シグナルの面積強度A1及びA2の和

2435 N: A1及びA2に由来する各シグナルの水素数の和

2436 P: 核磁気共鳴スペクトル測定用内部基準物質**の純度(%)

2437 試験条件

2438 装置: ¹H共鳴周波数400 MHz以上の核磁気共鳴スペクトル測定装置

2439 デジタル分解能: 0.25 Hz以下

2440 観測スペクトル幅：-5 ~ 15 ppmを含む20 ppm以上
2441 スピニング：オフ
2442 パルス角：90°
2443 ^{13}C 核デカップリング：あり
2444 遅延時間：繰り返しパルス待ち時間60秒以上
2445 積算回数：8回以上
2446 ダミースキャン：2回以上
2447 測定温度：20 ~ 30°Cの一定温度
2448 システム適合性
2449 検出の確認：試料溶液につき、上記の条件で測定するとき、δO.OO ppm及びδ△.△△ ppm付近の各シグナルのSN比は100以上である。
2450 システムの性能：試料溶液につき、上記の条件で測定するとき、δO.OO ppm及びδ△.△△ ppm付近のシグナルについて、明らかな混在物のシグナルが重なっていないことを確認する。また、試料溶液につき、上記の条件で測定するとき、各シグナル間の面積強度比A1/A2は、それぞれ0.99 ~ 1.01である。
2451 システムの再現性：試料溶液につき、上記の条件で測定を6回繰り返すとき、面積強度A1又はA2の内部基準物質の面積強度に対する比の相対標準偏差は1.0%以下である。
2452
2453
2454
2455
2456
2457 NMR 試料管は高品質で清浄なもの(例: Wilmad No.535 等)を使用し、重水素化溶媒は、重水素化率 99.9%以上のものを用いる。
2458 内部基準物質の核磁気共鳴スペクトル測定用 1,4-BTMSB- d_4 、核磁気共鳴スペクトル測定用 DSS- d_6 等の SI トレーサブルな値付けに用いる認証標準物質(NMIJ CRM)は、独立行政法人産業技術総合研究所計量標準総合センター(AIST NMIJ)より供給されている。
2459
2460
2461
2462 7. その他
2463 7.1 標準品及び標準物質
2464 7.1.1 標準品及び標準物質の定義
2465 標準物質とは、医薬品等の化学量、物理量又は生物活性量の定量的又は定性的計測、医薬品等の試験に用いる測定装置の校正や正確さの確認などにおいて基準として用いる物質をいう。標準品とは医薬品の品質評価における試験等に用いるために一定の品質に調製され、特定の用途に相応しい品質を有することが公的に保証され、供給される標準物質である。
2466
2467
2468
2469 7.1.2 標準品の名称
2470 定量的試験に用いる標準品の名称は、「3.2.1 原薬の日本名」に準じた成分名に“標準品”的用語を付して「〇〇標準品」とする。ただし、標準品原料物質が水和物であっても原則として成分名に“水和物”的用語は付さない。
2471 一般的の名称において、スペースを入れて名称を付与した場合でも標準品の名称はスペースを入れない。
2472
2473 [例]
2474 エストラジオール安息香酸エステル標準品
2475 アスピキシシリン標準品（各条名はアスピキシシリン水和物）
2476 セフロキシムアキセチル標準品（各条名はセフロキシム アキセチル）
2477
2478 定量的試験以外の用途のみを有する標準品は必要に応じその用途を付して命名する。複数の用途を有する場合には、原則として、より高い品質を要求、又は、より重要と考えられる用途を付す。
2479
2480 [例]
2481 確認試験用モンテルカストナトリウム標準品
2482 純度試験用〇〇標準品
2483 純度試験用〇〇類縁物質 B 標準品
2484 システム適合性試験用モンテルカスト標準品
2485 7.1.3 標準品の使用量
2486 標準品の使用に当たっては、試験の目的を損なわない範囲でその使用量の低減を図る。なお、化学薬品の場合、定量法での使用量の目安は 20 ~ 50 mg が一般的である。
2487

- 2488 7.1.4 **標準品の設定**
2489 標準品は溶出試験又は製剤均一性試験の含量均一性試験のみを使用目的とする場合、原則として設定しない。
2490
2491 7.1.5 **標準品の設定に関する資料の作成**
2492 標準品を新たに設定する場合、化学薬品及び生薬成分等に関する標準品では別添1に従って様式-標1～標6の資料を作成し、生物薬品に関する標準品では別添2に従って様式-標生1～標生4の資料を作成する。
2493
2494 システム適合性試験用〇〇標準品を新たに設定する場合、別添3に従って様式-標シ1～標シ5の資料を作成する。
2495
2496 7.1.6 **標準品の用途**
2497 日本薬局方標準品は医薬品各条及び一般試験法に規定された定量法、確認試験、純度試験、装置の校正、分析システムの適合性試験などで使用されるが、これら標準品には特定の用途のみを有するものと複数の用途に使用できるものとがある。
2498
2499
2500 7.1.7 **標準品以外の標準物質（定量用試薬等）**
2501 化学薬品については、製剤の定量法、溶出試験又は製剤均一性試験の含量均一性試験など、製剤の定量的試験にのみ使用する標準物質は、定量用試薬として設定することができる。また、生薬等の定量指標成分等で定量法に用いる標準物質についても定量用試薬として設定することができる。これらの場合、“〇〇、定量用”として一般試験法「9.41 試薬・試液」に規定し、医薬品各条においては“定量用〇〇”と記載する。
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508 7.2 **試薬・試液等**
2509 7.2.1 **試薬**
2510 試薬は日本薬局方における試験に用いるものである。日本薬局方において、日本工業規格（JIS）に収載されている試薬を用いるときは、原則としてJIS名を用い、容量分析用標準試薬、特級、1級、水分測定用などと記載したもの、又は単に試薬名を記載したものは、それぞれJIS試薬の容量分析用標準物質、特級、1級、水分測定用など、又は級別のないものの規格及び試験方法に適合する。日本薬局方の試薬名がJISと相違する場合は、JIS名を併記する。
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
2961
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2988
2989
2990
2991
2992
2993
2994
2995
2996
2997
2998
2999
3000
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3019
3020
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027
3028
3029
3030
3031
3032
3033
3034
3035
3036
3037
3038
3039
3040
3041
3042
3043
3044
3045
3046
3047
3048
3049
3050
3051
3052
3053
3054
3055
3056
3057
3058
3059
3060
3061
3062
3063
3064
3065
3066
3067
3068
3069
3070
3071
3072
3073
3074
3075
3076
3077
3078
3079
3080
3081
3082
3083
3084
3085
3086
3087
3088
3089
3090
3091
3092
3093
3094
3095
3096
3097
3098
3099
3100
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3119
3120
3121
3122
3123
3124
3125
3126
3127
3128
3129
3130
3131
3132
3133
3134
3135
3136
3137
3138
3139
3140
3141
3142
3143
3144
3145
3146
3147
3148
3149
3150
3151
3152
3153
3154
3155
3156
3157
3158
3159
3160
3161
3162
3163
3164
3165
3166
3167
3168
3169
3170
3171
3172
3173
3174
3175
3176
3177
3178
3179
3180
3181
3182
3183
3184
3185
3186
3187
3188
3189
3190
3191
3192
3193
3194
3195
3196
3197
3198
3199
3200
3201
3202
3203
3204
3205
3206
3207
3208
3209
3210
3211
3212
3213
3214
3215
3216
3217
3218
3219
3220
3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227
3228
3229
3230
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
32310
32311
32312
32313
32314
32315
32316
32317
32318
32319
32320
32321
32322
32323
32324
32325
32326
32327
32328
32329
32330
32331
32332
32333
32334
32335
32336
32337
32338
32339
32340
32341
32342
32343
32344
32345
32346
32347
32348
32349
32350
32351
32352
32353
32354
32355
32356
32357
32358
32359
32360
32361
32362
32363
32364
32365
32366
32367
32368
32369
32370
32371
32372
32373
32374
32375
32376
32377
32378
32379
32380
32381
32382
32383
32384
32385
32386
32387
32388
32389
32390
32391
32392
32393
32394
32395
32396
32397
32398
32399
32400
32401
32402
32403
32404
32405
32406
32407
32408
32409
32410
32411
32412
32413
32414
32415
32416
32417
32418
32419
32420
32421
32422
32423
32424
32425
32426
32427
32428
32429
32430
32431
32432
32433
32434
32435
32436
32437
32438
32439
32440
32441
32442
32443
32444
32445
32446
32447
32448
32449
32450
32451
32452
32453
32454
32455
32456
32457
32458
32459
32460
32461
32462
32463
32464
32465
32466
32467
32468
32469
32470
32471
32472
32473
32474
32475
32476
32477
32478
32479
32480
32481
32482
32483
32484
32485
32486
32487
32488
32489
32490
32491
32492
32493
32494
32495
32496
32497
32498
32499
32500
32501
32502
32503
32504
32505
32506
32507
32508
32509
32510
32511
32512
32513
32514
32515
32516
32517
32518
32519
32520
32521
32522
32523
32524
32525
32526
32527
32528
32529
32530
32531
32532
32533
32534
32535
32536
32537
32538
32539
32540
32541
32542
32543
32544
32545
32546
32547
32548
32549
32550
32551
32552
32553
32554
32555
32556
32557
32558
32559
32560
32561
32562
32563
32564
32565
32566
32567
32568
32569
32570
32571
32572
32573
32574
32575
32576
32577
32578
32579
32580
32581
32582
32583
32584
32585
32586
32587
32588
32589
32590
32591
32592
32593
32594
32595
32596
32597
32598
32599
32600
32601
32602
32603
32604
32605
32606
32607
32608
32609
32610
32611
32612
32613
32614
32615
32616
32617
32618
32619
32620
32621
32622
32623
32624
32625
32626
32627
32628
32629
32630
32631
32632
32633
32634
32635
32636
32637
32638
32639
32640
32641
32642
32643
32644
32645
32646
32647
32648
32649
32650
32651
32652
32653
32654
32655
32656
32657
32658
32659
32660
32661
32662
32663
32664
32665
32666
32667
32668
32669
32670
32671
32672
32673
32674
32675
32676
32677
32678
32679
32680
32681
32682
32683
32684
32685
32686
32687
32688
32689
32690
32691
32692
32693
32694
32695
32696
32697
32698
32699
32700
32701
32702
32703
32704
32705
32706
32707
32708
32709
32710
32711
32712
32713
32714
32715
32716
32717
32718
32719
32720
32721
32722
32723
32724
32725
32726
32727
32728
32729
32730
32731
32732
32733
32734
32735
32736
32737
32738
32739
32740
32741
32742
32743
32744
32745
32746
32747
32748
32749
32750
32751
32752
32753
32754
32755
32756
32757
32758
32759
32760
32761
32762
32763
32764
32765
32766
32767
32768
32769
32770
32771
32772
32773
32774
32775
32776
32777
32778
32779
32780
32781
32782
32783
32784
32785
32786
32787
32788
32789
32790
32791
32792
32793
32794
32795
32796
32797
32798
32799
32800
32801
32802
32803
32804
32805
32806
32807
32808
32809
32810
32811
32812
32813
32814
32815
32816
32817
32818
32819
32820
32821
32822
32823
32824
32825
32826
32827
32828
32829
32830
32831
32832
32833
32834
32835
32836
32837
32838
32839
32840
32841
32842
32843
32844
32845
32846
32847
32848
32849
32850
32851
32852
32853
32854
32855
32856
32857
32858
32859
32860
32861
32862
32863
32864
32865
32866
32867
32868
32869
32870
32871
32872
32873
32874
32875
32876
32877
32878
32879
32880
32881
32882
32883
32884
32885
32886
32887
32888
32889
32890
32891
32892
32893
32894
32895
32896
32897
32898
32899
32900
32901
32902
32903
32904
32905
32906
32907
32908
32909
32910
32911
32912
32913
32914
32915
32916
32917
32918
32919
32920
32921
32922
32923
32924
32925
32926
32927
32928
32929
32930
32931
32932
32933
32934
32935
32936
32937
32938
32939
32940
32941
32942
32943
32944
32945
32946
32947
32948
32949
32950
32951
32952
32953
32954
32955
32956
32957
32958
32959
32960
32961
32962
32963
32964
32965
32966
32967
32968
32969
32970
32971
32972
32973
32974
32975
32976
32977
32978
32979
32980
32981
32982
32983
32984
32985
32986
32987
32988
32989
32990
32991
32992
32993
32994
32995
32996
32997
32998
32999
33000
33001
33002
33003
33004
33005
33006
33007
33008
33009
33010
33011
33012
33013
33014
33015
33016
33017
33018
33019
33020
33021
33022
33023
33024
33025
33026
33027
33028
33029
33030
33031
33032
33033
33034
33035
33036
33037
33038
33039
33040
33041
33042
33043
33044
33045
33046
33047
33048
33049
33050
33051
33052
33053
33054
33055
33056
33057
33058
33059
33060
33061
33062
33063
33064
33065
33066
33067
33068
33069
33070
33071
33072
33073
33074
33075
33076
33077
33078
33079
33080
33081
33082
33083
33084
33085
33086
33087
33088
33089
33090
33091
33092
33093
33094
33095
33096
33097
33098
33099
33100
33101
33102
33103
33104
33105
33106
33107
33108
33109
33110
33111
33112
33113
33114
33115
33116
33117
33118
33119
33120
33121
33122
33123
33124
33125
33126
33127
33128
33129
33130
33131
33132
33133
33134
33135
33136
33137
33138
33139
33140
33141
33142
33143
33144
33145
33146
33147
33148
33149
33150
33151
33152
33153
33154
33155
33156
33157
33158
33159
33160
3

- 2537 くえん酸, ひ素などと表記することに定められているが, 日本薬局方には取り入れない)
2538 2) 試薬名「〇〇」の後にカッコを付けて「〇〇(100)」のように示すとき, カッコの数字は分子式で示されて
2539 いる物質の含量(%)を示す。
2540 [例] エタノール(95), エタノール(99.5), 酢酸(31), 醋酸(100), 過酸化水素(30), アンモニア水(28)
2541 3) 定量用などの標準物質として医薬品各条の医薬品を用いる場合には, 各条名を試薬名とする。標準物質以
2542 外の試薬として用いるときは, 原則として試薬の命名による。ただし, 広く一般的に用いられている慣用
2543 名はこれを用いてもよい。
2544 4) 特殊な用途の試薬は, 「〇〇用××」とする。これらの試薬は医薬品各条においては“〇〇用××”と記
2545 載し、一般試験法「9.41 試薬・試液」には並び順が明らかになるよう“××, 〇〇用”として記載する。
2546 [例] 液体クロマトグラフィー用ヘキサン
2547 ヘキサン, 液体クロマトグラフィー用
2548 5) 1, 2, 3 級アミン類の塩酸塩は、「〇〇塩酸塩」とし, 「塩化〇〇」とはしない。無機塩については陽イ
2549 オンと陰イオンの数に誤解を生じない場合には数を記載しない。有機化合物においては塩の数ができるだ
2550 け記載する。
2551 [例] N,N-ジメチル-p-フェニレンジアンモニウム二塩酸塩
2552 6) D, L-符号などを用いる。
2553 [例] L-アスコルビン酸
2554 7) 水和物は「〇〇N 水和物」とし, (Nは漢数字)水の数が不明なときは「〇〇n 水和物」とする。無水の
2555 試薬は単に「〇〇」とする。ただし, 混乱を防止するため「無水〇〇」も必要に応じて用いる。各条品で
2556 はない試薬の水和物については, 可能な範囲で水和水の数を特定する。
2557 [例] リン酸水素二ナトリウム十二水和物, リンモリブデン酸 n 水和物
2558 8) 無機の化合物は必要に応じてローマ数字で価数表示する。
2559 [例] 酸化鉛(II), 酸化鉛(IV)
- #### 7.2.4 試薬・試液の新規設定
- 2560 日本薬局方に既収載の試薬・試液をなるべく使用する。単純な溶液及びある各条でのみ用いる溶液は, 可
2561 能であればその調製方法を各条中に記載する。
- 2562 試薬・試液を新規に設定する場合は, 目的・用途に応じ適切な品質規格とする。既収載の試薬とは品質水
2563 準が異なる場合などは「〇〇用」などとし, 名前と内容を区別する。
- 2564 試薬・試液として規定する培地については組成を規定する。ただし, 一般的に広く使用され培地構成成分が
2565 公知の場合には単に培地名のみを記載する。また, 培地に用いられている成分の規格は, 必ずしも設定する必
2566 要はない。
- #### 7.2.5 「定量用〇〇」の新規設定
- 2567 製剤各条の試験(確認試験, 定量的試験)に各条医薬品を定量用標準物質として使用する場合には, 「定量
2568 用〇〇(医薬品各条名)」を試薬に設定する。
- 2569 規格は原則として医薬品各条を準用するか, 必要に応じて含量などの規定をより厳しく設定する。
- 2570 「定量用〇〇」を液体クロマトグラフィーによる定量的試験に用いるとき, 原薬各条での純度試験が薄層ク
2571 ロマトグラフィーにより規定されている場合には, 定量的試験と同じ試験条件の液体クロマトグラフィーに
2572 よる方法に変更するなど, 用途に応じた試験方法を必要に応じて設定する。
- #### 7.2.6 容量分析用標準液, 標準液の新規設定
- 2573 容量分析用標準液, 標準液を新規に設定する場合は, 一次標準へのトレーサビリティを確立する。
- #### 7.2.7 クロマトグラフィー用担体/充填剤の新規設定
- 2574 平均孔径, 架橋度等について, 新たに設定する場合, 細かな設定は「9.42 クロマトグラフィー用担体/充填
2575 剤」には記載せず, 各条の試験条件, カラムの項に具体的に記載する。

2581 第二部

2582 医薬品各条原案の提出資料とその作成方法

2583 日本薬局方医薬品各条の原案（以下、原案という）提出にあたっては、以下の 1.から 7.の資料を、それぞれ
2584 の作成方法に留意し、所定の様式に従って作成し提出すること。ただし、既収載各条の改正の場合は、様式
2585 2, 5, 6 の提出は必要ない。

2586 1. 様式 1：日本薬局方医薬品各条原案総括表

2587 各項目について正確に記載する。

2588 公定書名とは日本薬局方外医薬品規格（局外規）、米国薬局方、欧州薬局方、英國薬局方又は食品添加物公
2589 定書などをいう。これらに収載されていない場合は「収載なし」と記載する。

2590 担当者連絡先には、本件に関する問い合わせなどへの対応を行う担当者の会社名、氏名、連絡先住所、電話
2591 番号、FAX 番号、電子メールアドレスを必ず記入すること。

2592 なお、希少疾病用医薬品（オーファンドラッグ）として承認された医薬品の場合は、備考欄に「オーファン
2593 ドラッグ」と明記すること。

2594 2. 様式 2：原案と局外規等との項目ごとの比較表

2595 原案について、局外規に収載の場合は原案と局外規における規格及び試験方法を、局外規に未収載の場合
2596 は原案と当該品目の製造（輸入）販売承認における規格及び試験方法を、項目ごとに比較した表を様式 2 によ
2597 り作成する。

2598 作成にあたっては、各項目の概要ではなく、局外規、又は製造（輸入）販売承認書の規定どおりに全文を正
2599 確に記載すること。ただし、判読が可能な範囲で縮小したコピー等を貼付することで差し支えない。

2600 3. 様式 3：医薬品各条案

2601 「第一部 第十八改正日本薬局方原案の作成に関する細則」に基づき、原案を様式 3 により作成する。既収
2602 載各条の改正の場合は、改正する項目以外も現行記載を全て様式 3 に示した上で、改正する箇所を見え消し記
2603 載すること。

2604 4. 様式 4：実測値

2605 新医薬品の承認申請に際して添付すべき資料に関するガイドラインなどを参考に、様式 4 により作成する。

2606 【記載するデータについて】

2607 原案設定の根拠となった資料として、3 ロット各 3 回以上のデータ及び試験方法の分析法バリデーションデ
2608 ターを提出すること。なお、含量違いや容器違い（注射剤におけるプラスチック製水性注射剤容器など）がある
2609 製剤については、原則としてそれぞれの実測値の提出が必要である。なお、長期安定性試験の成績及び貯法
2610 に保存条件の規定が必要な場合には苛酷試験の成績も提出すること。経口固形製剤各条の貯法の容器について、
2611 気密容器を規定する場合は、温度及び湿度に対する苛酷試験結果等を示し、容器の妥当性を説明すること。注
2612 射製剤各条の貯法の容器について、意見公募・改正要望において、承認に基づき、密封容器の後にプラスチック
2613 製水性注射剤容器・着色容器の追記を希望する場合には、事務局が承認内容を確認し、必要であれば委員会
2614 にて追記の妥当性を審議することとする。純度試験の残留溶媒に関しては、項目として規定しない場合でも、
2615 製造工程で使用している溶媒名・試験方法・実測値（3 ロット 1 回でも可）のデータを提出すること。溶出性
2616 に関しては、原則として基本 4 液性での溶出プロファイル及び溶解度、分析法バリデーション（品質再評価終
2617 了品目については不要）並びに 6 ベッセルの個々のデータを提出すること。基本 4 液性とは、溶出試験第 1 液、
2618 pH4.0 の 0.05 mol/L 醋酸・酢酸ナトリウム緩衝液、溶出試験第 2 液、水を用いた場合をいう。

2619 ただし、局外規、又は製造（輸入）販売承認内容と同一の試験方法を採用する場合は、あらためて実測値を
2620 とる必要はなく、過去に測定されたデータ及び分析法バリデーションデータを提出することで差し支えない。
2621 この場合にあっては、各ロットにつき必ずしも 3 回繰り返し測定したデータである必要はない。

2622 5. 様式 5：原案と外国薬局方等の他の公定書との比較表

2623 米国薬局方、欧州薬局方、英國薬局方、又は食品添加物公定書などの公定書に当該医薬品が収載されてい
2624 る場合は、各項目ごとに比較した表を様式 5 により作成する。作成にあたっては、各項目の概要ではなく、
2625 他の公定書の規格及び試験方法の全文を記載する。ただし、縮小したコピー等を貼付することで差し支えない
2626 い。なお、英語については翻訳する必要はないが、英語以外の言語については日本語訳で比較表を作成する

2627 こと。
2628 様式 2において、局外規と比較した場合にあっては、局外規の欄の右側に欄を追加して記載することで様
2629 式 5を省略できる。この場合は、様式 1の備考欄に「様式 5は様式 2に包括」と記入すること。局外規以外の
2630 公定書に収載されていないため様式 5を省略する場合は、様式 1の備考欄に「様式 5を省略」と記載するこ
2631 と。

2632 **6. 様式6：名称及び化学名等**

2633 原薬の原案については、JAN、INN及び他の公定書等の名称などを様式 6に記載する。
2634 化学名及び構造式に関しては、それらの選択理由及び簡単な解説を、また CAS 登録番号に関しては、塩基、
2635 塩、無水物など関連のものを含めて、記載する。
2636 なお、日本薬局方に製剤のみが収載される場合は、その原薬に関する様式 6を作成すること。

2637 **7. 標準品に関する資料**

2638 新たに日本薬局方標準品を設定する必要がある場合は、別添 1（生物薬品標準品を除く標準品の場合）、別
2639 添 2（生物薬品標準品の場合）又は別添 3（システム適合性試験用標準品の場合）に従って、「標準品品質標
2640 準」原案を作成する。

2641 **8. 資料の提出方法**

2642 資料は様式 1から様式 6をその順に綴じ、標準品を設定する場合は別添 1、別添 2又は別添 3の様式を同様
2643 に綴じて、正本 1部及び副本 1部（正本の写しで差し支えない）を書面及び電子ファイルで提出すること。
2644 なお、電子ファイルについては、様式 3、様式 6及び様式-標 2は MS-Word を品目毎に作成し、他の様式も
2645 含む一式を別途担当者宛メールに添付して送信するか CD/DVD の電子媒体に記録したもの添付すること。
2646

2647 (様式 1)

平成 年 月 日

2648
2649 厳重管理

2650 日本薬局方医薬品各条原案総括表

2651

整 理 番 号	*		
日 本 名			
英 名			
日 本 名 別 名			
標準品の使用	有()・無		
収載公定書名			
担当者連絡先	会 社 名		
	氏 名		
	連絡先住所	〒	
	電話・FAX番号	電話	FAX
	電子メールアドレス		
備 考			

2652 (備考)

2653 1. 用紙は、日本工業規格 A4 縦とすること。

2654 2. *印の箇所は記入しないこと。

2655 3. 標準品については、有又は無を○で囲み、有の場合は純度試験、定量法等の試験項目を括弧内に記入すること。

2656

2657

2658 (様式 2)

2659

項目	規格及び試験方法（案）	局外規、又は製造（輸入）販売承認規格
日本名 英名 日本名別名 構造式 分子式及び分子量 化学名（CAS 番号） 基原及び含量規定 製造要件 性状 (以下略)		

2660 (備考)

- 2661 1. 用紙は、日本工業規格 A4 縦又は横とすること。
2662 2. 用紙が 2 枚以上となる場合は、それぞれの用紙の下に、当該品目名とページ数を記入すること。
2663 3. 局外規又は製造（輸入）販売承認規格に標準品の規定がある場合には、項目の一つとして記載すること。
2664 4. 試薬・試液も項目の一つとして記載すること。

2665 (様式 3)
2666

[日本名]
[英名]
[日本名別名]
[構造式]
[分子式及び分子量]
[化学名, CAS 番号]
基原・含量規定
性状
確認試験
示性値
純度試験
乾燥減量又は水分
強熱残分
製剤試験
その他の試験
定量法
貯法
標準品
試薬・試液
備考

2667 (備考)
2668 1. 用紙は、日本工業規格 A4 縦とすること。
2669 2. 用紙が 2 枚以上となる場合は、それぞれの用紙の下に、当該品目名とページ数を記入すること。
2670 3. 作成にあっては、書式の外枠を設定する必要はないこと。
2671 4. 備考欄には、類縁物質の化学名英名を記載すること。
2672

2673
2674

(様式4)

原案番号	品名	担当者
項目	原案によるデータ	
試料明細	I, II, III (ロット番号等)	(解説)
性状	色 溶解性 その他の特性	
確認試験		
(示性値)		
旋光度		
融点		
その他		
純度試験	(1)溶状 (2)塩化物 (3)硫酸塩 (4)重金属 (5)ヒ素 (6)類縁物質 その他	
乾燥減量 又は水分		
強熱残分		
製剤試験		
その他の試験		
定量法		
貯法		
標準品		
試薬・試液		
カラム情報		

2675
2676
2677

(備考)

- 用紙は、日本工業規格 A4 縦とすること。
- 用紙が 2枚以上となる場合は、それぞれの用紙の下に、当該品目名とページ数を記入すること。

- 2678 3. カラム情報は、カラムを用いている試験法毎に、使用したカラムの名称（型番）を記載する。記載され
2679 たカラム情報は原案の意見公募時に PMDA のホームページに開示され、他媒体にも引用されうる公知
2680 情報することを原則とするが、開示できない場合はその理由を記載すること。
2681 4. NMR スペクトル、IR スペクトル等を別紙で添付する場合は、大きく明瞭な解像度の高いものとし、多
2682 重度等が確認できるよう必要に応じて部分拡大すること。（A3 版の紙面でも差し支えない）
2683

2684
2685

(様式 5)

項目	規格及び試験方法（案）	他の公定書（名称）
日本名		
英名		
日本名別名		
構造式		
分子式及び分子量		
化学名 (CAS 番号)		
基原及び含量規定		
性状		
確認試験		
以下略		

2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692

(備考)

- 用紙は、日本工業規格 A4 縦又は横とすること。
- 用紙が 2枚以上となる場合は、それぞれの用紙の下に、当該品目名とページ数を記入すること。
- 他の公定書の名称欄には、例えば米国薬局方など、具体的な名称を記載するとともに、複数の公定書がある場合には、適宜欄を設けること。
- 試葉・試液も項目の一つとして記載すること。

2693
2694

(様式 6)

項目	採用案及び関係情報
名称	採用案 日本名 英名 日本名別名 関係情報 JAN, INN 等 採用理由など
化学名	採用案 関係情報 JAN, INN 等 採用理由など
CAS番号	採用案 関係情報 (塩基, 塩, 無水物等関連するものの番号など)
構造式	採用案 関係情報 JAN, INN 等 採用理由など

2695
2696
2697
2698
2699

(備考)

1. 用紙は、日本工業規格 A4 縦とすること。
2. 用紙が 2 枚以上となる場合は、それぞれの用紙の下に、当該品目名とページ数を記入すること。
3. 作成にあっては、書式の外枠を設定する必要はないこと。

2700 別添 1

「標準品品質標準」原案の提出資料とその作成方法

2702 日本薬局方標準品品質標準の原案提出にあたっては、以下の 1) から 6) の資料を様式-標 1 ~ 標 6 に従って
2703 作成して提出すること。

2704 資料の提出にあたっては、様式-標 1 から様式-標 6 の紙媒体と電子媒体の両方の資料を医薬品各条原案と同
2705 様に提出すること。

2706 1) 「日本薬局方標準品品質標準」原案の総括表

2707 作成方法：「様式-標 1」を用いて作成する。

2708 作成上の留意事項

- 2709 ① 省略した様式がある場合は、備考欄にその理由を記載すること。
- 2710 ② 「適用医薬品各条名」欄には、当該標準品の使用を規定する全ての医薬品各条について網羅的に記載す
2711 ること。
- 2712 ③ 「適用規格項目」欄には、当該標準品の使用が規定される全ての規格項目を記載すること。
- 2713 ④ 「試験方法」欄には、当該標準品の使用が規定される規格項目の試験方法を簡略記載すること。
- 2714 ⑤ 「使用量」欄には、医薬品各条の記載に従って試験を 1 回実施するのに必要な量を記載すること。使用
2715 量が各条に記載されていない場合は、大略の使用量を括弧書きで示すこと。乾燥後秤量の場合は、「乾
2716 燥後」と記載すること。また、別途水分を測定する場合などでは、別途測定に必要な量を付記すること。

2717 2) 「日本薬局方標準品品質標準」原案に関する資料

2718 作成方法：「様式-標 2」を用いて作成する。

2719 作成上の留意事項

- 2720 ① 標準品原料候補の品質評価に必要なデータを得るために実施すべき品質試験項目とその試験方法を記載
2721 すること。
- 2722 ② 標準品の用途項目の試験方法は、用途の試験方法に一致させること。
- 2723 ③ 医薬品各条とは目的を異にするものであるので、試験方法等の記載は日局原案作成要領に従う必要はない。
- 2724 ④ 試験方法には、品質試験を支障なく実施するのに必要な事項を洩れなくできるだけ詳細に記載すること。
- 2725 ⑤ 試験方法の記載においては、日局の記載方法に拘束されることなく、特殊な試薬、カラム等を銘柄名で記
2726 載しても差し支えない。
- 2727 ⑥ 標準品原料候補を製造機関に供給する際は、様式-標 2 に従った試験成績を添付することが望ましい。

2728 3) 標準品品質標準に基づいた実測値に関する資料

2729 作成方法：「様式-標 3」を用いて作成する。

2730 作成上の留意事項

- 2731 ① 標準品相当品又は現在使用している自家標準物質の品質試験実測値を記載する。
- 2732 ② 数値結果で評価する試験については、適否の評価結果ではなく、各試験の測定値などを記載すること。
- 2733 ③ 代表的なスペクトルデータやクロマトグラム、液体クロマトグラフィーの試験条件やシステム適合性デ
2734 ッタなども記載すること。なお、赤外吸収スペクトル、核磁気共鳴スペクトル等のスペクトルでは帰属
2735 も記載し、液体クロマトグラフィーなどにおいては分析法バリデーションも提出すること。
- 2736 ④ 試験に用いた機器など（測定機器、カラム、薄層板、特殊試薬等を含む）の具体的な名称（銘柄名等）も
2737 記載すること。特に、水分測定用試液（容量滴定法）又は水分測定用陽極液及び陰極液（電量滴定法）
2738 についてはその銘柄名を必ず記載すること。
- 2739 ⑤ 不純物の本質が特定されている場合には、不純物の化学名、構造式のほか、該当する場合にはクロマト
2740 グラフィーにおける感度係数等を記載すること。

2741 4) 日本薬局方標準品の保存方法及び安定性に関する資料

2742 作成方法：「様式-標 4」を用いて作成する。

2743 作成上の留意事項

- 2744 ① 標準品原料提供者における自家標準物質の実際の保存方法による保存条件及び保存容器を記載する。
2745 ② 安定性のデータは標準品原料提供者の実際の保存方法におけるデータを記載すること。
2746 ③ 安定性データには、試験方法（試験条件を含む）を明示し、クロマトグラムなどのデータも添付すること。
2747 ④ 密封容器を使用する場合や冷蔵又は冷凍保存である場合には、保存方法の設定理由を記載すること。なお、安定性試験に基づいて設定した場合はその根拠となったデータ（適切な時点におけるクロマトグラム等を含む）を別に添付すること。
2748 ⑤ 標準品の取扱いにおいて留意すべき性質を洩れなく記載すること。
2749 ⑥ その他の項には、「酸化を受けやすいので不活性ガス置換して保存する必要がある」などの標準品の取扱い及び保存上留意すべき性質について記載すること。
2750

2751 5) 日本薬局方標準品原料の精製法に関する資料

2752 作成方法：「様式-標5」を用いて作成する。

2753 作成上の留意事項

- 2754 ① 入手した原料の品質が標準品としての品質に相応しくないと判断された場合に、標準品製造機関は精製などを行うことがあるので、その参考としての精製法を記載すること。
2755 ② 当該標準品原料の精製法が極めて特殊な技術を要する場合、精製法が知的財産権の範疇にある場合、又は精製の必要がある場合に原料提供者が精製することを確約できる場合などにあっては、その旨を備考欄に記載することによって、「精製法」欄の記載を省略することができる。

2756 6) 日本薬局方標準品原料の供給に関する資料

2757 作成方法：「様式-標6」を用いて作成する。

2758 作成上の留意事項

- 2759 ① 標準品に相応しい品質の原料を供給可能な提供者及び提供要件について記載すること。
2760 ② 供給可能量は、「〇〇～〇〇 g」、「〇〇 g以下」のような記載でも差し支えない。標準品品質標準の試験の実施と標準品製造に、通常、少なくとも 100 g 程度は必要であることを考慮して記載すること。
2761 ③ 価格は、「〇〇 円/g程度」などの概数でも差し支えない。無償の場合は「無償」と記載すること。
2762 ④ 納期の項には、受注から納品までに要する標準的期間を記載すること。
2763 ⑤ その他の項には、供給予定の標準品原料に関するその他の情報（例：約〇〇 mg ずつをアンプル充填して供給する）や、継続的な供給が見込めない場合にはその旨を記載すること。
2764 ⑥ 万が一供給不可となった場合、代替の提供者についての情報を提供する等、標準品供給に支障がないように協力すること。

2765 (注) 提出方法は、第二部 8. 資料の提出方法を参照すること。

2766 (備考)

- 2767 1. 用紙は、日本工業規格 A4 縦とすること。
2768 2. 用紙が 2枚以上となる場合は、様式ごとに用紙の下に、当該標準品名とページ数を記入すること。
2769 3. 各用紙の欄外に記載された（備考）及び「記載上の留意点」は提出資料の作成においては記載する必要はない。
2770

2781
2782
2783
2784

(様式-標1)

「日本薬局方標準品品質標準」原案総括表

平成 年 月 日

原案整理番号	*		
標準品名称	標準品		
担当者連絡先	会社名		
	氏名		
	所属部署		
	連絡先住所	〒	
	電話・FAX番号	電話	FAX
	電子メールアドレス		
適用医薬品各条名 ^{*1}	適用規格項目 ^{*2}	試験方法 ^{*3}	使用量 ^{*4}
備考 ^{*5}			

2785 (備考) *印の箇所は記入しないこと。

2786 記載上の留意点

2787 *1: 当該標準品の使用が規定されることになる全ての医薬品各条名を網羅的に記載すること。

2788 *2: 当該標準品の使用が規定されることになる全ての規格項目を記載すること。

2789 *3: 当該標準品の使用が規定されることになる規格項目での試験方法名を記載すること。

2790 *4: 使用量は局方記載に従って試験を1回実施するのに必要な量を記載すること。

2791 使用量が各条に記載されていない場合は、大略の使用量を括弧書きで示すこと。

2792 乾燥後秤量の場合は、「乾燥後」と記載すること

2793 別途水分測定などの場合には別途測定に必要な量を付記すること

2794 *5: 省略した様式がある場合は、その理由を記載すること。

2795

2796

「日本薬局方標準品品質標準」原案に関する資料

2797

(様式-標2)

2798

[標準品の名称]

[標準品の構造式]

[分子式及び分子量]

[化学名, CAS番号]

性状：外観

(色, 形状を記載する。)

確認試験

1. 紫外可視吸収スペクトルによる確認試験法
2. 赤外吸収スペクトルによる確認試験法
3. 核磁気共鳴スペクトルによる確認試験法
(全てのプロトンシグナルを規定する。記載方法は科学論文の標準的な書き方に従う。)
4. 薄層クロマトグラフィーによる確認試験法
5. 対イオンの確認試験法
(原則として1, 2及び3の試験法を設定し, 必要に応じて5の試験法を設定し, 用途試験法に応じて4の試験法を設定する。感度係数が0.7～1.3を超えない場合であっても, 感度係数を設定する。)

示性値

1. 融点
2. 旋光度
3. その他
(必要に応じて1, 2, 又は3を設定する。)

純度試験

1. 類縁物質
(原則として液体クロマトグラフィーによる試験法を設定し, 用途試験法に応じて薄層クロマトグラフィーによる試験法も設定する。感度係数が0.7～1.3を超えない場合であっても, 感度係数を設定する。)
2. 残留溶媒
(必要に応じて, ガスクロマトグラフィー又は液体クロマトグラフィーによる試験法を設定する。)

乾燥減量又は水分

(医薬品各条での用途に応じていずれかを設定する。)

定量法

(滴定法などによる絶対定量法を設定する。自家標準物質をマスバランス法で評価している場合であっても, 絶対定量法がある場合はその方法を設定する。)

貯法 保存条件

容器

(自家標準物質の実際の保存条件及び容器を記載することで差し支えないが, 安定性試験に基づいて設定する場合は貯法の根拠となったデータを様式-標4に添付すること。)

2799

(備考) 作成にあつては, 書式の外枠を設定する必要はない。

2800

記載上の留意点

2801

① 標準品原料候補の品質評価に必要なデータを得るために実施すべき品質試験項目とその試験方法を記載すること。

2802

② 試験方法には, 品質試験を支障なく実施するのに必要な事項を洩れなくできるだけ詳細に記載すること。

2803

③ 試験方法の記載においては, 日局の記載方法に拘束されることなく, 特殊な試薬などを銘柄名により指

- 2805 定しても差し支えない。
- 2806 ④ 標準品原料候補を製造機関に供給する際は、様式-標2に従った試験成績を添付することが望ましい。
- 2807

2808

標準品品質標準に基づいた実測値に関する資料

2809

(様式-表3)

2810

原案整理番号	*	標準品名		担当者	
試料明細	試料番号(ロット番号) :				
項目	原案によるデータ				
性状	色 形状				(解説)
確認試験	(1) UV 法 (2) IR 法 (3) NMR 法 (4) TLC 法 (5) 対イオン				
旋光度					
融点					
その他					
純度試験	(6) 類縁物質 (7) 残留溶媒 (8) その他				
乾燥減量					
又は 水分					
定量法	滴定法				

2811

(備考) *印の箇所は記入しないこと。

2812

記載上の留意点

2813

① 標準品相当品又は現在使用している自家標準物質の品質試験実測値を記載する。

2814

② 数値結果で評価する試験については、適否の評価結果ではなく、実測データなどを記載すること。

2815

③ HPLC の試験条件やシステム適合性データ、スペクトル、クロマトグラム等も記載すること。

2816

④ 試験に用いた機器等(測定機器、カラム、薄層板、特殊試薬等を含む)の具体的な名称(銘柄名など)も記載すること。特に、水分測定用試液(容量滴定法)又は水分測定用陽極液及び陰極液(電量滴定法)についてはその銘柄名を必ず記載すること。

2817

⑤ 不純物の本質が特定されている場合には、不純物の化学名、構造式等を記載すること。

2818

⑥ 本資料のために新たに試験を実施することなく、自家標準物質確立時のデータを提出しても差し支えない。

2819

2820

2821

2822

2823

日本薬局方標準品の保存方法及び安定性に関する資料

2824

(様式-標4)

原案整理番号	*
標準品名称	標準品

2825

保存容器 ^{*1}				
保存条件 ^{*1}				
上記の保存容器、保存条件における安定性（不純物量などの経時変化） ^{*2}				
不純物総量 ^{*3} (%)	初期値	月	月	月
試験方法：				
水分／乾燥減量 (%)	初期値	月	月	月
保存方法の設定理由 ^{*4}				
その他のコメント				

2826

吸湿性	有	無
	根拠データ：	
光安定性		
その他 ^{*5}		

2827

(備考) *印の箇所は記入しないこと。

2828

記載上の留意点

2829

*1：標準品原料提供者における自家標準物質の実際の保存方法による保存条件及び保存容器を記載する。

2830

*2：安定性のデータは標準品原料提供者の実際の保存方法におけるデータを記載すること。クロマトグラム等は別に添付する。

2831

*3：不純物のデータには、試験方法を明示すること。

2832

*4：密封容器を使用する場合や冷蔵又は冷凍保存である場合には、保存方法の設定理由を記載すること。なお、安定性試験に基づいて設定した場合は貯法の根拠となったデータ（適切な時期におけるクロマトグラムなどを含む）を別に添付すること。

2833

*5：その他の項には、「酸化を受けやすいので不活性ガス置換して保存する必要がある」などの標準品の取扱い及び保存において留意すべき性質について記載すること。

2834

2835

2836

2837

2838

2839

日本薬局方標準品原料の精製法に関する資料

2840

(様式-標5)

2841

標準品名称	標準品
精 製 法	
備 考	

2842

記載上の留意点

2843

「精製法」を記載しない場合は、備考欄にその理由を記載すること。

2844

2845

日本薬局方標準品原料の供給に関する資料

2846

(様式-標6)

2847

原案整理番号		*
標準品名称		標準品
標準品原料提供者及び連絡先 *1	会社名	
	担当者氏名	
	所属部署	
	連絡先住所	〒
	電話・FAX番号	電話 FAX
	電子メールアドレス	
供給可能量 *2		
価格 *3		
納期 *4		
その他の *5		
備考		

2848

(備考) *印の箇所は記入しないこと。

2849

記載上の留意点

2850

*1: 標準品としての品質に相応しい原料の供給可能な提供者について記載し、標準品原料の品質や入手等に関する問い合わせに対応できる担当者及び連絡先を記入する。

2852

*2: 供給可能量は、1回の供給依頼に対して対応できる量の概数を記載し、「〇〇～〇〇 g」、「〇〇 kg以下」のような記載でも差し支えない。標準品品質標準の試験の実施と標準品製造に、通常、少なくとも100 g程度は必要であることを考慮して記載すること。

2855

*3: 価格は「〇〇 円/g程度」などの概数でも差し支えない。無償の場合は「無償」と記載すること。

2856

*4: 受注から納品までに要する標準的期間を記載すること。

2857

*5: その他の項には、供給予定の標準品原料に関するその他の情報（例：約〇〇 mgずつをアンプル充填して供給する）や、継続的な供給が見込めない場合にはその旨を記載すること。

2859

2860

2861 別添 2

2862 「標準品品質標準」原案の提出資料とその作成方法
2863 (生物薬品 (バイオテクノロジー応用医薬品／生物起源由来医薬品) 標準品)

2864 日本薬局方 (生物薬品 (バイオテクノロジー応用医薬品／生物起源由来医薬品)) 標準品品質標準の原案提
2865 出にあたっては、以下の 1) から 4) の資料を様式・標生 1～標生 4 に従って作成し提出すること。
2866 資料の提出にあたっては、様式・標生 1 から様式・標生 4 の紙媒体と電子媒体の両方の資料を医薬品各条原案
2867 と同様に提出すること。

2868 1) 「日本薬局方標準品品質標準」原案の総括表

2869 作成方法：「様式・標生 1」を用いて作成する。

2870 作成上の留意事項

- 2871 ① 省略した様式がある場合は、備考欄にその理由を記載すること。
- 2872 ② 「適用医薬品各条名」欄には、当該標準品の使用を規定する全ての医薬品各条について網羅的に記載
2873 すること。
- 2874 ③ 「適用規格項目」欄には、当該標準品の使用が規定される全ての規格項目を記載すること。
- 2875 ④ 「試験方法」欄には、当該標準品の使用が規定される規格項目の試験方法を簡略記載すること。
- 2876 ⑤ 「使用量」欄には、医薬品各条の記載に従って試験を 1 回実施するのに必要な量を記載すること。使
2877 用量が医薬品各条に記載されていない場合は、大略の使用量を括弧書きで示すこと。乾燥後秤量の場
2878 合は、「乾燥後」と記載すること。また、別途水分を測定する場合などでは、別途測定に必要な量を
2879 付記すること。

2880 2) 「日本薬局方標準品品質標準」原案に関する資料

2881 作成方法：「様式・標生 2」を用いて作成する。

2882 作成上の留意事項

- 2883 ① 標準品確立時に標準品原料候補の品質評価に必要なデータを得るために実施すべき品質試験項目とそ
2884 の試験方法を記載すること。
- 2885 ② 標準品の単位の値付けの方法（単位の定義設定の経緯も含む）及び標準品の更新の方法について記載
2886 すること。
- 2887 ③ 貯法の保存条件及び保存期間に関する情報を記載すること。
- 2888 ④ 適切な国際標準品がある場合については、国際標準品を基準に品質標準の設定を行う。
- 2889 ⑤ 適切な国際標準品などがない場合については、承認書に規定されている標準物質の規格に基づき、品
2890 質標準を設定する。
- 2891 ⑥ 医薬品各条とは目的を異にするものであるので、試験方法などの記載は日局原案作成要領に従う必要
2892 はない。
- 2893 ⑦ 試験方法には、品質試験を支障なく実施するのに必要な事項を洩れなく記載すること。
- 2894 ⑧ 試験方法の記載においては、日局の記載方法に拘束されることなく、特殊な試薬、カラム等を銘柄名
2895 で記載しても差し支えない。
- 2896 ⑨ 必要に応じて、標準品の日局各条における用途試験への適合性を確認する試験項目と方法を記載する
2897 こと。また、可能な場合、適否の判定基準も記載すること。

2898 3) 標準品品質標準に基づいた実測値に関する資料

2899 作成方法：「様式・標生 3」を用いて作成する。

2900 作成上の留意事項

- 2901 ① 標準品相当品又は現在使用している自家標準物質の品質試験実測値を記載すること。
- 2902 ② 数値結果で評価する試験については、適否の評価結果ではなく、各試験の測定値などを記載すること。
- 2903 ③ 液体クロマトグラフィーを用いた場合、代表的なクロマトグラム、試験条件やシステム適合性データ
2904 なども記載すること。
- 2905 ④ 試験に用いた機器など（測定機器、カラム、特殊試薬などを含む）の具体的な名称（銘柄名など）も記

2906 載すること。
2907 ⑤ 不純物が特定されている場合、関係データを記載すること。
2908 ⑥ 本資料のために新たに試験を実施することなく、自家標準物質確立時のデータを提出しても差し支え
2909 ない。自家標準物質確立時と異なる新規の品質標準を設定する場合には新規の品質標準に基づくデー
2910 タも提出すること。

2911 4) 日本薬局方標準品原料の供給に関する資料

2912 作成方法：「様式-標生4」を用いて作成する。

2913 作成上の留意事項

- 2914 ① 標準品に相応しい品質の原料を供給可能な提供者及び提供要件について記載すること。
- 2915 ② 供給可能量は、「〇〇～〇〇 g」、「〇〇 g以下」のような記載でも差し支えない。
- 2916 ③ 価格は、「〇〇 円/g 程度」などの概数でも差し支えありません。無償の場合は「無償」と記載する
2917 こと。
- 2918 ④ 納期の項には、受注から納品までに要する標準的期間を記載すること。
- 2919 ⑤ その他の項には、供給予定の標準品原料に関するその他の情報（例：約〇〇 mg ずつをアンプル充填
2920 して供給する）や、継続的な供給が見込めない場合にはその旨を記載すること。

2921 （注）提出方法は、第二部 8. 資料の提出方法を参照すること。

2922 （備考）

- 2923 1. 用紙は、日本工業規格 A4 縦とすること。
- 2924 2. 用紙が2枚以上となる場合は、様式ごとに用紙の下に、当該標準品名とページ数を記入すること。
- 2925 3. 各用紙の欄外に記載された（備考）及び「記載上の留意点」は提出資料の作成においては記載する必要は
2926 ない。

2928

「日本薬局方標準品品質標準」原案総括表

2929

(様式・標生1)

2930

平成 年 月 日

2931

原案整理番号		*		
標準品名称		標準品		
担当者連絡先	会社名			
	担当者氏名			
	所属部署			
	連絡先住所	〒		
	電話・FAX番号	電話	FAX	
	電子メールアドレス			
適用医薬品各条名 ^{*1}		適用規格項目 ^{*2}	試験方法 ^{*3}	使用量 ^{*4}
備考 ^{*5}				

2932

(備考) *印の箇所は記入しないこと。

2933

記載上の留意点

2934

*1: 当該標準品の使用が規定されることになる全ての医薬品各条名を網羅的に記載する。

2935

*2: 当該標準品の使用が規定されることになる全ての規格項目を記載すること。

2936

*3: 当該標準品の使用が規定されることになる規格項目での試験方法名を記載すること。

2937

*4: 使用量は局方記載に従って試験を1回実施するのに必要な量を記載すること。

2938

使用量が各条に記載されていない場合は、大略の使用量を括弧書きで示すること。

2939

乾燥後秤量の場合は、「乾燥後」と記載すること

2940

別途水分測定などの場合には別途測定に必要な量を付記すること

2941

*5: 省略した様式がある場合は、その理由を記載すること。

2942

2943

「日本薬局方標準品品質標準」原案に関する資料

2944

[生物薬品 (バイオテクノロジー応用医薬品／生物起源由来医薬品) 力値標準品]

2945

(様式-標生 2(1))

2946

[標準品の名称]

標準品の構造式

[分子式及び分子量 (標準品の本質に応じて記載する)]

[CAS 番号 (標準品の本質に応じて記載する)]

本質、由来

性状：外観

(色、形状を記載する。)

力値定量法

(力値の単位の由来・定義、力値検定に用いた国際標準品等、力値試験法 を記載する)

物質量

(必要に応じて設定する。)

貯法 保存条件

容器

(自家標準物質の実際の保存条件及び容器を記載することで差し支えないが、安定性試験に基づいて設定する場合は貯法の根拠となったデータを添付する。)

2947

(備考) 作成にあつては、書式の外枠を設定する必要はない。

2948

記載上の留意点

2949

① 標準品確立時に標準品原料候補の品質評価に必要なデータを得るために実施すべき品質試験項目とその試験方法を記載する。

2950

② 試験方法には、品質試験を支障なく実施するのに必要な事項を洩れなく記載すること。

2951

③ 試験方法の記載においては、日局の記載方法に拘束されることなく、特殊な試薬などを銘柄名により指定しても差し支えない。

2952

2953

2954

2955 「日本薬局方標準品品質標準」原案に関する資料
2956 [生物薬品 (バイオテクノロジー応用医薬品/生物起源由来医薬品) 理化学試験用標準品]

2957 (様式-標生 2(2))

2958

[標準品の名称]

[標準品の構造式]

[分子式及び分子量 (標準品の本質に応じて記載する)]

[CAS番号 (標準品の本質に応じて記載する)]

本質、由来

性状: 外観

(色、形状を記載する。)

構造確認あるいは純度試験に用いる標準品の場合: ①構造に関して得られている情報、②純度 (例えばクロマトグラム的純度) に関するデータ、③試験項目と試験方法 を記載する

定量用標準品の場合: 物質量を定めた経緯及び試験方法を記載する

貯法 保存条件

容器

(自家標準物質の実際の保存条件及び容器を記載することで差し支えないが、安定性試験に基づいて設定する場合は貯法の根拠となったデータを添付する。)

2959 (備考) 作成にあっては、書式の外枠を設定する必要はない。

2960 記載上の留意点

- 2961 ① 標準品確立時に標準品原料候補の品質評価に必要なデータを得るために実施すべき品質試験項目とその
2962 試験方法を記載する。
- 2963 ② 試験方法には、品質試験を支障なく実施するのに必要な事項を洩れなく記載すること。
- 2964 ③ 試験方法の記載においては、日局の記載方法に拘束されることなく、特殊な試薬などを銘柄名により指
2965 定しても差し支えない。

2966

2967 標準品品質標準に基づいた実測値に関する資料
 2968 [生物薬品 (バイオテクノロジー応用医薬品／生物起源由来医薬品) 力価標準品]

2969 (様式-標生 3(1))
 2970

原案整理番号	*	標準品名	担当者
試料明細	試料番号 (ロット番号) :		
項目	原案によるデータ		
本質・由来			(解説)
性状・外観	色 形状		
力価定量法			
(物質量)			

- 2971 (備考) *印の箇所は記入しないこと。
 2972 記載上の留意点
 2973 ① 標準品相当品又は現在使用している自家標準物質の品質試験実測値を記載する。
 2974 ② 数値結果で評価する試験については、適否の評価結果ではなく、実測データなどを記載すること。
 2975 ③ 試験条件なども記載すること。
 2976 ④ 試験に用いた機器などの具体的な名称（銘柄名など）も記載すること。
 2977 ⑤ 本資料のために新たに試験を実施することなく、自家標準物質確立時のデータを提出しても差し支えな
 い。

2980
2981

標準品品質標準に基づいた実測値に関する資料
〔生物薬品（バイオテクノロジー応用医薬品／生物起源由来医薬品）理化学試験用標準品〕

2982
2983

（様式-標生3(2)）

原案整理番号	*	標準品名	担当者
試料明細	試料番号（ロット番号）：		
項目	原案によるデータ		
本質・由来			(解説)
性状・外観 (以下必要な項目 を記載)	色 形状		

2984
2985

（備考）*印の箇所は記入しないこと。

記載上の留意点

2986
2987
2988
2989
2990
2991
2992
2993

- ① 標準品相当品又は現在使用している自家標準物質の品質試験実測値を記載する。
- ② 数値結果で評価する試験については、適否の評価結果ではなく、実測データなどを記載すること。
- ③ HPLC の試験条件やシステム適合性データ、クロマトグラム等も記載すること。
- ④ 試験に用いた機器などの具体的な名称（銘柄名など）も記載すること。
- ⑤ 不純物の本質が特定されている場合には、不純物の名称などを記載すること。
- ⑥ 本資料のために新たに試験を実施することなく、自家標準物質確立時のデータを提出しても差し支えない。

2994

日本薬局方標準品原料の供給に関する資料

2995

(様式-標生4)

2996

原案整理番号		*
標準品名称		標準品
標準品原料提供者及び連絡先 *1	会社名	
	担当者氏名	
	所属部署	
	連絡先住所	〒
	電話・FAX番号	電話 FAX
	電子メールアドレス	
供給可能量 *2		
価格 *3		
納期 *4		
その他の *5		
備考		

2997

(備考) *印の箇所は記入しないこと。

2998

記載上の留意点

2999

*1: 標準品としての品質に相応しい原料の供給可能な提供者について記載し、標準品原料の品質や入手等に関する問い合わせに対応できる担当者及び連絡先を記入する。

3000

*2: 供給可能量は、1回の供給依頼に対して対応できる量の概数を記載し、「〇〇～〇〇g」、「〇〇kg以下」のような記載でも差し支えない。

3001

*3: 価格は「〇〇円/g程度」などの概数でも差し支えない。無償の場合は「無償」と記載すること。

3002

*4: 受注から納品までに要する標準的期間を記載すること。

3003

*5: その他の項には、供給予定の標準品原料に関するその他の情報（例：約〇〇mgずつをアンプル充填して供給する）や、継続的な供給が見込めない場合にはその旨を記載すること。

3004

3005

3006

3007

- 3008 別添 3
- 3009 「標準品品質標準」原案の提出資料とその作成方法
- 3010 (システム適合性試験用標準品)
- 3011 日本薬局方システム適合性試験用標準品品質標準の原案提出にあたっては、以下の 1) から 5) の資料を様式-標シ 1 ～ 標シ 5 に従って作成して提出すること。
- 3012 資料の提出にあたっては、様式-標シ 1 から様式-標シ 5 の紙媒体と電子媒体の両方の資料を医薬品各条原案と同様に提出すること。なお、標準品は標準品原料を継続的に提供できる場合に設定する。
- 3013
- 3014
- 3015 1) 「日本薬局方標準品品質標準」原案の総括表
- 3016 作成方法：「様式-標シ 1」を用いて作成する。
- 3017 作成上の留意事項
- 3018 ① 省略した様式がある場合は、備考欄にその理由を記載すること。
- 3019 ② 「適用医薬品各条名」欄には、当該標準品の使用を規定する全ての医薬品各条について網羅的に記載すること。
- 3020
- 3021 ③ 「適用規格項目」欄には、当該標準品の使用が規定される全ての規格項目を記載すること。
- 3022 ④ 「試験方法」欄には、当該標準品の使用が規定される規格項目の試験方法を簡略記載すること。
- 3023 ⑤ 「使用量」欄には、医薬品各条の記載に従って試験を 1 回実施するのに必要な量を記載すること。使用量が各条に記載されていない場合は、大略の使用量を括弧書きで示すこと。
- 3024
- 3025 2) 「日本薬局方標準品品質標準」原案に関する資料
- 3026 作成方法：「様式-標シ 2」を用いて作成する。
- 3027 作成上の留意事項
- 3028 ① 標準品原料候補の品質評価に必要なデータを得るために実施すべき品質試験項目とその試験方法を記載すること。
- 3029
- 3030 ② 標準品の用途項目の試験方法は、用途の試験方法に一致させること。
- 3031 ③ 医薬品各条とは目的を異にするものであるので、試験方法等の記載は日局原案作成要領に従う必要はない。
- 3032
- 3033 ④ 試験方法には、品質試験を支障なく実施するのに必要な事項を渋れなくできるだけ詳細に記載すること。特に核磁気共鳴スペクトル測定法については、測定条件を、LC/MS の試験方法については、イオン化法や MS 測定パラメーターを記載すること。
- 3034
- 3035 ⑤ 試験方法の記載においては、日局の記載方法に拘束されることなく、特殊な試薬、カラム等を銘柄名で記載しても差し支えない。
- 3036
- 3037 ⑥ 標準品原料候補を製造機関に供給する際は、様式-標シ 2 に従った試験成績を添付することが望ましい。
- 3038
- 3039 3) 標準品品質標準に基づいた実測値に関する資料
- 3040 作成方法：「様式-標シ 3」を用いて作成する。
- 3041 作成上の留意事項
- 3042 ① 標準品相当品又は現在使用している自家標準物質の品質試験実測値を記載する。
- 3043 ② 数値結果で評価する試験については、適否の評価結果ではなく、各試験の測定値などを記載すること。
- 3044 ③ 代表的なスペクトルデータやクロマトグラム、液体クロマトグラフィーの試験条件やシステム適合性データなども記載すること。なお、赤外吸収スペクトル、核磁気共鳴スペクトル等のスペクトルでは帰属も記載し、液体クロマトグラフィーなどにおいては分析法バリデーションも提出すること。
- 3045
- 3046 ④ 試験に用いた機器など（測定機器、カラム、薄層板、特殊試薬等を含む）の具体的な名称（銘柄名等）も記載すること。特に、水分測定用試液（容量滴定法）又は水分測定用陽極液及び陰極液（電量滴定法）についてはその銘柄名を必ず記載すること。
- 3047
- 3048
- 3049
- 3050 4) 日本薬局方標準品の保存方法及び安定性に関する資料
- 3051 作成方法：「様式-標シ 4」を用いて作成する。

- 3052 作成上の留意事項
- 3053 ① 標準品原料提供者における自家標準物質の実際の保存方法による保存条件及び保存容器を記載する。
- 3054 ② 安定性のデータは、標準品の内容等を勘案して、必要に応じて記載すること。
- 3055 ③ 安定性のデータは標準品原料提供者の実際の保存方法におけるデータを記載すること。
- 3056 ④ 安定性データには、試験方法（試験条件を含む）を明示し、クロマトグラムなどのデータも添付すること。
- 3057 ⑤ 密封容器を使用する場合や冷蔵又は冷凍保存である場合には、保存方法の設定理由を記載すること。なお、安定性試験に基づいて設定した場合はその根拠となったデータ（適切な時点におけるクロマトグラム等を含む）を別に添付すること。
- 3058 ⑥ 標準品の取扱いにおいて留意すべき性質を洩れなく記載すること。
- 3059 ⑦ その他の項には、「酸化を受けやすいので不活性ガス置換して保存する必要がある」などの標準品の取扱い及び保存上留意すべき性質について記載すること。
- 3060
- 3061
- 3062
- 3063
- 3064 5) 日本薬局方標準品原料の供給に関する資料
- 3065 作成方法：「様式-標シ5」を用いて作成する。
- 3066 作成上の留意事項
- 3067 ① 標準品に相応しい品質の原料を供給可能な提供者及び提供要件について記載すること。
- 3068 ② 供給可能量は、「〇〇～〇〇 g」、「〇〇 g以下」のような記載でも差し支えない。標準品品質標準の試験の実施及び標準品製造に、通常、少なくとも10 g程度は必要であることを考慮して記載すること。
- 3069 ③ 価格は、「〇〇 円/g程度」などの概数でも差し支えない。無償の場合は「無償」と記載すること。
- 3070 ④ 納期の項には、受注から納品までに要する標準的期間を記載すること。
- 3071 ⑤ その他の項には、供給予定の標準品原料に関するその他の情報（例：約〇〇 mgずつをアンプル充填して供給する）を記載すること。
- 3072 ⑥ 万が一供給不可となった場合、代替の提供者についての情報を提供する等、標準品供給に支障がないよう協力すること。
- 3073
- 3074
- 3075
- 3076 (注) 提出方法は、第二部 8. 資料の提出方法を参照すること。
- 3077 (備考)
- 3078 1. 用紙は、日本工業規格A4縦とすること。
- 3079 2. 用紙が2枚以上となる場合は、様式ごとに用紙の下に、当該標準品名とページ数を記入すること。
- 3080 3. 各用紙の欄外に記載された（備考）及び「記載上の留意点」は提出資料の作成においては記載する必要はない。
- 3081
- 3082

3083

「日本薬局方標準品品質標準」原案総括表

3084

(様式-標シ1)

3085

平成 年 月 日

3086

原案整理番号		*	
標準品名称		システム適合性試験用	標準品
担当者連絡先	会社名		
	氏名		
	所属部署		
	連絡先住所	〒	
	電話・FAX番号	電話	FAX
	電子メールアドレス		
適用医薬品各条名 ^{*1}	適用規格項目 ^{*2}	試験方法 ^{*3}	使用量 ^{*4}
備考 ^{*5}			

3087

(備考) *印の箇所は記入しないこと。

3088

記載上の留意点

3089

*1: 当該標準品の使用が規定されることになる全ての医薬品各条名を網羅的に記載すること。

3090

*2: 当該標準品の使用が規定されることになる全ての規格項目を記載すること。

3091

*3: 当該標準品の使用が規定されることになる規格項目での試験方法名を記載すること。

3092

*4: 使用量は局方記載に従って試験を1回実施するのに必要な量を記載すること。

3093

使用量が各条に記載されていない場合は、大略の使用量を括弧書きで示すこと。

3094

*5: 省略した様式がある場合は、その理由を記載すること。

3095

3096
3097
3098

「日本薬局方標準品品質標準」原案に関する資料

(様式-標シ2)

[標準品の名称]

[標準品の構造式]

[分子式及び分子量]

[化学名, CAS番号]

(混合物の場合は、各成分について記載した上で、それらの混合比を記載する。)

由来に関する情報（概略を記載する）

混合物の場合

[例] 原薬に必要に応じて中間体A, 中間体Bを約0.5%となるように混合し、XXに溶かし、凍結乾燥する。

[例] XXをYYの条件（光、熱など）で分解させ分解物ZZが約1%となるようにし、凍結乾燥する。

単品の場合

[例] 本品は、原薬製造工程の最終反応で用いる中間体Aを用いる。

[例] 本品は中間体AとXXをYYの条件で反応させ、溶媒ZZを抽出し、溶媒AAで再結晶する。

標準品の内容等を勘案して、必要に応じて検討すべき品質評価項目の例を以下に示す。

性状：外観

（色、形状を記載する。）

確認試験

1. 紫外可視吸収スペクトルによる確認試験法

2. 赤外吸収スペクトルによる確認試験法

3. 核磁気共鳴スペクトルによる確認試験法

（全てのプロトンシグナルを規定する。記載方法は科学論文の標準的な書き方に従う。）

4. 薄層クロマトグラフィーによる確認試験法

（混合物の場合に設定する。）

5. LC/MSによる確認試験法

（混合物の場合に設定する。）

6. 対イオンの確認試験法

（原則として1, 2及び3の試験法を設定し、必要に応じて6の試験法を設定し、用途試験法に応じて4及び5の試験法を設定する。）

用途に関わる試験

（標準品を使用する医薬品各条の試験法と同じ条件でのピークの相対保持時間や分離度の確認）

純度試験

1. 類縁物質

（原則として液体クロマトグラフィーによる試験法を設定し、用途試験法に応じて薄層クロマトグラフィーによる試験法も設定する。感度係数が0.7～1.3を超えない場合であっても、感度係数を設定する。）

乾燥減量又は水分

（医薬品各条での用途に応じていずれかを設定する。）

貯法 保存条件

容器

（自家標準物質の実際の保存条件及び容器を記載することで差し支えないが、安定性試験に基づいて設定）

する場合は貯法の根拠となったデータを様式-標シ4に添付すること。)

- 3099 (備考) 作成にあっては、書式の外枠を設定する必要はない。
3100 記載上の留意点
3101 ① CAS番号がない場合には、CAS番号を記載する必要はない。
3102 ② 標準品原料候補の品質評価に必要なデータを得るために実施すべき品質試験項目とその試験方法を記載
3103 すること。
3104 ③ 試験方法には、品質試験を支障なく実施するのに必要な事項を洩れなくできるだけ詳細に記載すること。
3105 ④ 試験方法の記載においては、日局の記載方法に拘束されることなく、特殊な試薬などを銘柄名により指
3106 定しても差し支えない。
3107 ⑤ 標準品原料候補を製造機関に供給する際は、様式-標シ2に従った試験成績を添付することが望ましい。
3108

3109

標準品品質標準に基づいた実測値に関する資料

3110

(様式-標シ3)

3111

原案整理番号	*	標準品名	担当者
試料明細	試料番号（ロット番号）：		
項目	原案によるデータ		
性状	色 形状		(解説)
確認試験	(1) UV 法 (2) IR 法 (3) NMR 法 (4) TLC 法 (5) LC/MS 法 (6) 対イオン		
用途に関わる試験			
純度試験	(7) 類縁物質		
乾燥減量 又は 水分			

3112

(備考) *印の箇所は記入しないこと。

3113

記載上の留意点

3114

① 標準品相当品又は現在使用している自家標準物質の品質試験実測値を記載する。

3115

② 数値結果で評価する試験については、適否の評価結果ではなく、実測データなどを記載すること。

3116

③ HPLC の試験条件やシステム適合性データ、スペクトル、クロマトグラム等も記載すること。

3117

④ 試験に用いた機器等（測定機器、カラム、薄層板、特殊試薬等を含む）の具体的な名称（銘柄名など）も記載すること。特に、水分測定用試液（容量滴定法）又は水分測定用陽極液及び陰極液（電量滴定法）

3118

についてはその銘柄名を必ず記載すること。

3119

3120

3121

日本薬局方標準品の保存方法及び安定性に関する資料

3122

(様式-標シ4)

原案整理番号	*	
標準品名称	システム適合性試験用	標準品

3123

保存容器 ^{*1}				
保存条件 ^{*1}				
上記の保存容器、保存条件における安定性（不純物量などの経時変化） ^{*2, 3}				
不純物総量 ^{*4} (%)	初期値	月（年）	月（年）	月（年）
試験方法：				
水分／乾燥減量 (%)	初期値	月（年）	月（年）	月（年）
保存方法の設定理由 ^{*5}				
その他のコメント				

3124

吸湿性	有	無	
	根拠データ：		
光安定性			
その他 ^{*6}			

3125

(備考) *印の箇所は記入しないこと。

3126

記載上の留意点

3127

*1：標準品原料提供者における自家標準物質の実際の保存方法による保存条件及び保存容器を記載する。

3128

*2：安定性のデータは、標準品の内容等を勘査して、必要に応じて記載すること。

3129

*3：安定性のデータは標準品原料提供者の実際の保存方法におけるデータを記載すること。クロマトグラム等は別に添付する。

3130

*4：不純物のデータには、試験方法を明示すること。

3131

*5：密封容器を使用する場合や冷蔵又は冷凍保存である場合には、保存方法の設定理由を記載すること。なお、安定性試験に基づいて設定した場合は貯法の根拠となったデータ（適切な時期におけるクロマトグラムなどを含む）を別に添付すること。

3135 *6: その他の項には、「酸化を受けやすいので不活性ガス置換して保存する必要がある」などの標準品の取扱
3136 い及び保存において留意すべき性質について記載すること。
3137

3138

日本薬局方標準品原料の供給に関する資料

3139 (様式-標シ5)

3140

原案整理番号		*
標準品名称		システム適合性試験用 標準品
標準品原料提供者及び連絡先 *1	会社名	
	担当者氏名	
	所属部署	
	連絡先住所	〒
	電話・FAX番号	電話 FAX
	電子メールアドレス	
供給可能量 *2		
価格 *3		
納期 *4		
その他の *5		
備考		

3141 (備考) *印の箇所は記入しないこと。

3142 記載上の留意点

3143 *1 : 標準品としての品質に相応しい原料の供給可能な提供者について記載し、標準品原料の品質や入手等に関する問い合わせに対応できる担当者及び連絡先を記入する。

3144
3145 *2 : 供給可能量は、1回の供給依頼に対して対応できる量の概数を記載し、「〇〇～〇〇 g」、「〇〇 kg
3146 以下」のような記載でも差し支えない。標準品品質標準の試験の実施及び標準品製造に、通常、少なくとも
3147 10 g 程度は必要であることを考慮して記載すること。

3148 *3 : 価格は「〇〇 円/g 程度」などの概数でも差し支えない。無償の場合は「無償」と記載すること。

3149 *4 : 受注から納品までに要する標準的期間を記載すること。

3150 *5 : その他の項には、供給予定の標準品原料に関するその他の情報（例：約〇〇 mg ずつをアンプル充填して
3151 供給する）を記載すること。

3152

3153

付表及び用字例付表

3154

塩化物の%換算表

3155

0.01 mol/L 塩酸 0.25 ~ 0.30 ~ 0.45 mL (88.6 ~ 106 ~ 160 µg/50 mL Cl) (上方)

3156

0.01 mol/L 塩酸 0.70 ~ 0.85 ~ 1.0 mL (248 ~ 302 ~ 355 µg/50 mL Cl) (側方)

試料(g) 0.01 mol/L 塩酸(mL)	0.10	0.20	0.30	0.40	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0
0.25	089	044	030	022	018	015	013	011	010	009	006	004	004	003	002	002	002	002
0.30	106	053	035	026	021	018	015	013	012	011	007	005	004	004	003	003	002	002
0.35	124	062	041	031	025	021	018	016	014	012	008	006	005	004	004	003	003	002
0.40	142	071	047	036	028	024	020	018	016	014	009	007	006	005	004	004	003	003
0.45	160	080	053	040	032	027	023	020	018	016	011	008	006	005	004	004	004	003
0.70	248	124	083	062	050	041	035	031	028	025	016	012	010	008	007	006	006	005
0.80	284	142	095	071	057	047	040	036	032	028	019	014	011	009	008	007	006	006
0.90	320	160	107	080	064	054	046	040	036	032	021	016	013	011	009	008	007	006
1.0	335	178	119	089	071	059	051	044	039	036	024	018	014	012	010	009	008	007

3157 %の値は小数点以下の数値を示す。

3158

硫酸塩の%換算表

3159

0.005 mol/L 硫酸 0.35 ~ 0.40 ~ 0.50 mL (168 ~ 192 ~ 240 µg/50 mL SO₄) (上方)

3160

0.005 mol/L 硫酸 1.0 ~ 1.25 ~ 1.5 mL (480 ~ 600 ~ 720 µg/50 mL SO₄) (側方)

試料(g) 0.005 mol/L 硫酸(mL)	0.10	0.20	0.30	0.40	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0
0.35	168	084	056	042	034	028	024	021	019	017	011	008	007	006	005	004	004	003
0.40	192	096	064	048	038	032	027	024	021	019	013	010	008	006	005	005	004	004
0.45	216	108	072	054	043	036	031	027	024	022	014	011	009	007	006	005	005	004
0.50	240	120	080	060	048	040	034	030	027	024	016	012	010	008	007	006	005	005
1.0	480	240	160	120	096	080	068	060	053	048	032	024	019	016	014	012	011	010
1.1	528	264	176	132	106	088	075	066	059	053	035	026	021	018	015	013	012	010
1.2	576	288	192	144	115	096	082	072	064	058	038	028	023	019	016	014	013	012
1.3	624	312	208	156	125	104	089	078	069	062	042	031	025	021	018	016	014	012
1.4	672	336	224	168	134	112	096	084	075	067	045	034	026	022	019	017	015	013
1.5	720	360	240	180	144	120	103	090	080	072	048	036	029	026	020	018	016	014

3161 %の値は小数点以下の数値を示す。

3162

3163

重金属の ppm 及び%換算表

3164

鉛標準液 1.0 ~ 3.0 mL (10 ~ 30 µg/50 mL Pb) (上方)

3165

鉛標準液 3.0 ~ 4.5 mL (30 ~ 45 µg/50 mL Pb) (側方)

試料(g) 鉛標準液(mL)	0.10	0.20	0.30	0.40	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0
1.0	0100	0050	0033	0025	0020	0017	0014	0012	0011	0010	0007	0005	0004	0003	0003	0002	0002	0002
2.0	0200	0100	0067	0050	0040	0033	0028	0025	0022	0020	0013	0010	0008	0007	0006	0005	0004	0004
2.5	0250	0125	0083	0062	0050	0042	0036	0031	0028	0025	0017	0012	0010	0008	0007	0006	0006	0005
3.0	0300	0150	0100	0075	0060	0050	0043	0038	0033	0030	0020	0015	0012	0010	0008	0008	0007	0006
3.5	0350	0175	0117	0088	0070	0058	0050	0044	0038	0035	0023	0018	0014	0012	0010	0009	0008	0007
4.0	0400	0200	0133	0100	0080	0067	0057	0050	0044	0040	0027	0020	0016	0013	0011	0010	0009	0008
4.5	0450	0225	0150	0112	0090	0075	0064	0056	0050	0045	0030	0022	0018	0015	0013	0011	0010	0009

3166 [例] 0020 とは 20 ppm, 0.0020%を示す。

3167

ヒ素の ppm 換算表

3168

ヒ素標準液 2.0 mL (2 µg As₂O₃)

試料(g) ヒ素標準液(mL)	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.5	0.55	0.6	0.65	0.7	0.75	0.8	0.85	0.9	1.0	1.2	1.5	2.0
2.0	20	13.3	10	8	6.6	5.7	5	4.4	4	3.6	3.3	3.1	2.8	2.6	2.5	2.4	2.2	2	1.6	1.3	1

3169

3170

乾燥減量及び強熱残分の%記載法

% 試料(g)	0.05	0.1	0.5	1	5	10	20
0.05				(1)	(5)	(10)	(20)
0.1		(0.1)	(0.5)	(1.0)	(5.0)	10	20
0.5		(0.1)	(0.5)	(1.0)	(5.0)	10	20
1	(0.05)	(0.1)	0.5	1.0	5.0	10.0	20.0
5	(0.05)	(0.10)	0.5	1.0	5.0	10.0	20.0
10	0.05	(0.10)	0.50	1.00	5.00	10.00	20.00

3171

() を付したものはセミミクロ化学はかりを用いる。

原子量表 (2010)

(元素の原子量は、質量数 12 の炭素 (^{12}C) を 12 とし、これに対する相対値とする。ただし、 ^{12}C は核及び電子が基底状態にある中性原子である。)

多くの元素の原子量は一定ではなく、物質の起源や処理の仕方に依存する。原子量とその不確かさ^{*}は地球上に起源をもち、天然に存在する物質中の元素に適用される。この表の脚注には、個々の元素に起こりうるもので、原子量に付随する不確かさを越える可能性のある変動の様式が示されている。原子番号 112 から 118 までの元素名は暫定的なものである。

元素名	元素記号	原子番号	原子量	脚注
アインスタイニウム*	Es	99		
亜鉛	Zn	30	65.38(2)	r
アクチニウム*	Ac	89		
アスタチン*	At	85		
アメリシウム*	Am	95		
アルゴン	Ar	18	39.948(1)	g r
アルミニウム	Al	13	26.9815386(8)	
アンチモン	Sb	51	121.760(1)	g
硫黄	S	16	32.065(5)	g r
イッテルビウム	Yb	70	173.054(5)	g
イットリウム	Y	39	88.90585(2)	
イリジウム	Ir	77	192.217(3)	
インジウム	In	49	114.818(3)	
ウラン*	U	92	238.02891(3)	g m
ウンウンオクチウム*	Uuo	118		
ウンウンクアジウム*	Uuq	114		
ウンウントリウム*	Uut	113		
ウンウンヘキシウム*	Uuh	116		
ウンウンペンチウム*	Uup	115		
エルビウム	Er	68	167.259(3)	g
塩素	Cl	17	35.453(2)	g m r
オスミウム	Os	76	190.23(3)	g
カドミウム	Cd	48	112.411(8)	g
ガドリニウム	Gd	64	157.25(3)	g
カリウム	K	19	39.0983(1)	
ガリウム	Ga	31	69.723(1)	
カリホルニウム*	Cf	98		
カルシウム	Ca	20	40.078(4)	g
キセノン	Xe	54	131.293(6)	g m
キュリウム*	Cm	96		
金	Au	79	196.966569(4)	
銀	Ag	47	107.8682(2)	g
クリプトン	Kr	36	83.798(2)	g m
クロム	Cr	24	51.9961(6)	
ケイ素	Si	14	28.0855(3)	r
ゲルマニウム	Ge	32	72.64(1)	

元素名	元素記号	原子番号	原子量	脚注
コバルト	Co	27	58.933195(5)	
コペルニシウム*	Cn	112		
サマリウム	Sm	62	150.36(2)	g
酸素	O	8	15.9994(3)	g r
ジスプロシウム	Dy	66	162.500(1)	g
シーボーギウム*	Sg	106		
臭素	Br	35	79.904(1)	
ジルコニウム	Zr	40	91.224(2)	g
水銀	Hg	80	200.59(2)	
水素	H	1	1.00794(7)	g m r
スカンジウム	Sc	21	44.955912(6)	
スズ	Sn	50	118.710(7)	g
ストロンチウム	Sr	38	87.62(1)	g r
セシウム	Cs	55	132.9054519(2)	
セリウム	Ce	58	140.116(1)	g
セレン	Se	34	78.96(3)	r
ダームスタチウム*	Ds	110		
タリウム	Tl	81	204.3833(2)	
タングステン	W	74	183.84(1)	
炭素	C	6	12.0107(8)	g r
タンタル	Ta	73	180.94788(2)	
チタン	Ti	22	47.867(1)	
窒素	N	7	14.0067(2)	g r
ツリウム	Tm	69	168.93421(2)	
テクネチウム*	Tc	43		
鉄	Fe	26	55.845(2)	
テルビウム	Tb	65	158.92535(2)	
テルル	Te	52	127.60(3)	g
銅	Cu	29	63.546(3)	r
ドブニウム*	Db	105		
トリウム*	Th	90	232.03806(2)	g
ナトリウム	Na	11	22.98976928(2)	
鉛	Pb	82	207.2(1)	g r
ニオブ	Nb	41	92.90638(2)	
ニッケル	Ni	28	58.6934(4)	r
ネオジム	Nd	60	144.242(3)	g
ネオン	Ne	10	20.1797(6)	g m
ネプツニウム*	Np	93		
ノーベリウム*	No	102		
バークリウム*	Bk	97		
白金	Pt	78	195.084(9)	
ハッショウム*	Hs	108		
バナジウム	V	23	50.9415(1)	
ハフニウム	Hf	72	178.49(2)	
パラジウム	Pd	46	106.42(1)	g
バリウム	Ba	56	137.327(7)	
ビスマス*	Bi	83	208.98040(1)	
ヒ素	As	33	74.92160(2)	
フェルミウム*	Fm	100		
フッ素	F	9	18.9984032(5)	

元素名	元素記号	原子番号	原子量	脚注
プラセオジム	Pr	59	140.90765(2)	
フランシウム*	Fr	87		
プルトニウム*	Pu	94		
プロトアクチニウム*	Pa	91	231.03588(2)	
プロメチウム*	Pm	61		
ヘリウム	He	2	4.002602(2)	g r
ベリリウム	Be	4	9.012182(3)	
ホウ素	B	5	10.811(7)	g m r
ボーリウム*	Bh	107		
ホルミウム	Ho	67	164.93032(2)	
ポロニウム*	Po	84		
マイトネリウム*	Mt	109		
マグネシウム	Mg	12	24.3050(6)	
マンガン	Mn	25	54.938045(5)	
メンデレビウム*	Md	101		
モリブデン	Mo	42	95.96(2)	g r
ユウロピウム	Eu	63	151.964(1)	g
ヨウ素	I	53	126.90447(3)	
ラザホージウム*	Rf	104		
ラジウム*	Ra	88		
ラドン*	Rn	86		
ランタン	La	57	138.90547(7)	g
リチウム	Li	3	[6.941(2)]†	g m r
リン	P	15	30.973762(2)	
ルテチウム	Lu	71	174.9668(1)	g
ルテニウム	Ru	44	101.07(2)	g
ルビジウム	Rb	37	85.4678(3)	g
レニウム	Re	75	186.207(1)	
レントゲニウム*	Rg	111		
ロジウム	Rh	45	102.90550(2)	
ローレンシウム*	Lr	103		

* : 不確かさは () 内の数字で表され、有効数字の最後の桁に対応する。例えば、亜鉛の場合の 65.38(2) は 65.38 ± 0.02 を意味する。

* : 安定同位体のない元素 (次表参照)。これらの元素については原子量が示されていないが、プロトアクチニウム、トリウム、ウランは例外で、これらの元素は地球上で固有の同位体組成を示すので原子量が与えられている。

† : 市販品中のリチウム化合物のリチウム原子量は 6.939 から 6.996 の幅をもつ (「元素の同位体組成表 2010」の注 b を参照)。より正確な原子量が必要な場合は、個々の物質について測定する必要がある。

g : 当該元素の同位体組成が正常な物質が示す変動幅を超えるような地質学的試料が知られている。そのような試料中では当該元素の原子量とこの表の値との差が、表記の不確かさを越えることがある。

m : 不詳な、あるいは不適切な同位体分別を受けたため同位体組成が変動した物質が市販品中に見いだ

されることがある。そのため、当該元素の原子量が表記の値とかなり異なることがある。

r : 通常の地球上の物質の同位体組成に変動があるために表記の原子量より精度の良い値を与えることができない。表中の原子量は通常の物質全てに適用されるものとする。

安定同位体のない元素

この表は、原子量表 (2010) で * を付した安定同位体のない元素についてまとめたものである。

原子番号	元素名	元素記号	同位体の質量数†
43	テクネチウム	Tc	97,98,99
61	プロメチウム	Pm	145,146,147
83	ビスマス	Bi	209
84	ポロニウム	Po	208,209,210
85	アスタチン	At	210,211
86	ラドン	Rn	210,211,222
87	フランシウム	Fr	212,222,223
88	ラジウム	Ra	226,228
89	アクチニウム	Ac	225,227
90	トリウム	Th	230,232
91	プロトアクチニウム	Pa	231,233
92	ウラン	U	233,234,235,236,238
93	ネプツニウム	Np	236,237
94	プルトニウム	Pu	238,239,240,241,242,244
95	アメリシウム	Am	241,243
96	キュリウム	Cm	243,244,245,246,247,248
97	バークリウム	Bk	247,249
98	カリホルニウム	Cf	249,250,251,252
99	アイнстタニウム	Es	252,254
100	フェルミウム	Fm	253,257
101	メンデレビウム	Md	258,260
102	ノーベリウム	No	255,259
103	ローレンシウム	Lr	251,261,262
104	ラザホージウム	Rf	265,267
105	ドブニウム	Db	267,268
106	シーポーギュウム	Sg	265,271
107	ボーリウム	Bh	267,272
108	ハッシウム	Hs	269,277
109	マイトネリウム	Mt	268,276
110	ダームスタチウム	Ds	280,281
111	レントゲニウム	Rg	279,280
112	コペルニシウム	Cn	283,285
113	ウンウントリウム	Uut	283,284
114	ウンウンクアジウム	Uuq	288,289
115	ウンウンベンチウム	Uup	287,288
116	ウンウンヘキシウム	Uuh	291,292,293
118	ウンウンオクチウム	Uuo	294

†：現在確認されている質量数の例で、ビスマスを除く元素については下記文献 1 の Table3 に基づく。ビスマスについては下記文献 2 に基づき、放射性元素と判断した。

1. IUPAC Inorganic Chemistry Division, CIAAW : Atomic Weights of the Elements 2007. *Pure Appl.Chem.*, 81, 2131 (2009)
2. P. de Marcillac *et al.* : Experimental Detection of α -particles from the Radioactive Decay of Natural Bismuth. *Nature*, 422, 876 (2003).

この原子量表は、IUPAC の原子量表をもとに、日本化学会原子量委員会が作成したものである。

用字例

(注: 送りがなについてアンダーラインは、注意して送るもの、
□印は送らないもの)

	よみ	使う字	使わない字 備考
ア	あかるい	明るい	明い
	あきらかに	明らかに	明かに
	あげる	上げる	上る
	あたためる	→加温する	
	あたらしい	新しい	新らしい
	あたる	当たる	当る
	あつかう	扱う	扱う
	あつめる	集める	集る
	あてる	当てる	当る
	あらいこみ	洗込み(名)	
		洗い込み(動)	
	あらかじめ	あらかじめ(副)	予め
	あらたに	新たに	新らに
	あらためる	改める	
	あらゆる	あらゆる	全る
	あらわす	表(現)す	表(現)出す
	ある	ある	在る, 有る
	あるいは	あるいは	或は
	あわ	泡	
	あわす	合わす	合す
イ	いおう	硫黄(元素として), イオウ(各条「イオウ」の引用として)	いおう
	いう	いう	言う
	いくぶん	幾分	
	いざれ	いざれ(代)	何れ
	いちじるしい	著しい	著しくしい
	いっそう	一層	
	いったん	一端	
	いって	いって	行って
	いる	いる	居る
	いれる	入れる	入る
	いわゆる	いわゆる	所謂
	いんてぐれーたー	イングレーター	イングレータ
	うしなう	失う	
	うすい(物・色)	薄い	薄すい
	うすめる	薄める	うすめる
ウ	うちに	うちに	内に, 中に
	うながす	促す	促す
	うるおす	潤す	潤す
	えがく	描く	
	えらぶ	選ぶ	
エ	える	得る	
	おうとつ	凹凸	
	おおう	覆う	被う
	おおきい	大きい	大い
	おおむね	おおむね	概ね
オ	おこなう	行う	行なう
	おこる	起る	起る

	よみ	使う字	使わない字 備考
オ	おそれ	おそれ	恐れ, 虐れ
	おだやかに	穏やかに	おだやかに
	おとし	落とし	落し
	おのおの	各々	
	おのずから	おのずから	
	おびる	帶びる	
	おもな	主な	凡そ
	およそ	およそ	
	および	及び	終る
	おわる	終わる	
カ	かいそう	海藻	
	かえす	返す	返す
	かえって	かえって	却て
	かかわらず	関わらず	拘らず
	かくはん	攪拌(名)	攪拌
	かくはんする	→かき混ぜる	攪拌する
	かける	欠ける	欠る
	かさねる	重ねる	
	かじょう	過剰	
	かりょう	過量	
	かつ	かつ	且つ
	かっしょく	褐色	
	かなう	かなう	適う
	かならず	必ず(副)	必ず
	かねる	兼ねる	兼る
キ	かび	かび	黴
	から	○から作る	○より作る
	がらす	△から再結晶	△より再結晶
	かわる	ガラス	硝子
	かわる	代わる	代る(代理・代人など)
	かわる	変わる	変る(うつりかわる, 変化)
	かんてん	カンテン	寒天(別名としてのみ使用可)
	かげつ	箇月	ヶ月
	10かしょ	10箇所	10ヶ所
	きしゃく	希釈	
ク	きめる	決める	決る
	きやりやーがす	キャリヤーガス	キャリアーガス
	きようざつ	→混在	夾雜
	きりあげ	切上げ	
	きりひらく	切り開く	
	きわめて	極めて	
	くふう	工夫	
	くみあわせ	組合せ(名)	
	くみかえ	組み合わせる(動)	
	くみかえ	組換え(名)	
ク	くらい	組み換える(動)	
	くらべる	くらべる	位
	くりかえす	繰り返す	比る
	けいこう	蛍光	痙攣
	けいれん	けいれん	
ケ	けた	柄	
	けんだく	懸濁	

	よみ	使う字	使わない字 備考		よみ	使う字	使わない字 備考
コ	こえる	超える	越える	セ	すみやかに	速やかに	
	こげる	焦げる	焦る		せん	栓	セン
	こころみる	試みる	試る		せんじょう	洗浄	洗滌
	こたえ	答え	答 (表中のみ使用可)		そう	沿う	
	こたえる	こたえる	応える		そうにゅう	挿入	
	こと	こと	事		その	その	其の
	ごと	ごと	毎		そのほか	そのほか, その他	其の他
	ことなる	異なる	異なる		それぞれ	それぞれ	夫々
	この	この	此の		だいたい	大体	
	こまかい	細かい	細い		たいてい	大抵	
	(洗い) こむ	(洗い) 込む			たえず	絶えず	絶ず
	これら	これら			だえん	精円	だ円
	こんせき	痕跡			たがいに	互いに	
					たくわえる	→保存する	貯える
サ	ざいけい	剤形	剤型		たしかめる	確かめる	確かめる
	さきに	先に			だす	出す	だす
	さける	避ける	避る		ただ	ただ	唯, 只
	さげる	下げる	下る		ただし	ただし (接)	但し
	さしこむ	差し込む	挿し込む (挿入の意)		ただちに	直ちに	直に
	さしつかえない	差し支えない	差支えない		たとえば	例え (副)	
	さまざま	様々			たの	他の	
	さら				ために	ために	為に
	さらに				たんぱくしつ	タンパク質	蛋白質
	ざんさ	→残留物	残渣	チ	ちいさい	小さい	小い
シ	しがたい	し難い			ちかづく	近づく	近付く, 近づく
	しげき	刺激	刺戟		ちょうど	ちょうど (副)	丁度
	したがう	従う			ちようふ	貼付	
	したがって	したがって (接)	従て		について	について (範囲を限定して説明する用語)	に就いて, に付いて
	したのち	従つて (動)			ついで	ついで	
	したのちに	した後,			つぎに	次に	
	しばしば	した後に			つくる	作る	
	しぶい	しばしば			つける	付ける	
	しまう	渋い			づつ	ずつ	
	しめす	しまう	了う, 終う		つめる	詰める	
	しめる	示す			つねに	常に	
	しめる	湿る	湿める		ていする	呈する	
	しゃこう	紋める			てきか	滴加 (液中に添加する場合), 滴下 (ろ紙上に添加する場合)	
	しやすい	遮光			できる	できる	出来る
	しゃへい	しやすい	し易い, 仕易い		でしけーたー	デシケーター	デシケータ
	じゅうてん	遮蔽			でーた	データ	データー
	じゅうぶん	充填		ト	とおり	とおり (同じ状態・方法である意で用いる場合)	通り
	しゅうまつてん	十分に, 十分な	じゅうぶん, 充分		とき	とき	時
	しゅうれんせい	→終点	終末点		ときどき	時々	ときどき
	しょうじる	収れん性	収斂性		とくに	特に (副)	
	じょうりゅう	生じる	生ずる		ところ	ところ (・のところ)	所
	じょじょに	蒸留	蒸溜		ともせん	共栓	共セン
	しらべる	徐々に			ともなう	伴う	伴因う
	しんとう	調べる	調る		ともに	共に (副)	供に
		→振り混ぜる	振盪				
ス	すくない	少ない	少い				
	ずっと	ずっと	宛				
	すでに	既に (副)					
	する	捨てる	捨る				
	すべて	全て	総て, 凡て,				

	よみ	使う字	使わない字 備考		よみ	使う字	使わない字 備考
ナ	とりあつかい	取扱い (名)			まぜあわせ	混合せ (名)	
	とりだし	取り扱い (動)			ませる	混ぜ合わせ (動)	
	ないし	取出し (名)			また	混ぜる	混る
	なお	取り出し (動)			または	また	又, 亦, 復
	なかば	半ば	乃至		まだ	又は (接)	
	ながら	ながら	尚		まで	まだ	未だ
	なづける	名付ける	中ば		まま	まで (助)	迄
	など	など	乍ら		まひ	まま	儘
	ならびに	並びに	名づける			麻痺	麻ひ
	なるべく	なるべく	等				
ニ	にかわじょう	にかわ状	成べく, 成可く		ミ	磨く	
	にごる	濁る	膠状		みぞ	溝	
	にそう	二層	2層		みたす	満たす	満す, 充たす
	にゅうぱち	乳鉢			みとめる	認める	認る
ヌ	ぬぐう	ぬぐう	拭う		みなす	みなす	見なす, 見做す
	ぬらす	ぬらす	濡らす		みられる	見られる	
ネ	ねんちゅう (ねんちょう)	粘稠			ム	むしろ	寧ろ
	のぞく	除く			むずかしい	難しい	
ノ	のち	後			むすぶ	結ぶ	結ぶ
	のちに	後に			めずらしい	珍しい	珍い
	のべる	述べる	述る		めんどう	面倒	
	のり	のり	糊		モ	もえる	燃る
	ばかり	ばかり	糰		もし	もし (副)	若し
ハ	はがれる	剥がれる	剥がれる		もししくは	若しくは	
	はじめて	初めて (副)	初て		もちいる	用いる	
	はじめの	初めの			もちろん	もちろん	
	はじめる	始める			もつ	持つ	
	はずす	外す			もつとも	最も (副)	
	はんてん	斑点			もっぱら	専ら (副)	
	ばらめーたー	パラメーター	パラメータ		もどす	戻す	
	ひとしい	等しい			もとづく	基づく	基く
	ひとつ	一つ			もとに	下に	許に
	ひとつずつ	一つずつ			もる	漏る	
ヒ	ひん	瓶	ビン		ヤ	やすい	易い
	ふきん	付近	附近		やはり	やはり (副)	矢張り
	ふく	拭く			やむをえず	やむを得ず	止むを得ず
	ふくざつ	複雑			やや	やや (副)	稍々
フ	ふた	蓋			やわらかい	柔らかい	柔い, 軟らかい
	ふたたび	再び (副)			ユ	ゆえ	故
	ふりまぜる	振り混ぜる	振混ぜる		ゆく	ゆえ	
	ふれる	触れる	触る		ヨ	よい	好い
	ほか	ほか, 他			よういに	容易に	
	ほど	ほど (助)			ようす	様子	
	ほとんど	ほとんど (副)	程		よう	よう	
ホ	ほぼ	ほぼ (副)	殆ど		ようやく	ようやく	漸く
	ますます	ますます (副)	略々, 略ぼ		よる	よる	依る, 因る
マ	ますます	ますます (副)	益々		より	より	
	まず	まず (副)					
〔比較するときに用いる 例: ○○より△△が大きい〕							
リ	りゆうぶん	留分			リんぱ	リンパ	
	りんぱ	淋巴					
ロ	ろう	ろう			ろう	漏斗	
	ろうと	漏過する			ろかする	ろ過する	濾過する, 沔過す
リ	りゆうぶん	留分			リんぱ	淋巴	
	りんぱ	淋巴					
ロ	ろう	ろう			ろう	漏斗	
	ろかする	ろ過する			ろ過する	濾過する, 沔過す	

	よみ	使う字	使わない字 備考
ワ	わかる わける わずかに わたって	わかる 分ける わずかに（「後わずかに」等の場合のみ） 僅かに わたって	る 分る，判る，解る 分る
			亘って，渡って

(注) 文中の(名)は名詞、(代)は代名詞、(連)は連体詞、
(動)は動詞、(助)は助詞、(副)は副詞及び(接)は接続詞として用いる場合に使う字であることを意味する。