



各都道府県・市町村介護保険担当者各位

平素より、介護保険行政の推進に、格段の御高配を賜り厚く御礼を申し上げます。

さて、福祉用具の利用に際して起こった重大製品事故については、繰り返し御連絡しているところですが、今般、標記について、消費者庁が公表した重大製品事故のうち、介護用リフトに関する事故について、経済産業省より以下のとおり情報提供がありましたので、ご報告いたします。

【2012年2月3日消費者庁公表分】

- 事故発生日：平成23年12月17日
- 事故報告日：平成23年12月27日
- 製品名：介護用リフト
- 被害状況：火災
- 事故内容：当該製品の充電を行うため、充電プラグと充電器を接続したところ、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品を焼損した。
事故原因は現在調査中であるが、充電プラグの配線の固定が不十分であったため、充電プラグを接続する際に不安定な状態の配線に負担がかかり断線し、出火に至ったものと考えられる。
- 発生場所：神奈川県
- 備考：1月6日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故として公表していたもの
1月16日からリコールを実施（特記事項を参照）

以下のURLの経済産業省HP「製品安全ガイド」に公表情報を掲載しております。

当該情報提供は貴都道府県・市町村関連部局、関係団体へ情報提供しておりますが、連携の上、事業者及び利用者等に幅広く情報提供いただくようお願いいたします。

福祉用具の使用に際しては、利用者の心身の状況や生活環境等に応じた選定がなされた上で、利用者が適切に使用するよう、継続的な使用状況の確認等、安全性を確保する措置を講じていくことが重要です。

福祉用具は、介護保険給付の対象種目としての使用、介護保険施設等の設備、備品としての使用等、様々な使用状況が想定されますが、いずれの状況においてもこれらの福祉用具が適切に使用され事故等の発生が防止されますよう御理解・御協力願います。

なお、ご連絡先につきまして、人事異動等でご担当者の変更がありましたらお手数ですが、転送願います。また、本通知送付先の変更希望がございましたら、ご連絡の程お願いいたします。

(経済産業省 製品安全ガイド)

【2012年2月3日公表分】

http://www.meti.go.jp/product_safety/download/kouhyou120203_1.pdf

- 7ページ目(2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって製品起因が疑われる事故:A201100755)

また、これまでに消費者庁及び製品評価技術基盤機構から公表された福祉用具に関する事故情報が、厚生労働省の関係団体である日本福祉用具・生活支援用具協会において公開されています。

関係団体や介護サービス事業者等に周知いただき、福祉用具の適切な使用と事故の防止にご活用下さい。

日本福祉用具・生活支援用具協会(JASPA)

<http://www.jaspa.gr.jp/accident/index.html>

厚生労働省老健局振興課

福祉用具・住宅改修係

東京都千代田区霞が関1-2-2

TEL:03-5253-1111(内3985)

FAX:03-3503-7894
