



各都道府県・市町村介護保険担当者各位

平素から介護保険行政の推進に格段の御高配を賜り厚く御礼を申し上げます。

今般、消費者庁が公表した重大製品事故のうち、平成24年11月2日付及び11月9日付公表分において、4件（床ずれ防止用具、電動車いす（ハンドル型）、電動車いす（ジョイスティック形）、電動座椅子（移動用リフト））に関する事故について、経済産業省から以下のとおり情報提供がありました。

福祉用具の使用に際しては、利用者の心身の状況や生活環境等に応じた選定がなされた上で、利用者が適切に使用するよう、継続的な使用状況の確認等、安全性を確保する措置を講じていくことが重要です。

福祉用具は、介護保険給付の対象種目としての使用、介護保険施設等の設備、備品としての使用など、様々な使用状況が想定されますが、いずれの状況においてもこれらの福祉用具が適切に使用され、事故等の発生が防止されるよう御理解・御協力を願います。

（平成24年11月2日付公表分）

- 事故発生日：平成24年10月
- 事故報告日：平成24年10月30日
- 製品名：床ずれ防止用マットレス
- 被害状況：重傷1名
- 事故内容：使用者（100歳代）が当該製品を敷いたベッドから滑り落ち、負傷した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。
- 発生場所：広島県

- 事故発生日：平成24年10月23日
- 事故報告日：平成24年10月31日
- 製品名：電動車いす（ハンドル形）
- 被害状況：死亡1名
- 事故内容：使用者（80歳代）が当該製品に乗車中、踏切内で列車にはねられ死亡した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。
- 発生場所：兵庫県

（平成24年11月9日付公表分）

- 事故発生日：平成24年9月27日
- 事故報告日：平成24年11月5日
- 製品名：電動車いす（ジョイスティック形）

- 被害状況：重傷1名
- 事故内容：当該製品に乗ってスロープを登坂中、後方に転倒し、負傷した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。
- 発生場所：和歌山県
- 備考：事業者が事故を認識したのは、10月25日

- 事故発生日：平成24年10月3日
- 事故報告日：平成24年11月7日
- 製品名：電動座椅子（移動用リフト）
- 被害状況：重傷1名
- 事故内容：当該製品に着座中、座面を下げたところ、座面と床の間に足を挟み、負傷した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。
- 発生場所：東京都

【参考：平成24年11月2日付公表分】

http://www.caa.go.jp/safety/pdf/121102kouhyou_1.pdf

【参考：平成24年11月9日付公表分】

http://www.caa.go.jp/safety/pdf/121109kouhyou_2.pdf

これまでに消費者庁及び製品評価技術基盤機構から公表された福祉用具に関する製品事故が、厚生労働省の関係団体である日本福祉用具・生活支援用具協会において公表されています。

関係団体や介護サービス事業者等に周知いただき、福祉用具の適切な使用と事故の防止にご活用下さい。

日本福祉用具・生活支援用具協会（JASPA）

<http://www.jaspa.gr.jp/accident/index.html>

なお、連絡先について変更希望がございましたら、お手数ですが御連絡をお願いいたします。

厚生労働省老健局振興課

福祉用具・住宅改修係

東京都千代田区霞が関1-2-2

TEL：03-5253-1111(内3985)

FAX：03-3503-7894
